

Վերնագիր	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	Ապրանքային նշան	Տեխնիկական բնութագիր
Պուլսօքսիմետրի միանվագ տվիչ նետնատալ	Redy-Med	Redy-Med Technology Co.,Ltd	Redy-Med	Պուլսօքսիմետրի տվիչ միանվագ, նետնատալ (մատի դատչիկ)՝ առկա Nellcor Symphony N3000 պուլսօքսիմետրի համար: Լարի երկարությունը՝ 90սմ: Նոր է, չօգտագործված: Եթե առկա է պիտանիություն ժամկետ, ապա հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
Համակարգ ն/ե/2	BROMED	BROSCO international INC.	BROMED	Ինֆուզիոն պոմպի համար նախատեսված ինֆուզիոն համակարգ: Ինֆուզիոն համակարգ՝ ներկառուցված հոսքի կարգավորիչ, հոսքի ճշգրիտ կառավարման համար: Հոսքի ցուցանիշ՝ 5մլ/ժ – 250մլ/ժ: Հատուկ նախատեսված ինֆուզիոն պոմպի հետ աշխատելու համար, Y-աձև ներարկման միացք (առանց լատեքսի)՝ նախատեսված բազմակի ներարկումների համար, 15

				միկրոն հեղուկի ֆիլտր՝ կաթիլային խցիկում: հողովակի տրամագիծը՝ I Ø 3.0 մմ, O Ø 4.1 մմ (±5%): Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

Մարգ-Ֆարմացիա ՍՊԸ Տնօրեն Վ. Վարդանյան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.