

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Մեդսերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշ	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
27	SHANGHAI YOKE INSTRUMENT Co. LTD	Spectrophotometer	V1200	SHANGHAI YOKE INSTRUMENT Co. LTD	<p>Սպեկտրոֆոտոմետր V1200:</p> <p>Բնութագրերը՝ Ֆոտոմետրիա - Միաճառագայթ</p> <p>Մոնոքրոմատորի տիպը - Լիթրոն</p> <p>Ֆոկուսային հեռավորություն - 160մմ</p> <p>Grating Օպտիկական ցանց՝ 1200 lines/mm 1200 գիծ/մմ</p> <p>Detector Դետեկտոր - Silicon Photocell</p> <p>Միլիկոնային ֆոտոէլեմենտ</p> <p>Wavelength setting Ալիքի երկարության կարգաբերում՝ Manual Turn Knob Ձեռքով պտտելու բռնակ</p> <p>Wavelength Range Ալիքի երկարության միջակայք՝ 325-1000nm 325-1000նմ</p> <p>Wavelength Accuracy Ալիքի երկարության ճշգրտություն՝ $\pm 2\text{nm}$ $\pm 2\text{նմ}$</p> <p>Wavelength Repeatability Ալիքի երկարության կրկնելիություն՝ $\leq 1\text{nm}$ $\leq 1\text{նմ}$</p> <p>Spectrum Bandwidth Սպեկտրի բացթողնման շերտ՝ 4nm 4նմ</p> <p>Stray Light Ցրված լույս՝ $\leq 0.1\%T$ (at 360nm NaNO_2) $\leq 01\% T$ (360նմ- NaNO_2)</p> <p>Photometric Range Ֆոտոմետրիկ միջակայք՝ 0.0-100.0%T 0-1.999A, 0-1999C</p>

					<p>Photometric Accuracy Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն՝ $\pm 0.5\%T$</p> <p>Photometric Repeatability Ֆոտոմետրիկ կրկնելիություն $\leq 0.2\%T$</p> <p>Noise Աղմուկ $100\%(T)$ noise $\leq 0.3\%(T)$ $0\%(T)$ noise $\leq 0.2\%(T)$ $100\%(T)$ աղմուկ $\leq 0.3\%(T)$ $0\%(T)$ աղմուկ $\leq 0.2\%(T)$</p> <p>Drift Դրեյֆ՝ $\pm 0.5\%T/3 \text{ min}$ $\pm 0.5\%T^3$ բոպեում</p> <p>Curve Holder size Կորի բոնակի չափսը 10mm 10մմ</p> <p>Interface Ինտերֆեյս RS232</p> <p>Power Supply Էներգիայի աղբյուրը AC 110-240V, 50/60Hz, 80W</p> <p>Փոփոխական հոսանքը 110-240 Վ 50/60Հց 80 Վտ</p> <p>Յուրաքանչյուր սպեկտրոֆոտոմետրի հետ կտրամադրվիլ նաև լրացուցիչ 20 կյուվետ:</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Մեդսերվիս ՍՊԸ

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ Հակոբ Զափարյան