

ՆԿԱՐԱԳԻՐ  
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/19 ծածկագրով Էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի					
		Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշ	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
1	անզգայացման սարքեր	Leon Plus	Leon Plus	Leon Plus	Lowenstein Medical	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է՝ արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակուումի համակարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը 4 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով, պարամազնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով: Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով: Շնչառության ծավալը 3 -1,600 մլ միջակայքում, ներշնչման դադարը 0-90% միջակայքում, շնչառության հաճախականությունը 4-80 շնչ/րոպե միջակայքում, ներշնչման հոսքը 180 լ/ր, պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում Էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը 0,45վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից 100ր, Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված 15 դույմանոց մոնիտոր: Կորերի արտացոլման հնարավորության

					<p>առկայություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2, Հալոտան, Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին:</p> <p>Գրաֆիկական և թվային տրենդների առկայություն - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն: Տազնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը հնարավորություն ունի հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent:</p> <p>Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլուրան և սեվոֆլուրան, «Freshgas» պորտ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը 24 ամիս, տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից, օգտագործման ձեռնարկ:</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC):</p>
--	--	--	--	--	---

«Կոնցեն-Էներգումա2» ՓԲԸ-ի  
Տնօրեն՝ Բ.Թադևոսյան

Կ. Տ.