

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Օհանով 24, 52
ՀՎՀՀ 01334053
☎ (+374) 11 688 600, ☎ (+374) 94 888 688
llc.primemedical@gmail.com

«ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11» ծածկագրով մրցույթի
Գնահատող հանձնաժողովին

Հարգելի գործընկեր,

Ի պատասխան 08.01.2024թ. ժ.11:16-ին no-reply@eauction.armeps.am էլեկտրոնային
հասցեից ստացված «Դիմում-հայտում շտկում կատարելու մասին» առաջարկին հայտնում եմ.

– 13.12.2024թ.-ին «ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11» ծածկագրով մրցույթի գնահատող
հանձնաժողովին մեր ընկերության կողմից ուղղված թիվ 30 չափաբաժնի վերաբերյալ
պարզաբանման հարցմանը ստացվել էր հետևյալ պատասխանը.

**«Թիվ 30 չափաբաժնի համար տեխնիկական բնութագրում նշված՝ սրբենյի 5,00մմ
չափը վերաբերելի է սրբենյի բացառապես փաստացի սրբենյի հետդիլատացիոն չափին»:**

Որի հիմքով էլ «Փրայմ Մեդիքալ» ՍՊ ընկերությունը մասնակցել է մրցույթին և
ներկայացրել տեխնիկական բնութագրին և պազաբանմանը համապատասխան գնման հայտ:

– Մինչդեռ, դիմում-հայտում շտկում կատարելու առաջարկում Ձեր կողմից նշված
«Սրբենյի նոմինալ չափսը պիտի լինի 5,0 մմ, պոստդիլատացիոն չափսը - մինչև 6,0 մմ»
պահանջն առկա չէ ո՛չ հրավերի տեխնիկական բնութագրում և ո՛չ էլ վերոհիշյալ պարզաբանման
պատասխանում:

Ամփոփելով վերոգրյալը, գտնում եմ, որ «Փրայմ Մեդիքալ» ՍՊ ընկերության դիմում-
հայտով ներկայացված ապրանքի նկարագիրը լիովին համապատասխանում է թե՛ հրավերի
տեխնիկական բնութագրին և թե՛ պարզաբանման պատասխանին: Հետևաբար կարծում եմ
դիմում-հայտում շտկում կատարելու կարիք չկա:

Կից ներկայացնում եմ համապատասխան փաստաթղթային հիմքերը (էլեկտրոնային
փոստի նամակների պատճենները):

Հարգանքով՝



Արմեն Խանադյան



Prime Medical LLC <llc.primemedical@gmail.com>

Հարցման պատասխան

Eaution <no-reply@eauction.armeps.am>

Fri, Dec 13, 2024 at 6:59 PM

To: "llc.primemedical@gmail.com" <llc.primemedical@gmail.com>

Հարգելի Արմեն Խանադյան,

ՎԲԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/11 ծածկագրով ԲԺՇկական պարագաներ հակադարձ աճուրդին վերաբերող < Հարգելի գործընկեր, խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում - N28 չափաբաժնի համար տեխնիկական բնութագրում նշված է «ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 48մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ», խնդրում եմ հստակեցնել չափերը՝ հաշվի առնելով թվաբանական անհամատեղելիությունը: - N30 չափաբաժնի համար տեխնիկական բնութագրում նշված՝ ստենտի 5,00մմ չափը վերաբերելի է ստենտի բացառապես փաստացի, այսինքն՝ արտադրողի սանդղակում առկա, թե՛ նաև ֆունկցիոնալ, այսինքն՝ անոթի մեջ տեղադրելուց հետո, ստենտի հետդիլատացիոն չափին: > հարցմանը տրվել է պատասխան՝

Թիվ 28 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագիրը: < Կորոնար դեղապատ ստենտ, Նյուլթը քրոմի-պլատինիումի համաձուլվածք պոլիմերային ծածկույթով, դեղակույր՝ Էվերոլիմուս, դեղաչափը՝ 1μg/մմ², կոնստրուկցիան՝ լազերով կտրված հիպոխոլորվակ, ստենտի պրոֆիլը ոչ ավելի, քան 1.07 մմ: Ստենտի չափերը՝ -2,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ: -2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 48մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: > Թիվ 30 չափաբաժնի համար տեխնիկական բնութագրում նշված՝ ստենտի 5,00մմ չափը վերաբերելի է ստենտի բացառապես փաստացի ստենտի հետդիլատացիոն չափին:

Էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ



Prime Medical LLC <llc.primemedical@gmail.com>

Դիմում-հայտում շտկում կատարելու մասին

1 message

Eaution <no-reply@eauction.armeps.am>

Wed, Jan 8, 2025 at 3:16 PM

To: "llc.primemedical@gmail.com" <llc.primemedical@gmail.com>

Հարգելի Փրայմ Մեդիքալ,

Դուք դիմել եք ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդին: Էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրել է էլեկտրոնային աճուրդի մասնակցության Ձեր Դիմում-Հայտարարությունը, որում նկատվել են հետևյալ թերությունները: Ստենտի նոմինալ չափսը, ըստ հրավերի տեխնիկական բնութագրի, պիտի լինի 5,0 մմ, պոստդիլատացիոն չափսը - մինչև 6,0 մմ: Մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի մեջ ստենտի նոմինալ չափսերի մեջ առկա է անհամապատասխանություն :: Առաջարկում ենք գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում շտկել նշված անհամապատասխանությունները և ուղղված Դիմում-Հայտարարությունն ուղարկել համակարգի միջոցով: Մուտք գործելու համար սեղմեք [այստեղ](#)

Էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ

30	33181390	Ստենտ դեղապատ բալոնով	Կորոնար դեղապատ ստենտ, նյութը կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L605, դեղանյութը՝ Սիրոլիմուս, դոզան ոչ պակաս քան 1,4μg/mm²: Ստենտը և բալոնի բաց մասերը դեղապատ են, առկա է նաև լրացուցիչ դեղածածկույթ ստենտի պրոթեսիմալ և դիստալ եզրերին: Ստենտի ձաղերի հաստությունը ոչ ավելքան 73միկրոն, պոլիմերը բիրքայքայվող: Ստենտի չափսերը -Տրամագծերը՝ 2,25մմ, 2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ, 4,00մմ, 4,50մմ և 5,00մմ: Երկարությունը՝ առնվազն 11 չափ 2,50մմ,3,00մմ,3,50մմ, 4,00մմ տրամագիծ ունեցող ստենտների համար,ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 48մմ; առնվազն 9 չափ՝ 2,25մմ և 2,75մմ տրամագիծ ունեցող ստենտների համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ; և առնվազն 2 չափ՝ 4,50մմ և 5,00մմ տրամագիծ ունեցող ստենտների համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 16մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 20մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Կաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:		200	Стент с баллоном с лекарственным покрытием	«Стент коронарный с лекарственным покрытием, материал – кобальт-хромовый сплав L605, лекарственное вещество – сиролимус, доза не менее 1,4 мкг/мм². Стент и открытые части цилиндра покрыты лекарственным средством, имеется также дополнительное лекарственное покрытие на проксимальном и дистальном краях стента. Толщина стержней стента не более 73 мкм, полимер. Биоразлагаемый стент Размеры: - Диаметры: 2,25 мм, 2,50 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,50 мм, 4,00 мм, 4,50 мм и 5,00 мм. Длина: не менее 11 размеров для стентов диаметром 2,50 мм, 3,00 мм, 3,50 мм, 4,00 мм, причем самый короткий - не более 8 мм, самый длинный - не менее 48 мм; не менее 9 размеров стентов диаметром 2,25 мм и 2,75 мм, при этом самый короткий не более 8 мм, самый длинный не менее 40 мм; и не менее двух размеров для стентов диаметром 4,50 мм и 5,00 мм, причем самый короткий — не более 16 мм, а самый длинный — не менее 20 мм. На этапе поставки товара Продавец обязан предоставить сертификат соответствия, предъявленный производителем, авторизирующее (гарантийное) письмо, сертификат происхождения	ШТ
----	----------	-----------------------------	---	--	-----	--	---	----