

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/4-7-ԵՊԲՀ ծածկագրով Էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի					
		Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մոդելը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
72	72 Էլեկսիս Ֆոլաթթվի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու	Folate G3 Elecsys cobas e 100 V2	Folate G3 Elecsys cobas e 100 V2	Folate G3 Elecsys cobas e 100 V2	Roche Diagnostics	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Ֆոլաթթու (Elecsys Fol) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 100 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն , For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն (Elecsys Fol) օրիգինալ թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքի որակը, ընդ որում երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվելու է նշված ապրանքը:
74	74 Էլեկսիս պրոլակտին կալիբրատոր	Prolactin CS Gen.2 Elecsys, cobas e	Prolactin CS Gen.2 Elecsys, cobas e	Prolactin CS Gen.2 Elecsys, cobas e	Roche Diagnostics	Էլեկսիս պրոլակտին կալիբրատոր (Elecsys Prolactin CalSet) Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 4x1 մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8° C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս և Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն (Elecsys Prolactin CalSet) օրիգինալ

						կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքի որակը, ընդ որում երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվելու է նշված ապրանքը:
75	75 Մաքրող կասետ Cobas Integra սարքի համար	cobas Integra Cleaner 150 Tests	cobas Integra Cleaner 150 Tests	cobas Integra Cleaner 150 Tests	Roche Diagnostics	Մաքրող կասետ Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար: Նախատեսված է ռեագենտից-ռեագենտ անցման ժամանակ ապակոնտամինացիայի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատը՝ 150 թեստ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Cobas Integra 400 plus (հանդիսանում է փակ համակարգ) սարքերով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ մաքրող կասետով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքի որակը, ընդ որում երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվելու է նշված ապրանքը:
82	82 Էլեկսիս Անդրոստենդիոնի որոշման թեստ-հավաքածու	Elecsys Androstenedione	Elecsys Androstenedione	Elecsys Androstenedione	Roche Diagnostics	Էլեկսիս Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Անդրոստենդիոն (Elecsys Androstenedione) որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենսային անալիզ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 100 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Անդրոստենդիոնի որոշման օրիգինալ թեստ հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքի որակը, ընդ որում երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝

						մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվելու է նշված ապրանքը:
83	83 Էլեկսիս Անդրոստենդիոն կալիբրատոր	Androstenedione calset	Androstenedione calset	Androstenedione calset	Roche Diagnostics	Էլեկսիս Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Անդրոստենդիոն կալիբրատոր (Elecsys Androstenedione CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 4x1 մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս Կոբաս e 411 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Անդրոստենդիոնի օրիգինալ կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքի որակը, ընդ որում երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվելու է նշված ապրանքը:
85	85 Cobas e 411 Էլեկսիս IgE-ի ընդհանուր քանակական որոշման թեստ-հավաքածու	IgE Gen.2 Elecsys, cobas e	IgE Gen.2 Elecsys, cobas e	IgE Gen.2 Elecsys, cobas e	Roche Diagnostics	Էլեկսիս Կոբաս e 411 անալիզատորի համար իմունոազլոբուլին Ե (Elecsys IgE) ընդհանուր քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ՝ 100 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ իմունոազլոբուլին Ե որոշման թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքի որակը, ընդ որում երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվելու է նշված ապրանքը:

86	86 Cobas e 411 Էլեկսիս IgE կալիբրատոր	IgE CS Elecsys, cobas e	IgE CS Elecsys, cobas e	IgE CS Elecsys, cobas e	Roche Diagnostics	<p>Էլեկսիս Կոբաս e 411 անալիզատորի համար IgE կալիբրատոր (Elecsys IgE CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1 մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Էլեկսիս Կոբաս e 411 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Elecsys IgE CalSet կալիբրատորով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքի որակը, ընդ որում երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվելու է նշված ապրանքը:</p>
----	---	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------	---

«Կոնցենո-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ի  
Տնօրեն՝ Բ.Թադևոսյան

Կ. Տ.