Հավելված 1.1
« ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/236» ծածկագրով
Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանե Հարությունյան ԱՁ -ն N **« ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/236»** ծածկագրով **էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի** շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվողապրանքի		
	մակնիշ	Արտադրողի անվանումը	տեխնիկականբնութագրերը
1	GX-65BE	Faithful Instrument Co., Ltd	**Բնական կոնվեկցիա, Ջերմաստիճանի թվային կարգավորիչ, Ջերմաստիճանի ցուցադրում էլեկտրոնային էկրանին, Տաքացման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +10-ից +300°C, Ջերմաստիճանի ինտելեկտուալ կարագավորում, չափվող ջերմաստիճանի ցուցադրում LCD էկրանի վերյի մասում, ջերմաստիճանի կարգավորման ցուցադրումը LCD էկրանի ներքյի տողում, Ջերմաստիճանի պահպանման ճշտությունը՝ ոչ ավելի, քան ± 1°C, բարձր ճշգրտության թվային անկախ ջերմաստիճանի սահմանափակիչ, Ներքին խցիկի նյութը՝ հայելային չժանգոտվող պողպատ: Իրանի նյութը՝ պողպատ, պատված էլեկտրաստատիկ լակի ներկով կամ փոշի ներկով: Ջերմամեկուսացում՝ բարձրորակ հանքային բամբակ կամ ապակե մանրաթել: Դարակների քանակը՝ առնվազն 2: Ներքին խցիկի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 65 լ: Ներքին խցիկի չափսերը՝ ոչ պակաս, քան 400 x 360 x 450 մմ: Արտաքին չափերը՝ ոչ ավելի, քան 550 x 550 x 840 մմ: Աշխատանքային ֆունկցիաներ՝ ֆիքսված ջերմաստիճանի գործարկում, ֆիքսված ժամանակի գործարկում, ավտոմատ կանգառ, պարամետրի հիշողություն՝ հոսանքի անջատման դեպքում, թայմերի գործառույթ, Անվտանգության համակարգ՝ պաշտպանություն գերտաքացումից ֆ հոսանքի լարման տատանումներից, սենսորների խափանումների ծանուցում: Էլեկտրասնուցումը 220 Վ, 50 Հց: Հզորությունը՝ ոչ ավելի, քան 1,6 կՎտ: Nabertherm, Thermo Scientific Heratherm կամ Faithful:**

			Գործարանային փաթեթավորում: **առնվազն 1 տարի երաշխիք:** **Արպանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:** **Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից:** **Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:**
2	DZ-2BCII	Faithful Instrument Co., Ltd	Լաբորատոր վակուումային չորանոց, Ջերմաստիճանի թվային կարգավորիչ, Ջերմաստիճանի ցուցադրում էլեկտրոնային էկրանին, Տաքացման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +10-ից +250°C, Ջերմաստիճանի ինտելեկտուալ կարագավորում, չափվող ջերմաստիճանի ցուցադրում LCD էկրանի վերևի մասում, ջերմաստիճանի կարգավորման ցուցադրումը LCD էկրանի ներքևի տողում, Ջերմահաղորդման և դեկոմպրեսիայի չորս պատանի համակարգ Ջերմաստիճանի պահպանման ճշտությունը՝ ոչ ավելի, քան ± 1°C, բարձր ճշգրտության թվային անկախ ջերմաստիճանի սահմանափակիչ, Ներքին խցիկի նյութը՝ հայելային չժանգոտվող պողպատ: Իրանի նյութը՝ պողպատ, պատված էլեկտրաստատիկ լակի ներկով կամ փոշի ներկով: Ջերմամեկուսացում՝ բարձրորակ հանքային բամբակ կամ ապակե մանրաթել: Դարակների քանակը՝ առնվազն 2: Ներքին խցիկի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 52 լ: Ներքին խցիկի չափսերը՝ ոչ պակաս, քան 415 x 370 x 340 մմ: Արտաքին չափերը՝ ոչ ավելի, քան 560 x 540 x 680 մմ: Աշխատանքային ֆունկցիաներ՝ ֆիքսված ջերմաստիճանի գործարկում, ֆիքսված ժամանակի գործարկում, ավտոմատ կանգառ, պարամետրի հիշողություն՝ հոսանքի անջատման դեպքում, թայմերի գործառույթ, Անվտանգության համակարգ՝ պաշտպանություն գերտաքացումից և հոսանքի լարման տատանումներից, սենսորների խափանումների ծանուցում: Էլեկտրասնուցումը 220 Վ, 50 Հց: Հզորությունը՝ ոչ ավելի, քան 1,4 կՎտ: **Nabertherm, Thermo Scientific Heratherm կամ Faithful:** Գործարանային փաթեթավորում: առնվազն 1 տարի երաշխիք: Արպանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
3	FSF-031S	Faithful Instrument Co., Ltd	Ուլտրաձայնային բաղնիք: Սարքի արտաքին և աշխատանքային մասերի պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Սարքի աշխատանքի հաճախությունը՝ 40 Հց, աշխատանքային ծավալը՝

			6.0-6.5 լ, տաքացման ջերմաստիճանը՝ 20-80 ℃, , ժամանակային տիրույթը՝ 1-99 րոպե: Ուլտրաձայնի հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 180 Վտ: Տաքացման հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 200 Վտ, աշխատանքային տարայի ծավալի չափսերը՝ ոչ պակաս, քան 300x150x150 մմ, սարքի արտաքին չափսերը՝ ոչ ավել, քան 325x180x280 մմ: Գործարանային փաթեթավորում: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չպետք է պարունակի ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
7	OS-15S	JOANLAB Equipment Co., Ltd	Վերևից տեղադրվող լաբորատոր խառնիչ (Overhead Stirrers): Շտատիվին միացնելու համար նախատեսված խառնիչին ներկառուցված բռնակ: Շարժիչի տեսակը՝ ցածր աղմուկի ապահովմամբ անխոզանակ էլեկտրաշարժիչ (Brushless motor): Շաչժիչի հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 50 Վտ: Խառնման առավելագույն ծավալը՝ առնվազն 10 լիտր (ըստ ջրի): Պտտման արագությունը կարգավորվող: Պտտման արագության տիրույթ՝ ոչ նեղ, քան 100-1200 պտույտ/րոպե: Առավելագույն մածուցիկություն՝ ոչ պակաս, քան 8000 մՊա·վ (mPa·s): Առավելագույն պտտող մոմենտ (Torque)՝ առնվազն 15 Ն·սմ (N·cm): Անվտանգության համակարգ՝ գերբեռնվածությունից և գերտաքացումից ավտոմատ անջատման համակարգ: Խառնիչի սեղմման տրամագծի միջակայքը՝ 1-10 մմ Էլեկտրասնուցում՝ AC 100–240 Վ, 50/60 Հց: Խառնիչի կոմպլեկտը պետք է ներառի շտատիվի սեղմակ և տեֆլոնապատ (PTFE) չժանգոտող մետաղից պատրաստված խառնիչ: Գործարանային փաթեթավորում: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չպետք է պարունակի ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Digitally signed by HARUTYUNYAN NANE 7904860139
Date: 2026.11.19 19:10:49 AMT

Նանե Հարությունյան ԱՋ _____

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը)