

ք.Երևան

11-ը նոյեմբերի 2022թ.

ժամը 15⁴⁰

Մասնակցում էին՝

Նախագահ՝

- << ԱԱԾ ՌԲՎ ատամնաբուժական բաժանմունքի պետ, Կ. Մարտիրոսյանը,

անդամներ.

- << ԱԱԾ ՌԲՎ դեղատան պետ, Ա.Գալումյանը,

- << ԱԱԾ ՌԲՎ բժիշկ- դեղագետ Շ. Աճեմյանը,

- << ԱԱԾ ՌԲՎ բժիշկ-լաբորանտ Մ.Հարությունյանը,

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ - << ԱԱԾ Տեսուչ 6-րդ բաժանմունքի օպերատոր՝ Հ.Օհանյանը

<<< ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ >

ծածկագրով ընթացակարգի պարզաբանման՝ հարցադրման և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին.

(Կ. Մարտիրոսյան)

1.1. 09-11-2022թ-ին ժամը 17:57:34-ին մասնակցի կողմից ներկայացվել է հարցում հետևյալ բովանդակությամբ.

Հարցադրում N 1

Հարգելի գործընկեր սույն մրցույթի 42-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր: Խնդրում ենք տեխնիկական բնութագրից հանել այս «Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր» արտահայտությունը, քանի որ այսպիսի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանում է միայն մեկ բրենդի փորձանոթներ, ինչը հակասում է գնումների օրենքի 13-րդ հոդվածի բոլոր կետերին: Տեխնիկական բնութագրի փոփոխությունը կմեծացնի հնարավոր մասնակիցների թիվը տարբեր բրենդներով մասնակցելու հնարավորությամբ: Սույն մրցույթի 42-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր: Խնդրում ենք տեխնիկական բնութագրից հանել այս «Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր» արտահայտությունը, քանի որ այսպիսի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանում է միայն մեկ բրենդի փորձանոթներ, ինչը հակասում է գնումների օրենքի 13-րդ հոդվածի բոլոր կետերին: Տեխնիկական բնութագրի փոփոխությունը կմեծացնի հնարավոր մասնակիցների թիվը տարբեր բրենդներով մասնակցելու հնարավորությամբ: Սույն մրցույթի 42-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 75 մմ: Խնդրում ենք տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն «Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ» արտահայտությունը, քանի որ 5 մլ-ոց փորձանոթը ֆիզիկական չափսերով չի կարող լինել 75 մմ : Տեխնիկական բնութագրի փոփոխությունը կմեծացնի հնարավոր մասնակիցների թիվը տարբեր բրենդներով մասնակցելու հնարավորությամբ:

1.2. Հանձնաժողովը որոշեց պատասխանել հարցում ներկայացրած Մասնակիցներին հետևյալ բովանդակությամբ.

Պարզաբանում N 1

Հարգելի Մասնակիցներ՝ ի պատասխան Ձեր հարցադրման հայտնում ենք, որ << ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ > ծածկագրով ընթացակարգի հրավերում կատարվել են փոփոխություններ:

Ընդունվել է որոշում. Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Կ. Մարտիրոսյան

Անդամներ՝

Ա. Գալումյան

Շ. Աճեմյան

Մ. Հարությունյան

Քարտուղար՝

Հ.Օհանյան

Протокол N 2
Заседания оценочной комиссии процедуры под кодом
<<< ԱԱԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ >>

г. Ереван

11-ое ноября 2022г.

15⁴⁰ часов

Участвовали:

Председатель оценочной комиссии:

- начальник стоматологического отделения ВМУ СНБ РА К. Мартиросян

члены.

-начальник аптеки ВМУ СНБ РА, А. Галумян

- врач – провизор ВМУ СНБ РА, Ш. Аджемян

- врач- лаборант ВМУ СНБ РА, М. Арутюнян

Секретарь комиссии: оператор 6-го отделения ХозУ СНБ РА - Оганян Е.

**1. О запросе-разъяснении и об изменениях, внесенных в приглашении процедуры
под кодом <<< ԱԱԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ >>**

(К. Мартиросян)

1.1. 09.11.22 года в 17:57:34 со стороны участника был представлен запрос с нижеследующим содержанием:

Запрос N 1

Уважаемый партнер, в техническом описании данного тендера по лоту 42 указан тип крышки: винтовая. Просим снять из технического описания фразу «Тип крышки: винтовая», поскольку этому описанию соответствует только одна марка пробирок, что противоречит всем пунктам статьи 13 Закона о закупках. Изменение технического описания увеличит количество возможных участников с возможностью участвовать с разными брендами. Просим снять из технического описания фразу «Тип крышки: винтовая», поскольку этому описанию соответствует только одна марка пробирок, что противоречит всем пунктам статьи 13 Закона о закупках. В техническом описании данного тендера по лоту 42 указано, что объем пробирки 5 мл, размеры 13*75. мм. Просим изменить фразу «Объем пробирки: 5 мл, размеры: 13 * 100 мм» в техническом описании, потому что физические размеры пробирки 5 мл не могут быть 75 мм. Изменение технического описания увеличит количество возможных участников с возможностью участвовать с разными брендами.

1.2. Комиссия решила ответить Участникам, подавшим запросы, со следующим содержанием:

Разъяснение N 1

«Уважаемый участник (участники) в ответ на Ваш запрос уведомляем, что в приглашении процедуры под кодом <<< ԱԱԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ >> были внесены изменения».

Принято решение: за: 4, против: 0

Председатель комиссии

_____ К. Мартиросян

Члены

_____ А. Галумян

_____ Ш. Аджемян

_____ М. Арутюнян

Секретарь

_____ Е. Оганян

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2022 թվականի նոյեմբերի 11-ի թիվ 1.2. որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը <<< ԱԱԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԵՐՆԱ >>

<< ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար դեղորայքի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<< ԱԱԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԵՐՆԱ >> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը՝

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

Հարցում և պարզաբանում

Փոփոխության նկարագրություն՝ <<< ԱԱԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԵՐՆԱ >> ծածկագրով ընթացակարգի հրավերում կատարվել են փոփոխություններ, կցվում է:

Փոփոխության հիմնավորում <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել <<< ԱԱԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԵՐՆԱ >> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար

Հ. Օհանյանին:

Հեռախոս՝ 015-579-599:

Էլեկտրոնային փոստ՝ tvh@sns.am:

<<< ԱԱԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԵՐՆԱ >> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в приглашение

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 1.2. от 11-го ноября 2022года

и публикуется

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры <<< ՍՍԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ >

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом <<< ՍՍԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ >, организованной с целью приобретения лекарств и ТОВАРОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ для нужд Службы национальной безопасности РА ниже представляет причины изменения, внесенного в приглашение по тому же коду, и краткое описание внесенных изменений:

Причина возникновения изменения № 1

Запрос и Разъяснение

Описание изменения:

<в приглашении процедуры под кодом < ՍՍԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ > были внесены изменения>.

Обоснование изменения: Согласно Закона Республики Армения "О закупках".

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Е. Оганяну под кодом <<< ՍՍԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ >

Телефон: 015-579-599.

Электронная почта: tyh@sns.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом <<< ՍՍԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ >.

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2022 թվականի նոյեմբերի 11-ի թիվ 1.2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը < ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ >

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար **դեղորայքի և բժշկական նշանակության ապրանքների**
ծեղքերման նպատակով կազմակերպված < ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ > ծածկագրով գնման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ **2022 թվականի նոյեմբերի 9-ին** ստացված հարցադրումը և դրա
վերաբերյալ **2022 թվականի նոյեմբերի 11-ին** տրամադրված պարզաբանումը՝

1.1. 09-11-2022թ-ին ժամը 17:57:34-ին մասնակցի կողմից ներկայացվել է հարցում հետևյալ բովանդակությամբ.

Հարցադրում N 1

Հարգելի գործընկեր սույն մրցույթի 42-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է Կափարիչի տեսակը՝պտոտակավոր: Ինդրում ենք
տեխնիկական բնութագրից հանել այս «Կափարիչի տեսակը՝պտոտակավոր» արտահայտությունը, քանի որ այսպիսի տեխնիկական բնութագրին
համապատասխանում է միայն մեկ բրենդի փորձանոթներ, ինչը հակասում է գնումների օրենքի 13-րդ հոդվածի բոլոր կետերին: Տեխնիկական
բնութագրի փոփոխությունը կմեծացնի հնարավոր մասնակիցների թիվը տարբեր բրենդներով մասնակցելու հնարավորությամբ: Սույն մրցույթի 42-րդ
չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է Կափարիչի տեսակը՝պտոտակավոր: Ինդրում ենք տեխնիկական բնութագրից հանել այս
«Կափարիչի տեսակը՝պտոտակավոր» արտահայտությունը, քանի որ այսպիսի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանում է միայն մեկ
բրենդի փորձանոթներ, ինչը հակասում է գնումների օրենքի 13-րդ հոդվածի բոլոր կետերին: Տեխնիկական բնութագրի փոփոխությունը կմեծացնի
հնարավոր մասնակիցների թիվը տարբեր բրենդներով մասնակցելու հնարավորությամբ: Սույն մրցույթի 42-րդ չափաբաժնի տեխնիկական
բնութագրում նշված է Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 75 մմ: Ինդրում ենք տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն
«Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ» արտահայտությունը, քանի որ 5 մլ-ոց փորձանոթը ֆիզիկական չափսերով չի կարող լինել 75 մմ :
Տեխնիկական բնութագրի փոփոխությունը կմեծացնի հնարավոր մասնակիցների թիվը տարբեր բրենդներով մասնակցելու հնարավորությամբ:

1.2. Հանձնաժողովը որոշեց պատասխանել հարցում ներկայացրած Մասնակիցներին հետևյալ բովանդակությամբ.

Պարզաբանում N 1

Հարգելի Մասնակիցներ՝ ի պատասխան Ձեր հարցադրումների հայտնում ենք, որ ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ ծածկագրով
ընթացակարգի հրավերում կատարվել են փոփոխություններ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել < ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-
ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ > ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հ. Օհանյանին:

Հեռախոս՝ 015-579-599:

Էլեկտրոնային փոստ՝ tvh@sns.am:

<ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ >

ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 1.2 от 11-го ноября 2022 года
и публикуется

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры <<< ՍՍԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ>

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом <<< ՍՍԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ>, организованной с целью приобретения **лекарств и ТОВАРОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ** для нужд Службы национальной безопасности РА, ниже представляет запросы, полученные 09.11.2022г. и предоставленные 11.11.2022г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

1.1. 09.11.22 года в 17:57:34 со стороны участника был представлен запрос с нижеследующим содержанием:

Запрос N 1

Уважаемый партнер, в техническом описании данного тендера по лоту 42 указан тип крышки: винтовая. Просим снять из технического описания фразу «Тип крышки: винтовая», поскольку этому описанию соответствует только одна марка пробирок, что противоречит всем пунктам статьи 13 Закона о закупках. Изменение технического описания увеличит количество возможных участников с возможностью участвовать с разными брендами. Просим снять из технического описания фразу «Тип крышки: винтовая», поскольку этому описанию соответствует только одна марка пробирок, что противоречит всем пунктам статьи 13 Закона о закупках. В техническом описании данного тендера по лоту 42 указано, что объем пробирки 5 мл, размеры 13*75. мм. Просим изменить фразу «Объем пробирки: 5 мл, размеры: 13 * 100 мм» в техническом описании, потому что физические размеры пробирки 5 мл не могут быть 75 мм. Изменение технического описания увеличит количество возможных участников с возможностью участвовать с разными брендами.

1.2. Комиссия решила ответить Участникам, подавшим запросы, со следующим содержанием:

Разъяснение N 1

«Уважаемый участник (участники) в ответ на Ваш запрос уведомляем, что в приглашении процедуры под кодом <<< ՍՍԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ> были внесены изменения».

Телефон: 015-579-599.

Электронная почта: tvh@sns.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом <<< ՍՍԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԲՆԱ>