

Արձանագրություն N 3
«ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հանձնաժողովի նիստ
Заседание комиссии по проведению электронного аукциона по коду «ЕРԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68»

Նիստի անցկացման՝

վայրը՝ ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7

օրը՝ 01.09.2026թ. ժամը՝ 14:00.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ խաչատրյան Գոհար

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ասատրյան Արմենուհի, Մարգարյան Գոռ

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Թ. Հովսեփյան

Место заседания: мери́я г. Ереван, ул. Гр. Нерсисян 7,

День, месяц, год заседания:

Председатель комиссии: Хачатрян Гоар,

Члены комиссии: Асатрян Арменуи, Маргарян Гор.

Секретарь комиссии: Т. Овесян

1. Տեղեկություններ «ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» ծածկագրով գնման ընթացակարգին 26.08.2026 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 31.08.2026* տրամադրված պարզաբանումները
*Информация о запросах, полученных 26.08.2026 г. по процедуре закупки с кодом «ЕРԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68», и разъяснениях, предоставленных по ним 31.08.2026 г. ***

Հարցադրում. << Հարգելի գնահատող հանձնաժողով, խնդրում ենք պարզաբանել և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան փոփոխություններ կատարել հետևյալ տեխնիկական պահանջներում՝ **1. Հիմնովի տեղափոխման պատշարակ՝ Տեխնիկական բնութագրում միաժամանակ եղված է՝ * բարձրության կարգավորում՝ **ճախարակային/մեխանիկական համակարգով**։ * «Կողային քաղրիքներ՝ հիդրավիկ, 1 հավաքածու»։ Միջազգային շուկայում տվյալ կառուցվածքի պատշարակների կողային քաղրիքները սովորաբար ծավոլը **ABS/PP** տեսակի են, իսկ հիդրավիկ համակարգը կիրառվում է բարձրության կամ դիրքի կարգավորման համար, ոչ թե կողային քաղրիքների։ **խնդրում ենք «կողային քաղրիքներ՝ հիդրավիկ» պահանջը փոխարինել «ծավոլ/իջեցվող ABS կամ PP կողային քաղրիքներ» ծավերայմանը**։ կամ հստակ պարզաբանել, թե կոնկրետ ինչ է նշանակում «հիդրավիկ կողային քաղրիք» կամ նշել անվազն մեկ արտադրանք եղված կոնֆիգուրացիաներով։ **2. Կշռման համակարգով էլեկտրական մահճակալ՝ Տեխնիկական բնութագրում պահանջվում է միաժամանակ՝ * բարձրության կարգավորում՝ **430-740 մմ**։ * խնդրված՝ **կշռման համակարգ՝ Արտադրողի պաշտոնական առաջարկով նույն մահճակալը առանց կշռման համակարգի ունի՝ **430-740 մմ** բարձրություն, իսկ կշռման համակարգի ավելացման դեպքում բարձրությունը դառնում է՝ **520-830 մմ**։ քանի որ կշռման հանգույցը կառուցվածքայինորեն բարձրացնում է մահճակալը։ Հետևաբար եղված երկու պահանջները տվյալ կոնֆիգուրացիայում միաժամանակ չեն կարող պահպանվել։ Եթե զործող պահանջները նախատեսվում է պահպանել անփոփոխ, խնդրում ենք ներկայացնել դրանց միաժամանակյա կատարման տեխնիկական հիմնավորումը։ խնդրում ենք համապատասխան փոփոխությունները հրապարակել հրավերում, որպեսզի մասնակիցները հնարավորություն ունենան ներկայացնելու տեխնիկային հրազործելի և համարժեք առաջարկներ։

Պարզաբանում. << Հարգելի՛ մասնակից, Հաշվի առնելով Ձեր կողմից ներկայացված դիտարկումները, ինչպես նաև գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները՝ ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխություններ։

*Մանուցում eauction.armeps.am էլեկտրոնային համակարգում տեխնիկական խնդրի հետևանքով համարզը թույլ չի տալիս պատասխանել պարզաբանման հարցմանը համակարգի պարզաբանման դաշտով այդ պատճառով խնդրում են հիմք ընդունել տեղեկագրում հրապարակված պարզաբանման մասին հայտարարությունը։

Запрос: «Уважаемая оценочная комиссия! Просим разъяснить и, при необходимости, внести соответствующие изменения в следующие технические требования: 1. Носилки для транспортировки пациента в технической характеристике одновременно указано: регулировка высоты — лебедочная/механическая система; «боковые ограждения — гидравлические, 1 комплект».

На международном рынке боковые ограждения носилок данной конструкции, как правило, являются складными и изготавливаются из ABS/PP, тогда как гидравлическая система применяется для регулировки высоты или положения, а не боковых ограждений. Просим заменить требование «боковые ограждения — гидравлические» на формулировку «складные/опускаемые боковые ограждения из ABS или PP» либо четко разъяснить, что именно подразумевается под «гидравлическими боковыми ограждениями», или указать хотя бы одно изделие производителя с указанной конфигурацией. 2. Электрическая кровать со встроенной системой взвешивания в технической характеристике одновременно установлены следующие требования: регулировка высоты — 430-740 мм; встроенная система взвешивания. Согласно официальному предложению производителя, высота той же кровати без системы взвешивания составляет 430-740 мм, а при оснащении системой взвешивания высота составляет 520-830 мм, поскольку узел системы взвешивания конструктивно увеличивает высоту кровати. Следовательно, указанные два требования в данной конфигурации не могут быть выполнены одновременно. Если действующие требования предполагается сохранить без изменений, просим представить техническое обоснование возможности их одновременного выполнения. Просим опубликовать соответствующие изменения в приглашении, чтобы участники имели возможность представить технически осуществимые и эквивалентные предложения».

Разъяснение: «Уважаемый участник! Принимая во внимание представленные Вами замечания, а также результаты проведенного оценочной комиссией изучения, в приглашение процедуры закупки с кодом ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 будут внесены соответствующие изменения.

*Примечание: В связи с технической проблемой в электронной системе eauction.armeps.am система не позволяет предоставить ответ на запрос о разъяснении посредством соответствующего поля системы. В связи с этим просим считать основанием настоящее объявление о разъяснении, опубликованное в информационном бюллетене».

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0

2.«ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին О внесении изменений в приглашение к процедуре закупки с кодом «ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68»²

2.1. Տեղեկացնում են, որ «ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակում վերոնշյալ պարզաբանման հարցումն ստանալու կապակցությամբ գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացվել է համապատասխան ուսումնասիրություն. որի արդյունքում հրավերում կատարվում են հետևյալ փոփոխությունները.

3-րդ չափաբաժին - «Պատգարակ բազմաֆունկցիոնալ» տեխնիկական բնութագրում «Կողային բազրիքներ՝ հիդրավիկ, 1 հավաքածու» բառերը փոխարինել «Ծավիղ/իջեցվող ABS կամ PP կողային բազրիքներ՝ 1 հավաքածու» բառերով:

7-րդ չափաբաժին - «Էլեկտրական ֆունկցիոնալ բժշկական մահճակալ կշեռով» տեխնիկական բնութագրում «Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 430-740 մմ (+10 մմ)» բառերը փոխարինել «Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 520-830 մմ (+10 մմ)» բառերով:

2.1. Сообщаю, что в рамках процедуры закупки с кодом «ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» в связи с получением вышеуказанного запроса о разъяснении оценочной комиссией было проведено соответствующее изучение, по результатам которого в приглашение вносятся следующие изменения:

Лот № 3 - «Многофункциональные носилки»: в технической характеристике слова «Боковые ограждения — гидравлические, 1 комплект» заменить словами «Складные/опускаемые боковые ограждения из ABS или PP — 1 комплект».

Лот № 7 - «Электрическая функциональная медицинская кровать с весами»: в технической характеристике слова «Регулировка высоты кровати: 430-740 мм (+10 мм)» заменить словами «Регулировка высоты кровати: 520-830 мм (+10 мм)».

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0

«ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտերի բացման մասին

Էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2026 թվականի սեպտեմբերի 14-ին, ժամը 09:00-ին, իսկ հակադարձ աճուրդը 2026 թվականի սեպտեմբերի 15-ին, ժամը 09:00-ին, ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7:


Установить крайний срок подачи заявок в рамках процедуры электронного аукциона на 14 сентября 2026 года, до 09:00 часов, а проведение обратного аукциона — на 15 сентября 2026 года, в 09:00 часов, по адресу: г. Ереван, ул. Гр. Нерсисяна, 7.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0
Принято решение: за - 3, против - 0

Հանձնաժողովի Կոմիսսիա
Նախագահ՝ Председатель комиссии

Անդամներ՝ Члены комиссии

Հանձնաժողովի քարտուղար՝
Секретарь комиссии



Գ. Խաչատրյան
Դ. Խաչատրյան
Ա. Ասատրյան
Ա. Ասատրյան
Գ. Մարգարյան
Դ. Մարգարյան
Թ. Հովսեփյան
Դ. Օվեսյան