

Արձանագրություն N 2

«ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«11» «ապրիլի» 2023թ.
ժամը՝ 10:00

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Գասպարյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Սեյրանյան,
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Մ. Կարապետյան
Բացակայում էր՝ Խ. Սարգսյան

1. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի շրջանակներում ստացված հարցման և տրված պարզաբանման մասին

Հաստատել «ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարությունը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 2, դեմ՝ 0:

2. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի անունները և ստորագրությունները

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

_____ 

Գ. Գասպարյան

Անդամներ՝

_____ 

Ա. Սեյրանյան

Քարտուղար՝

_____ 

Մ. Կարապետյան

ПРОТОКОЛ N 2

Заседание оценочной комиссии по запросу котировок по процедуре
«ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ»

г. Ереван

«11» «апреля» 2023г.
время 10:00

При участии

Председатель комиссии Г. Оганнисян

Члены комиссии А. Сейранян

Секретарь комиссии М. Карапетян

Отсутствовали: Х. Маргарян

1. О полученном запросе и данных разъяснениях в рамках процедуры совершения покупки по коду
«ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ»

Утвердить акт о разъяснении приглашения к процедуре закупки с кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ»

Принято решение- за- 2, против- 0

2. Имена фамилии и подпись присутствующих членов и секретаря комиссии

Ккомиссии


Председатель

Члены

Секретарь



Г. Гаспарян



А. Сейранян



М. Карапетян

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիր՝ «ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի աշխատանքների կազմակերպման նպատակով բժշկական նշանակության ապրանքների, ստոմատոլոգիական նյութերի, պարագաների, սարքավորումների և ուսումնական հավաքածուների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի ապրիլի 08-ին ժամը՝ 09:24-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի ապրիլի 11-ին տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում N1: ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ աճուրդի հարգելի համակարգող, խնդրում եմ հաստատեք, որ ներքոթվարկված չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում չկան անճշտություններ 58 - Ստոմատոլոգիական Ֆիզիոդիսպենսեր, ...ծայրակալի պտույտների քանակը սահմանել 1-40,000 պտույտ րուպելում: Սովորաբար, որակյալ սարքերի դեպքում, դրանց քանակները սկսվում են 200-ից: Իսկ, եթե գրված է՝ մինչև 40000, ապա պարզ չէ թե ինչ պտույտների քանակ է սկզբում: 60 - Տուրբինային ծայրակալ,գլխիկի չափսը $\sim 0.3 \times 13.5$ մմ: Սովորաբար լինում է 12.5×13.5 մմ: Այս ~ 0.3 չափը անհասկանալի է: Ընդհանրապես, վերը նշված և մի քանի այլ չափաբաժինների դեպքում, տեխնիկական բնութագրերը ամբողջական չեն և հնարավոր չէ իդենտիֆիկացնել պատվիրատուի իրական պատվերը:

Պարզաբանում N1: «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնի աշխատանքների կազմակերպման նպատակով տարիներ շարունակ համալսարանը նույն տեխնիկական բնութագրերով հայտարարել է մրցույթներ, որի շրջանակներում կնքվել են պայմանագրեր և մատակարարվել է տեխնիկական բնութագրերին համարժեք ապրանք: Խնդրում ենք առաջնորդվել հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերով: 60-րդ չափաբաժնում էական նշանակություն ունի տուրբինային ծայրակալի գլխիկի բարձրությունը:


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Մերի Կարապետյանին: Հեռախոս՝ 011 621 000 (249)

Էլ.փոստ՝ marketinysmu5@gmail.com

«ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝



Գ. Գասպարյան

Անդամներ՝



Ա. Սեյրանյան

Քարտուղար՝



Մ. Կարապետյան

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссией № 2 от 11-го апреля 2023 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения «о Закупах».

Код процедуры «ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ»

Оценочная комиссия по процедуре закупки под кодом «ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ» организованная с целью приобретения медицинских изделий, стоматологических материалов, расходных материалов, оборудования и учебных наборов для деятельности центра передового опыта стоматологического образования фонда "Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара Гераци" ниже предоставляет запрос полученный от 08-го апреля 2023 года, относительно приглашения с тем же кодом и разъяснение по нему, предоставленное 11 апреля 2023 г.

Запрос № 1: 58 - Стоматологический физиодиспенсер, ... установить число оборотов наконечника от 1 до 40 000 оборотов в минуту. Обычно у качественных устройств их количество начинается от 200 штук. А если написано до 40000, то непонятно какое количество оборотов в начале. 60 – Турбинный наконечник,размер головки ~0,3*13,5мм. Обычно бывает 12,5*13,5 мм: Этот размер ~0,3 неясен. Как правило, для вышеупомянутых и некоторых других лотов характеристики не являются полноценны, и невозможно определить фактический заказ клиента.


Разъяснение 1: В целях организации работы центра передового опыта в области стоматологического образования фонда «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци» университет уже много лет объявляет тендеры с одинаковыми техническими условиями, в рамках которого заключены договоры и поставлен товар установленный техническим характеристикам устаеовленными соглашением.

Для получения дополнительной информации в связи с объявлением можно обратиться к секретарю оценочной комиссии Мэри Карапетян. Телефон: 011 621 000 (249) эл.почта marketinysmu5@gmail.com

Оценочная комиссия по котировке цен по процедуре закупа «ԷՍՏՍՊՁԲ-2023/16-13-ԵՊԲՀ»

Комиссия

Председатель




Г. Гаспарян

Члены



А. Сейранян

Секретарь



М. Карапетян