

Արձանագրություն N 2

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների, գործիքների և վանդակների ձեռքբերման «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/366» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

Протокол № 2

Заседание заседания оценочной комиссии по процедуре закупки с кодом «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/366» на приобретение медицинского оборудования, инструментов и клеток для нужд мэрии Ереван

Ք. Երևան

Դ. Երևան

Նիստի անցկացման վայրը՝

Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 128 սենյակ օրը՝ 06.10.2026թ.

Ժամը՝ 09:00

Место проведения заседания.

Административное здание мэрии Еревана (г. Ереван ул. Аргишти 1), комната 128

день: 06.10.2026

время: 09:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Ավետիսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Լ. Մովսիսյան, Հ. Հարությունյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Լ. Աղաջանյան

Участвовали

Председатель комиссии:

Գ. Ավետիսյան

Члены комиссии:

Լ. Մովսիսյան, Ա. Արությունյան

Секретарь комиссии:

Լ. Աղաջանյան

1. «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/366» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված հարցումների և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումներ տրամադրելու մասին

1. О запросах, полученных, и предоставлении разъяснений по ним в рамках процедуры закупки с кодом «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/366».

(Գ. Ավետիսյան, Գ. Ավետիսյան)

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ էլեկտրոնային աճուրդի eauction.armeps.am էլեկտրոնային հարթակում «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/366» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացվել են հարցումներ, որին ի պատասխան գնահատող հանձնաժողովի կողմից տրվել են պարզաբանումներ 06.10.2026թ.-ին: Ստորև ներկայացվում է հարցումների և պարզաբանումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Հարցադրում 1.

«Հարգելի գործընկեր խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերին՝ 1)5-րդ չափաբաժնում նշված է Անալիզատորը ունի կոմպակտ և տարածք խնայող կառուցվածք՝ 305 × 605 × 330 մմ չափսերով և 22 կգ ցանցային քաշով: Այստեղ նշված են հստակ ցուցանիշներ

առանց միջակայքի: Խնդրում ենք տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն և պահանջի մեջ ավելացնել ոչ ավել կամ ոչ պակաս բառերը պահանջվող չափսերի և քաշի համար, կամ պարզաբանման մեջ նշել որ տարբերակն է ընդունելի պատվիրատուի համար՝ ոչ ավել թե ոչ պակաս? 2)10-րդ չափաբաժնում նշված է Սարքն ունի ներկառուցված տպիչ, որը ավտոմատ կերպով տպում է հետազոտության արդյունքները՝ առանց լրացուցիչ սարքավորումների անհրաժեշտության: Ներկառուցված տպիչ ինչ ի նկատի ունեք, օրինակ՝ սարքի հետ իր փաթեթավորման հետ լինի սարքի տպիչը? 3) 14-րդ չափաբաժնի համար նշված է քայլերով՝ 0.01–99.99 mL/h: Աշխարհում գոյություն չունի նման միջակայքով Կենդանաբուժական սրվակային պոմպ: Արդյոք սա վրիպակ է և պետք լիներ 0.1–99.99 mL/h միջակայք? 4)17-ր չափաբաժնում նշված է Սարքը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր արքեսուարներով: Ուզում ենք նշել որ 17-րդ չափաբաժինը դա սարքը չէ այլ լաբորատոր ռեակտիվներ: Խնդրում ենք կատարել փոփոխություն տեխնիկական բնութագրում, ինչպես նաև 17-րդ չափաբաժնի համար նշված է հստակ ցուցանիշներ՝ Հեմատոլոգիայի դիլյուենտ 20 L / Բարել Հեմատոլոգիայի լիզեր 500 մL /տարա Հեմատոլոգիայի լիզեր 100 մL /տարա Հեմատոլոգիայի փակման լուծույթ 50 մL /տարա: Խնդրում ենք տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն և նշել թե քանի լիտր դիլյուենթ է անհրաժեշտ քանի մլ լիզեր, և քանի մլ փակման լուծույթ, այսպես դուք կպահպանեք մրցակցությունը և մասնակիցները կկարողանան առաջարկել տարբեր ծավալներով ձեր կողմից պահանջված նյութը: Խնդրում ենք նաև նշել թե որ սարքի համար են անհրաժեշտ այս նյութերը: Կանխավ շնորհակալություն:»

Запрос 1:

«Уважаемый коллега,

Просим предоставить разъяснения по следующим вопросам:

1. В 5-м лоте указано: «Анализатор имеет компактную и экономящую пространство конструкцию размером 305 × 605 × 330 мм и сетевым весом 22 кг». В данном случае указаны конкретные показатели без допустимого диапазона. Просим внести изменения в техническую характеристику и добавить к требуемым размерам и весу слова «не более» или «не менее», либо в разъяснении указать, какой вариант является приемлемым для Заказчика: «не более» или «не менее».
2. В 10-м лоте указано: «Оборудование имеет встроенный принтер, который автоматически печатает результаты исследований без необходимости использования дополнительного оборудования». Что имеется в виду под «встроенным принтером»? Например, должен ли принтер поставляться вместе с оборудованием и входить в его комплектацию?
3. В 14-м лоте указано: «с шагом 0,01–99,99 мл/ч». В мире не существует ветеринарного инфузионного насоса с таким диапазоном. Является ли это опечаткой, и должен ли быть указан диапазон 0,1–99,99 мл/ч?
4. В 17-м лоте указано: «Оборудование должно быть укомплектовано всеми необходимыми для работы аксессуарами». Хотим обратить внимание, что 17-й лот представляет собой не оборудование, а лабораторные реагенты.

Просим внести соответствующие изменения в техническую характеристику. Кроме того, для 17-го лота указаны конкретные объемы:

- гематологический дилуэнт — 20 л/канистра;
- гематологический лизирующий реагент — 500 мл/тара;
- гематологический лизирующий реагент — 100 мл/тара;
- раствор для промывки (закрывающий раствор) для гематологии — 50 мл/тара.

Просим внести изменения в техническую характеристику и указать необходимое количество литров дилуэнта, миллилитров лизирующего реагента и миллилитров раствора для промывки

(закрывающего раствора), вместо установления конкретного объема каждой тары. Таким образом, будет обеспечена конкуренция, и участники смогут предложить требуемые материалы в различных объемах в соответствии с установленной Заказчиком потребностью. Просим также указать, для какого оборудования предназначены данные материалы. Заранее благодарим.

»

Պարզաբանում 1.

«Հարգելի մասնակից 1) 5-րդ չափաբաժնի համար Գնորդի համար ընդունելի է սարքի չափսերի և քաշի «ոչ ավել» սահմանաչափը: Հաշվի առնելով սարքի կոմպակտ և տարածք խնայող կառուցվածքի պահանջը՝ տեխնիկական բնութագրում նշված չափսերը՝ $305 \times 605 \times 330$ մմ, և ցանցային քաշը՝ 22 կգ, պետք է դիտարկել որպես առավելագույն թույլատրելի ցուցանիշներ: Անալիզատորը պետք է ունենա կոմպակտ և տարածք խնայող կառուցվածք՝ $305 \times 605 \times 330$ մմ-ից ոչ ավել չափսերով և 22 կգ-ից ոչ ավել ցանցային քաշով: Հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխություններ: 2) 10-րդ չափաբաժնում «ներկառուցված տպիչ» պահանջը ենթադրում է, որ տպիչը պետք է լինի անմիջականորեն ինտեգրված անալիզատորի կառուցվածքում և հանդիսանա սարքի բաղկացուցիչ մասը, այլ ոչ թե առանձին արտաքին տպիչ: 3) 14-րդ չափաբաժնի մասով հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխություններ: 4) Ռեակտիվները նախատեսված են 10-րդ չափաբաժնով նախատեսված կենդանաբուժական ավտոմատացված 5-բաժանմունքային (5-part differential) հեմատոլոգիական անալիզատորի համար և պետք է լինեն տվյալ սարքի հետ լիովին համատեղելի: Հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխություններ:»

Разъяснение 1.

«Уважаемый участник,

1. По 5-му лоту для Заказчика приемлемо установление предельных значений размеров и веса оборудования по принципу «не более». С учетом требования к компактной и экономящей пространство конструкции оборудования, размеры, указанные в технической характеристике — $305 \times 605 \times 330$ мм, и сетевой вес — 22 кг, следует рассматривать как максимально допустимые показатели. Анализатор должен иметь компактную и экономящую пространство конструкцию с габаритными размерами не более $305 \times 605 \times 330$ мм и сетевым весом не более 22 кг. В приглашение будут внесены соответствующие изменения.
2. В 10-м лоте требование о наличии «встроенного принтера» подразумевает, что принтер должен быть непосредственно интегрирован в конструкцию анализатора и являться его составной частью, а не отдельным внешним принтером.
3. В части 14-го лота в приглашение будут внесены соответствующие изменения.
4. Реагенты предназначены для ветеринарного автоматизированного 5-популяционного (5-part differential) гематологического анализатора, предусмотренного 10-м лотом, и должны быть полностью совместимы с данным оборудованием. В приглашение будут внесены соответствующие изменения.»

Հարցադրում 2.

«Հարգելի գործընկերներ, Խնդրում ենք պարզաբանել Չափաբաժին 23-ի՝ «Օդի թթվածնային գեներատոր» տեխնիկական բնութագրի հետևյալ հարցը. բնութագրում նշված է. «Սարքը հագեցած է թվային ցուցիչներով, որոնք իրական ժամանակում ցուցադրում են աշխատանքի հիմնական պարամետրերը՝ ներառյալ թթվածնի հոսքը և համակարգի վիճակը»: Խնդրում ենք պարզաբանել՝ «թթվածնի հոսք» ասելով նկատի ունե՞ք թթվածնի կոնցենտրացիա՞ն:»

Запрос 2:

«Уважаемые коллеги,

Просим предоставить разъяснение по следующему вопросу, касающемуся технической характеристики 23-го лота «Генератор кислорода из воздуха».

В технической характеристике указано: «Оборудование оснащено цифровыми индикаторами, которые в режиме реального времени отображают основные параметры работы, включая поток кислорода и состояние системы».

Просим уточнить: под «потоком кислорода» имеется в виду концентрация кислорода?»

Պարզաբանում 2.

«Հարգելի մասնակից Ոչ, 23-րդ չափաբաժնում «թթվածնի հոսք» ասելով նկատի է առնվում թթվածնի հոսքի արագությունը՝ լիտր/րոպե (L/min), ոչ թե թթվածնի կոնցենտրացիան:»




Разъяснение 2.

«Уважаемый участник, Нет, в 23-м лоте под «потоком кислорода» понимается скорость потока кислорода, выраженная в литрах в минуту (L/min), а не концентрация кислорода.»

1.2 Հաշտատել հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը:
1.2 Утвердить текст объявления о разъяснении приглашения.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 3, դեմ – 0:

Принято решение: за – 3, против – 0.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии:		Գ. Ավետիսյան Г. Аветисян
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Члены комиссии:		Լ. Մովսիսյան Л. Мовсисян
		Հ. Հարությունյան А. Арутюнян
Քարտուղար՝ Секретарь комиссии:		Լ. Աղաջանյան Л. Агаджанян