

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

«ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի

«Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

22.12.2025թ. ժամը 14:32

Ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 3/3

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Տաթևիկ Մանուկյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Սամվել Թումանյան
	Անահիտ Հարությունյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Տաթևիկ Խալաթյան

1. Ընթացակարգի հայտերի բացման և սկսելու մասին

(Տաթևիկ Մանուկյան)

Ընդունելի գիտություն, որ.

- Հայտերը բացվել են էլեկտրոնային ձևով աճուրդների իրականացումն ապահովող համակարգի՝ www.eauction.armeps.am կայքի միջոցով 2025 թվականի դեկտեմբերի 19-ին ժամը 14:00-ին
- Էլեկտրոնային աճուրդը սկսվել է համակարգում 2025 թվականի դեկտեմբերի 22-ին ժամը 14:00-ին և ավարտվել ժամը 14:32-ին

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0 :

Սահմանված ժամկետում հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները

Հ/Հ	Գնային առաջարկ ներկայացրած կազմակերպության անվանումը	Գնային առաջարկ ներկայացրած կազմակերպության հասցեն, հեռախոսի համարը
1	«Իվաֆարմ» ՍՊԸ	ՀՀ ք. Երևան , Գ.Շերամի 92/3 Հեռ. (098) 44-88-56 lvapharm89@gmail.com
2	«ՏԵԽՆՈ-Մ» ՍՊԸ	ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Կոմիտասի փ. 27տ. Հեռ (010) 53-36-30 melsik.avagyan74@mail.ru
3	«ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ» ՍՊԸ	ՀՀ ք. Երևան, 16թաղ. 38շ. 16բն. Հեռ (094) 32-73-24 aengineering@gmail.com

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ –3, դեմ՝ –0

2. Հայտերի վերաբերյալ հարցումների և ներկայացված պարզաբանումների մասին

Մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլ.աճուրդ համակարգի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ուղարկվել են հետվյալ հարցադրումները

Հարցադրում 1

Բարև Ձեզ, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ պարզաբանել 5-րդ չափաբաժնի տեխնիկական պահանջների վերաբերյալ մի հարց: Տեխնիկական բնութագրում նշված է, որ էլեկտրասրտագրության մալուխը պետք է համատեղելի լինի ML 1500 մոդելի հիվանդի մոնիտորի համար , խնդրում եմ հստակեցնել ընդունելի է ներկայացնել էլեկտրասրտագրության մալուխ ,որը պարունակում է 10 վերջույթներով էլեկտրոդներ, թե՞ պարտադիր պետք է լինի ML 1500 մոդելի մոնիտորի համար միացման լար 5 էլեկտրոդներից բաղկացած:

Պարզաբանում 1

Հարգելի հարցատու «ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրի 5-րդ չափաբաժնում էլեկտրասրտագույթյան մալուխը պետք է պարտադիր համատեղելի լինի ML 1500 մոդելի հիվանդի մոնիտորին

Հարցադրում 2

Հարգելի գործընկեր 2-րդ չափաբաժնի մասով խնդրում եմ պատասխանել, արդյոք ընդունելի է 33-47 սմ ձեռքի շրջագծով մանժետներ, քանի որ հիմնական միջակայքը մեծահասակի մեծ չափի թևնոցի համար սա է: Ինչպես նաև 50/60սմ մեկ խողովակի փոխարեն ընդունելի արդյոք երկու կտորից՝ միակցիչով տարբերա, քանի որ գործարանային մանժետները հիմնականում լինում են մինչև 20 սմ երկարությամբ խողովակով

Պարզաբանում 2

Հարգելի հարցատու ընդունելի է միայն տեխնիկական բնութագրով նշված ապրանքը

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0 :

3. Ընտրված մասնակիցների հայտերում հրավերով պահանջված բոլոր փաստաթղթերը առկա են և համապատասխանում են հրավերի պահանջներին, բացառությամբ «ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի, «ՏԵԽՆՈՒՄ» ՍՊԸ-ի և «Իվաֆարմ» ՍՊԸ-ի

- «ՏԵԽՆՈՒՄ» ՍՊԸ-ի հայտում, առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում , ֆիրմային անվանում, ապրանքային նշան, մակնիշ, արտադրողի անվանում լրացված են նույն տվյալները
- «Իվաֆարմ» ՍՊԸ -ի հայտում, առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում , ֆիրմային անվանում, ապրանքային նշան, մակնիշ, արտադրողի անվանում լրացված են նույն տվյալները
- «ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ -ի հայտում, առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում , ֆիրմային անվանում, ապրանքային նշան, մակնիշ, արտադրողի անվանում լրացված են նույն տվյալները

Առաջարկվում է մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարել շտկում և առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը լրացնել հրավերի պահանջների համապատասխան

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ -3 դեմ՝ -0

Փաստաթղթերի գնահատման նպատակով նիստը տեղափոխվում է սույն թվականի դեկտեմբերի 24-ին ժամը 12:00-ին:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Տաթևիկ Մանուկյան



Հանձնաժողովի անդամներ՝

Սամվել Թումանյան

Անահիտ Հարությունյան



Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տաթևիկ Խալաթյան

