





	<p>15, 16, 17, 18, 19, 20. ноября этого года поступил запрос, где просит уточнить:</p> <p>Запрос №1 - Лот 1. Уточните марку гигрометра и как этот прибор связан с пунктом 10.2 ПНАЭГ-7-017-89? ПНАЭ Г-7-017-89 это Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Лот 2 Возможна ли поставка газоанализатора - аналога СТХ-17-81 - модель ФП-22?</p> <p>Запрос №2 - В технической характеристике лота 2 указано «водород и ряд компонентов». Прошу уточнить, помимо водорода, какие конкретно другие компоненты имеются в виду, так как цена устройства значительно зависит от типа и количества измеряемых веществ?</p> <p>Запрос №3 - Требуемый прибор по 2-му лоту с указанным диапазоном измерений «% НКПР от 0 до 55» применяется только для анализаторов СТХ-17-85. Для всех других моделей серии СТХ-17 этот диапазон составляет от 0 до 50. Приемлемы ли анализаторы с диапазоном от 0 до 50?</p> <p>Запрос №4 - В технических требованиях для анализатора газов, указанного во 2-м лоте, сказано: «переносной, водород и ряд компонентов, одновременное цифровое отображение всех измеряемых компонентов в различных сочетаниях в рабочей зоне...». Просим уточнить, какие именно газы необходимы для анализа, так как требование «и ряд компонентов» непонятно.</p> <p>Запрос №5 - В технических данных анализатора для определения газов указан рабочий диапазон температур от «-40°С до +55°С». Просим уточнить, приемлем ли рабочий диапазон температур от -40°С до +50°С.</p> <p>Запрос №6- Пожалуйста, уточните диапазон измерений для прибора СТХ-17-81: от 0 до 50 % НКПР, а не до 55 %.</p> <p>Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց ստացված գրությունների բովանդակությունը:</p> <p>Գնահատող հանձնաժողովը տրամադրեց պարզաբանում հարցմանը ի պատասխան Պարզաբանում N1- Խոնավաչափի տեսակը տիպը կարևորություն չի ներկայացնում: Անհրաժեշտ է խոնավաչափը ունենա հաստատված հրապարակված տեխնիկական բնութագիրը: ՊՆԱԷ Գ-7-017-89 փաստաթղթի կետ 10.2-ի համաձայն ռադիոգրաֆիկական ժապավենների պահպանման, չխոնավանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ Խոնավաչափ: Չափաբաժին 2-ի համար անհրաժեշտ են տեխնիկական բնութագրում նշված մոդելները:</p> <p>Պարզաբանում N2, N4- Ջրածնից բացի այլ անհրաժեշտ բաղադրիչներն են մեթան, ազոտիլեն, էթիլեն, պրոպան և էթան:</p> <p>Պարզաբանում N3, N5- Ուղղորդվել հրապարակված տեխնիկական բնութագրով:</p> <p>Պարզաբանում N6- Ընդունելի է նաև СТХ-17-81 սարքի համար չափման միջակայքը՝ % НКПР 0 մինչև 50:</p> <p>Оценочная комиссия предоставила разъяснения в ответ на запрос:</p> <p>Разъяснение № 1 - Тип и модель гигрометра не имеют значения. Важно, чтобы гигрометра имел утвержденные опубликованные технические характеристики. Согласно пункту 10.2 документа ПНАЭ Г-7-017-89 для хранения рентгеновских пленок и их защиты от влаги необходимо иметь гигрометра. Для лот 2 необходимы модели, указанные в технических характеристиках.</p> <p>Разъяснение № 2, № 4- Кроме водорода, другими необходимыми компонентами являются метан, ацетилен, этилен, пропан и этан.</p> <p>Разъяснение № 3, № 5- Руководствоваться опубликованной технической характеристикам.</p> <p>Разъяснение № 6- Для прибора СТХ-17-81 также допустим диапазон измерений: % НКПР от 0 до 50.</p>
<p><b>Հրավերում կատարված փոփոխություններ /</b> Изменения, внесенные в приглашение</p>	<p><b>Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել /</b> Изменений в приглашение не было</p>
<p><b>Օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակերից՝ գնման առարկայի բնութագրերի վերաբերյալ ներկայացված հիմնավորումներ /</b> С точки зрения предусмотренных Законом требований по обеспечению конкуренции и недопущению дискриминации, обоснования характеристик предмета закупки</p>	<p><b>Հիմնավորումներ չեն ներկայացվել /</b> Обоснования не представлены</p>



Հայր ներկայացրած մասնակիցների քանակը /  
Число участников, представивших заявку

5(հինգ / пять)

Հայր ներկայացրած մասնակցի անվանումը,  
էլ. փոստը, գործունեության հասցեն և  
հեռախոսահամարը /  
Название организаций, Эл. почта, адрес  
деятельности и номер телефона  
представивших заявку

**«Վի ԲեՅ ԻնՋինեերինգ» ՍՊԸ / ՕՕՕ "Ви Кей Инжиниринг"**  
**vkengineering666@gmail.com**  
Նոր Խարբերդ, 1փ., 1 նրբանցք, /30/5փ./ Нор Харберд, ул. 1, переулок 1, /30/5кв.  
094805045

**«ԳԱ Յունիոն» ՍՊԸ / ՕՕՕ "ГА Юнион"**  
**ga.union.llc@gmail.com**  
Նոր Խարբերդ 8փ 4Տ/ Нор Харберд 8 ул. 4 ձ.  
093089989

**«Ասպարեզ» ՍՊԸ / ՕՕՕ "Аспарез"**  
**asparezllc@gmail.com**  
ՀՀ, ք. Երևան, Աննո Բարաջանյան 98/4, N48, / ՔԱ, զ. Երևան, Арно Бабаджанян 98/4,  
N48  
**+374 55 882033**

**«ՏԼՄ» ՍՊԸ / ՕՕՕ "ТММ "**  
**deltant@mail.ru**  
ՀՀ, Երևան, Օրբելի 33Ա, 15 / զ. Երևան, Орбели 33А, 15  
**+37491437410**

**«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ / ՕՕՕ "Энерджи Групп"**  
**energygroup.am@gmail.com**  
ՀՀ, ք. Երևան, Արեւյան 3/4/ / զ. Երևան Абелян 3/4  
**+374 41 303 600**

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ – 4 , դեմ – 0, Принято решение: за – 4 , против – 0



6. Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համար	Գրառեցրած տեղ	Ներկայացված հայտեր	Նախատեսված վայրն գին	Նախնական առաջարկ			Վերջին առաջարկ			Մասնակցի կարգավիճակ
				Արժեք	ԱՍՀ	Գին	Արժեք	ԱՍՀ	Գին	
2	1	«Վի ԲԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)	3500000 AMD	2890000 AMD	20 %	3468000 AMD	1974000 AMD	20 %	2368800.00 AMD	
2	2	«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ	3500000 AMD	728593417 AMD	20 %	874312100.4 AMD	2424000 AMD	20 %	2908800.00 AMD	
2	3	ՏՆՍ ՍՊԸ	3500000 AMD	5000000 AMD	20 %	6000000 AMD	2683000 AMD	20 %	3219600.00 AMD	
2	4	GA Union	3500000 AMD	3498000 AMD	0 %	3498000 AMD	3498000 AMD	0 %	3498000.00 AMD	
2	5	Ասպարեզ ՍՊԸ	3500000 AMD	777777777 AMD	20 %	933333332.4 AMD	777777777 AMD	20 %	933333332.40 AMD	Մերժված

Գնահարող հանձնաժողովը համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետի և հրավերի 8.9 կետի 2-րդ ենթակետի մերժեց աճուրդի արդյունքում 2-րդ և հաջորդաբար րեղեր զբաղեցրած մասնակիցների հայտերը / Оценочная комиссия, согласно подпункт 1 части 1 статьи 37 Закона РА "О закупках" и пп. 2 пункта 8.9 пригласения, отклонила заявки участников, занявших в результате аукциона 2-й и последовательные места.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4 , դեմ - 0 Ստորագրվեց որոշում՝ կողմ - 4 , դեմ - 0 Принято решение: за - 4 , против - 0



7. Տվյալներ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի ներկայացրած հայտի մասին (բավարար/անբավարար (նշել պատճառը)/ Данные о представленных заявках участника, занявший первое место (достаточно/недостаточно (указать причину))

Տվյալներ՝ մասնակցի հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին / Данные о наличии в заявке участника требуемых приглашением документов	«ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ / ООО "Ви Кей Инжиниринг"	բավարար / удовлетворительно
Տվյալներ՝ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի հրավերով սահմանված պայմանների համապատասխան կազմված լինելու մասին / Данные о составлении документов, представленных участником, в соответствии с условиями, установленными приглашением	«ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ / ООО "Ви Кей Инжиниринг"	անբավարար / неудовлетворительно Ներկայացված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում բացակայում են հրավերով պահանջվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի որոշ պարամետրեր: / В техническом описании представлен товара отсутствуют некоторые параметры, требуемые в запросе.

Համաձայն ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 41-րդ կետի՝ գնահատող հանձնաժողովի կողմից որոշվել էր կասեցնել հայտերի գնահատման, արդյունքների ամփոփման նիստը՝ առաջարկելով «ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ -ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտաբել նշված անհամապատասխանությունները:

Գնահատող հանձնաժողովի կողմից e-AUCTION գնումների էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի միջոցով ծանուցվել է մասնակցին առկա անհամապատասխանությունների մասին: Մինչև շտաբել գնահատման ավարտը մասնակցի կողմից ստացվել էր գրություն, որտեղ մասնակիցը առաջարկում էր ընտրել երեք նյութեր, որոնք կարող է սարքը հայտնաբերել, որին ի պատասխան մասնակցին առաջարկվել է առաջնորդվել փրկված պարզաբանմամբ, որտեղ նշվել էր պահանջվող 6 նյութերի անվանումները:

Նիստը վերսկսվել է 05.12.24 թ-ին: Գնահատող հանձնաժողովը արձանագրեց, որ «ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի կողմից կատարված շտաբելում՝ ապրանքի ամբողջական տեխնիկական բնութագրերը թերի էր, ուստի գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի հայտը գնահատեց անբավարար և մերժեց:

Согласно 41-му пункту решения Правительства РА 526-Н, оценочная комиссия решила приостановить заседание по оценке заявок и подведение итогов, предложив ООО "Ви Кей Инжиниринг" в течение одного рабочего дня исправить указанные несоответствия.

Оценочная комиссия посредством электронной аукционной системы закупок e-AUCTION уведомила участника о существующих несоответствиях. До завершения оценки исправления участник получил уведомление, в которой участнику предлагалось выбрать три вещества, которые устройство может обнаружить, в ответ на который участнику было предложено руководствоваться данным разъяснением, в котором были указаны названия шести необходимых веществ.






Заседание возобновилось 05.12.24 г. Оценочная комиссия зафиксировала, что вышеуказанные несоответствия со стороны ООО "Ви Кей Инжиниринг" представленная полная техническая характеристика товара была неполной, поэтому оценочная комиссия оценила заявку участника как неудовлетворительную и отклонила.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4 , դեմ - 0, Принято решение: за - 4 , против - 0

8. Տվյալներ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու և դրա հիմնավորման մասին  
Данные об объявлении процедуры закупки несостоявшейся и ее обосновании

Չափարած նի համարը Номер лота	Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը Наименование приобретаемой товара	Հիմնավորում Обоснование
1	«Խոնավաչափ»/ "Гигрометр"	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի Пункта 3 части 1 статьи 37 Закона РА «О закупках»
2	«Գազերի որոշման անալիզատոր»/ "Анализатор определения газа"	Գնահատող հանձնաժողովը հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 42-րդ կետը մասնակցի հայտը գնահատեց անբավարար և մերժեց: /Оценочная комиссия на основании пункта 42 решения правительства РА от 4 мая 2017 года N 526-Н оценила заявку участника как неудовлетворительно и отклонила. Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի ընթացակարգը հայտարարվեց չկայացած: Пункта 4 части 1 статьи 37 Закона РА «О закупках»

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4 , դեմ - 0, Принято решение: за - 4 , против - 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии		Ա. Ղազարյան / А. Казарян
		Ա. Փարսիլյան / А. Парсилян
		Վ. Գևորգյան / В. Геворгян
		Վ. Մանուկյան / В. Манукян
Համակարգող-քարտուղար՝ Координирующий секретарь		Ա. Ղազարյան / А. Казарян