ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 02

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ <<ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6>>

ծածկագրով ընթացակարգի

ք. Իջևան <<04 >> նոյեմբերի 2022թ.

ժամը 18:00

Մասնակցում էին.

Ռ. Տիգրանյան - Հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ

Լ. Քամալյան - Հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի առողջապահության վարչության գլխավոր մասնագետ

Ն. Քամալյան - Հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի առողջապահության վարչության ավագ մասնագետ

Ա.Մանգասարյան - Հանձնաժողովի քարտուղար, ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ

<<ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6>> **ծածկագրով** մրցույթի շրջանակներում ստացվել են հարցումներ և պարզաբանումներ.

1. *1-ին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում մի շարք պարամետրեր սահմանվել են հստակ, առանց միջակայքերի և թույլատրելի շեղումների, որը խտրական է, հակասում է մրցակցության օրինական պահանջներին և բացառում է հնարավոր մասնակիցների մասնակցությունը, ինչպես օրինակ տեխնիկական բնութագրի ստորև նշված կետերի պարամետրերը՝ 1.6.1 Խողովակի լարումը 1.6.2 Խողովակի հոսանք 1.7.1 Խողովակի լարումը 1.7.2 Խողովակի հոսանք, և այլ կետերում (խախտումների նույնանման լինելու պատճառով բոլորը չենք թվարկում): Անհրաժեշտ է խմբագրել բնութագրերը և չափորոշիչների համար սահմանել թույլատրելի նվազագույն և առավելագույն շեմ, ինչպես նաև թույլատրելի ԻՐԱԿԱՆ միջակայքեր:*
2. *Շարժական /դյուրակիր/ ուլտրաձայնային համակարգի տեխնիկական բնութագրում սարքի էկրանի համար նշված 0-30 աստիճան պտտվող պահանջը կարող է անտեսվել:*

Գնահատող հանձնաժողովը վերոնշյալ հարցումներին և պարզաբանումներին տվեց հետևյալ պատասխանները.

1. Ի պատասխան առաջին հարցման, կատարել Հրավերի փոփոխություն՝ համաձայն Նոյեմբերյանի ԲԿ-ի կողմից ստացված փոփոխված տեխնիկական բնութագրի, որտեղ ավելացվել է << **Նշված բոլոր պարամետրերի, որտեղ միջակայք նշված չէ, շեղումը թույլատրելի է ±3%**>>:
2. Ի պատասխան երկրորդ հարցման, պատասխանել՝ համաձայն Իջևանի ԱԱՊԿ ՓԲԸ-ի տնօրենի կողմից տրված պարզաբանման, <<Կարող է անտեսվել>>:

ոստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները և ազգանունները.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ռ. Տիգրանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Լ. Քամալյան

Ն. Քամալյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ա. Մանգասարյան