

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

« ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 » ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

Նիստի անցկացման՝

-վայրը՝ ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7

-օրը՝ 23.04.2026թ.-ժամը՝ 10:00

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Զոհրաբյան Ալբերտ

Հանձնաժողովի անդամներ Գրիգորյան Տիգրան, Տոռոզյան

Շահեն Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Անահիտ Մովսեսյան

Место заседания: мерия г. Ереван, ул. Гр. Нерсисяна 7,
День, месяц, год заседания: 23.04.2026 г., Время: 10:00.

Председатель комиссии: Альберт Зограбян

Члены комиссии: Тигран Григорян, Шахен Торозян

Секретарь комиссии: Анаит Мовсесян

**1.« ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 » ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում
21.04.2025թ. հարցադրման և 22.04.2025թ. դրա վերաբերյալ պարզաբանում և
23.04.2026 փոփոխություն կատարելու մասին
1. О разъяснении относительно приглашения**

1.1 Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ պարզաբանում տրամադրելու մասին .

Հարցադրում 1. «Բարև Ձեզ,հնդրում եմ պարզաբանում տալ 2-րդ չափաբաժնի համար: Ապրանքի անվանումը և տեխնիկական բնութագրերը չեն համապատասխանում միմիայնց հետ. Ստենտ անվանումով, բայց պահանջով Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW .: Արդյոք որևէ սխալ չկա՞»

Հարցադրում 2 « Հարգելի գործընկեր տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ կատարվի համապատասխան փոփոխությունը>>:

1.2 Գնման ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին.

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց, որ օրենքով սահմանված կարգով կատարել սույն գնման ընթացակարգի հրավերի համապատասխան փոփոխություն.

- 2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի՝ « Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, պատած Պակլիտակսե; դեղով, դեղի դոզան՝ 3մկգ/մմ², շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0,014"/0,035" ուղղորդիչների հետ: Բալոնի չափսերը՝ -2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 5,00 և 6,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 250մմ; -7,00 և 8,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 150մմ; Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինին ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ>> փոխարեն հիմք ընդունել՝

-- « Բալոն դիլատացիոն պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը կոբալտ-քրոմ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը ոչ ավել քան 120մկմ, շավթի աշխատանքային երկարությունը առնվազն 150սմ, պրոքսիմալ շափուկ տրամագիծը ոչ ավել քան 2,2մմ, դիստալ շափուկ տրամագիծը ոչ ավել քան 3,2մմ, ռետզենկոնտրաստային նշակիներ, համատեղելի 0,014 ուղղորդիչի հետ և 5, 6fr ինտրադյուստրի հետ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0, երկարությունը առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 12մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 18մմ:

Միջին կարծեցումը ոչ ավել քան երկարության 1 տոկոսը, նմանալ ճնշումը առնվազն 9 բար Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինին ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ>> տեխնիկական բնութագիրը:

1.3 Հաստատել հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին հայտարարություն տեքստը:

Ընդունվել է որոշում՝ 3 կողմ , դեմ 0:

Принято решение: за -3, против – 0.

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ

Председатель оценочной комиссии:՝

Հանձնաժողովի անդամներ

Члены комиссии:՝

Գնումները համակարգող

Координатор закупок:

Ա. Զոհրաբյան
А. Зограбян

Տ. Գրիգորյան
Т. Григорян

Շ.Տոռոզյան
Ш.Торозян

Ա. Մովսեսյան
А. Мовсесян