

Հաստատում եմ

Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի

Տնօրեն Ս. Հազարյան

Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված

«ՎԲԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11» >> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

<<8>> հունվարի 2025թ

Ք Վանաձոր

Մասնակցում էին՝

Ժամը՝ 12:00

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Գոգրյան-ղեղ ծառայության ղեկավար, պատասխանատու ստորաբաժանի ղեկավար (հանձնաժողովի նախագահ)

Հանձնաժողովի անդամներ՝

- Ե. Մտաինյան -ղեղագործ, պատասխանատու ստորաբաժանի անդամ (հանձնաժողովի անդամ)
- Ա. Ափոյան- ինվազիվ սրտաբան (հանձնաժողովի անդամ)

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Պողոսյան – գնումների համակարգող (քարտուղար)

Տվյալներ՝ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված հայտի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

Հանձնաժողովը ուսումնասիրել է <Փրայմ Մեդիա> ՍՊԸ-ի կողմից թիվ 30 չափաբաժնի համար ներկայացրած առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը և արձանագրել է անհամապատասխանություն հրավերով նշված տեխնիկական բնութագրի և մասնակցի կողմից առաջարկված տեխնիկական բնութագրի միջև:

Հրավերով նշված է <Կորոնար դեղապատ ստենտ, նյութը կոբալտ-բրոմի համաձուլվածք L605, դեղանյութը՝ Միրոլինուս, դրզան ոչ պակաս քան 1,4μg/mm²: Ստենտը և բալոնի բաց մասերը դեղապատ են, առկա է նաև լրացուցիչ դեղածածկույթ ստենտի պրոթեզիալ և դիստալ եզրերին: Ստենտի ճաղերի հաստությունը ոչ ավելքան 73միկրոն, պոլիմերը բիոքայքայվող: Ստենտի չափսերը

-Տրամագծերը՝ 2,25մմ, 2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ, 4,00մմ, 4,50մմ և 5,00մմ:

Երկարությունը՝ առնվազն 11 չափ 2,50մմ,3,00մմ,3,50մմ, 4,00մմ տրամագիծ ունեցող ստենտների համար,ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 48մմ;

2,25մմ և 2,75մմ տրամագիծ ունեցող ստենտների համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ;

և առնվազն 2 չափ՝ 4,50մմ և 5,00մմ տրամագիծ ունեցող ստենտների համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 16մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 20մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ակտորիզացիոն(Երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:>

Մասնակիցը ներկայացրել է <Կորոնար դեղապատ ստենտ, նյութը կոբալտ-բրոմի համաձուլվածք L605, դեղանյութը՝ Միրոլինուս, դրզան 1,4μg/mm²: Ստենտը և բալոնի բաց մասերը դեղապատ են, առկա է նաև լրացուցիչ դեղածածկույթ ստենտի պրոթեզիալ և դիստալ եզրերին: Ստենտի ճաղերի հաստությունը 60 միկրոն, պոլիմերը՝ բիոքայքայվող: Ստենտի չափսերը՝ տրամագծերը՝ 2,25մմ, 2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ, 4,00մմ, 4,50մմ և 5,00մմ (հետդիլատացիոն չափ): Երկարությունը՝ 11 չափ 2,50մմ, 3,00մմ, 3,50մմ, 4,00մմ տրամագիծ ունեցող ստենտների համար, ընդ որում ամենակարճը՝ 48մմ; 11 չափ՝ 2,25մմ և 2,75մմ տրամագիծ ունեցող ստենտների համար, ընդ որում ամենակարճը՝ 8մմ, ամենաերկարը՝ 48 մմ, և 11 չափ՝ 4,50մմ (փաստացի) և 5,00մմ (հետդիլատացիոն) տրամագիծ ունեցող ստենտների համար, ընդ որում ամենակարճը՝ 8մմ, ամենաերկարը՝ 48 մմ : Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ակտորիզացիոն (երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:

Հրավերով նշված չափսերը վերաբերվում են փաստացի չափսերին և հանձնաժողովը պահանջել է շտկում , նշելով, որ ստենտի նոմինալ չափսը պիտի լինի 5,0մմ, պոստդիլատացիոն չափսը մինչև 6,0 մմ և մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրում առակա է ստենտի նոմինալ չափսերի անհամապատասխանություն:

Հանձնաժողովը առաջարկում է մեկ օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը

Հնդունկել է որոշում կողմ 3, դեմ 0:

Հանձնաժողովի
Նախագահ




Ա. Գոգոբյան

Անդամներ




Ե. Մատինյան



Ա. Ափոյան

Քարտուղար



Ա. Պողոսյան