

Արձանագրություն N 2

Протокол N 2

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/195» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի արտահերթ նիստի

Внеочередное заседание оценочной комиссии под кодом «EQ-EACHAPDzB-25/195»

ք. Երևան

29.05.2025թ.

Ժամը 14:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Դ. Կարապետյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Զոհրաբյան, Ա. Վարձեյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Մանուկյան

Участвовали

Председатель комиссии:

Д. Карапетян

Члены комиссии:

А. Зограбян, А. Вардзелян

Секретарь комиссии:

Т. Манукян

- 1. «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/195» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 27.05.2025 թվականին ներկայացված հարցմանը պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ**

Ответ на разъяснение по запросу поданного 27.05.2025 в рамках закупочной процедуры под кодом «EQ-EACHAPDzB-25/195»

(Դ. Կարապետյան Д. Карапетян)

1. Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Текст запроса для разъяснения

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/195» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգի խնդրում են պարզաբանել. հորդորում ենք կատարել փոփոխություն մրցույթի տեխնիկական պայմաններում՝ «220Վ, 50Հգ, միաֆազ» ձևակերպումը փոխարինելով հետևյալով՝ «էլեկտրասնուցում՝ 380Վ, 50Հգ, եռաֆազ»: Միաֆազ սնուցումը չի համապատասխանում բարձր հզորությամբ և լիարժեք ֆունկցիոնալությամբ ռենտգեն համակարգերի աշխատանքի պահանջներին՝ առավել կիրառելի է 20-30 կՎտ հզորությամբ ռենտգեն սարքերի դեպքում: Ժամանակակից, մասնավորապես ≥ 50 կՎտ հզորությամբ ռենտգեն համակարգերը նախագծված են բացառապես 380Վ եռաֆազ սնուցման համար: Տվյալ տեխնիկական կետի պահպանումը ներկա տեսքով՝ սահմանափակում է մրցույթին մասնակից բարձրակարգ սարքերի մատակարարներին, ստիպում է կիրառել տեխնիկապես հնացած կամ թույլ հզորությամբ սարք, և կհանգեցնի ապագայում սարքի խափանումների, կայուն աշխատանքի բացակայության ու սպասարկման բարձր ռիսկի: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկում ենք մրցույթի տեխնիկական պայմանը համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտներին և իրական տեխնիկական պահանջներին՝ թույլ տալով մասնակցել միայն այն սարքերին, որոնք համապատասխանում են 380Վ եռաֆազ սնուցմամբ աշխատանքին:

«В соответствии для процедуры электронного аукциона с кодом "ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/195", пожалуйста, уточните: Настоятельно рекомендуем внести изменения в технические условия тендера, заменив формулировку «220В, 50Гц, однофазное» на следующую: «Электропитание: 380В, 50Гц, трёхфазное».

Однофазное питание не соответствует требованиям к работе рентгеновских систем с высокой мощностью и полноценной функциональностью — оно более применимо для рентгеновских аппаратов с мощностью 20–30 кВт. Современные рентгеновские системы, особенно с мощностью ≥ 50 кВт, разрабатываются исключительно для работы от трёхфазного питания 380В.

Сохранение данного технического пункта в его текущем виде ограничивает участие поставщиков высококачественного оборудования в тендере, вынуждает использовать технически устаревшие или маломощные устройства, что в будущем приведёт к сбоям в работе оборудования, отсутствию стабильной работы и высокому риску затрат на обслуживание.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем привести технические условия тендера в соответствие с международными стандартами и реальными техническими требованиями, позволив участвовать в тендере только тем устройствам, которые поддерживают работу от трёхфазного электропитания 380В.

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Текст разъяснения

Ի պատասխան հարցմանը.

Գնման հայտ ներկայացնելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել բացառապես գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրով:

В ответ на запрос:




При подаче заявки на покупку необходимо ориентироваться исключительно на технические характеристики предмета покупки.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0:

Принято решение: за - 3, против - 0.

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները և ազգանունները.

Имена и фамилии членов комиссии, присутствующих на заседании.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии		Դ. Կարապետյան	Д. Карапетян
Անդամներ՝ Члены комитета		Ա. Զոհրաբյան	А. Зограбян
		Ա. Վարձելյան	А. Вардзелян
Համակարգող՝ Секретарь комиссии		Տ. Մանուկյան	Т. Манукян