

**ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ**

ք. Երևան

08 օգոստոսի 2023թ.

2023թ.-ի հուլիսի 18-ից օգոստոսի 08-ը ք. Երևան Օրբելի եղբայրների 22 հասցեում գտնվող ՀՀ գիտության կոմիտե շենքում տեղի ունեցավ գիտական սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը: Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի հետևյալ անդամները:

- | | |
|----------------|--|
| Ա. Մովսիսյան՝ | ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալ, |
| Պ. Վարդևանյան՝ | «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ, |
| Գ. Գրիգորյան՝ | «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ: |

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Ա. Մովսիսյանը: Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Հանձնաժողովի քարտուղար Է. Ավագյանը՝ «ՓՐՈՄՈՒՇՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը:

Հաշվի առնելով, որ «Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է երեք անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

1. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

- Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին:
- Գնման հայտով սահմանված՝ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք գնման առարկաների գների, աճուրդի առաջարկված մեկնարկային գների և այլ անհրաժեշտ տեղեկությունների մասին:
- Ընթացակարգին ներկայացված հայտերը գնահատելու մասին:
- Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկված գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
- Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու որոշման մասին:
- Համակարգի միջոցով գեներացված հայտարարություն/ներ/ի և անգործության ժամանակահատված կիրառելու կամ չկիրառելու մասին:

7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

2. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ, ԱՃՈՒՐԴԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԳՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2023թ.-ի հուլիսի 18-ին, Ք. Երևան Օրբելի եղբայրների 22 հասցեում գտնվող ՀՀ գիտության կոմիտեի շենքում ժամը 10:30-ին նախագահը նիստը հայտարարեց բացված և հայտարարեց գնման առարկաների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը.

Զ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Աճուրդի մեկնարկային գին (ՀՀ դրամ)	Մեկնարկ	Գնման հայտով սահմանված ընդհանուր գինը (ՀՀ դրամ)
1	Ֆլուորեսցենտային սպեկտրոմետր	17720714.34	2023-07-19 10:30:00	22,984,800

ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի ներկայացումն ու բացումը, ինչպես նաև՝ հակադարձ աճուրդի անցկացումը նախատեսված էր <https://eauction.armeps.am/> կայքի միջոցով՝ հրավերով և համակարգով սահմանված օրը և ժամին:

Հանձնաժողովը որոշեց.
1. Ներկայացած տեղեկատվությունն ընդունել ի գիտություն:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

3. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել հետևյալ անձինք /այսուհետ՝ նաև մասնակիցները/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Հասցե; հեռ.	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1	ETW-Tekhnologiya B.V.	Նիդեռլանդներ, Ռոուբուլան, 36,252 Վոբսխտեք, +31 713 411 839	orders@etwek.nl	69369917
2	Կոնցեն-Էներգոմա2 ՓԲԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 26/8, +374 11878717	lawyer@c-e.am	01210095

2023 թվականի հուլիսի 19-ին Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝ համակարգի միջոցով գնահատման մեջ ներառված.

1. Հայտերը կազմվել և ներկայացվել են ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի /այսուհետ՝ ընթացակարգ/ հրավերի /այսուհետ՝ հրավեր/ պահանջներին համաաատասխան.

3. Ներկայացված հայտերում ներառված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված վավերապայմաններին, բացառությամբ.

ETW-Tekhnologiya B.V-ի կողմից չեն պահպանվել հրավերով սահմանված պայմանները, մասնավորապես բացակայում է հայտում ներառված փաստաթղթերի և տեղեկատվությունների հայերեն տարբերակները: Հայտի (ներառում է մասնակցի առաջարկն ընդգրկող բոլոր փաստաթղթերը), հայերեն լեզվով ներկայացումը պարտադիր է, իսկ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով հայտի ներկայացումը մասնակիցն ապահովում է ըստ ցանկության: Միաժամանակ առկա են անհամապատասխանություններ առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում, մասնավորապես պահանջվել էր.

- Յուրաքանչյուր մոնոխրոմատորը պետք է ունենա ֆիքսված, ընտրելի 1.5, 2.5, 5, 10 և 20 նմ սպեկտրային թողունակություն, գումարած 10 նմ կլորացում, և ստանդարտ համակարգչի կողմից կառավարվող թափառող/թափառող գոտիներ, սակայն Ձեր կողմից ներկայացվել է, որ Perkin Elmer FL6500 սարքը ունի 1.0, և չունի 1.5 2.5, 5, 10 և 20 նմ; և չունի գումարած 10 նմ կլորացում,

- Գրգռումը Արդյունքը ներառում է բացման և կափարիչի կարգավորումներ, 1 տիրույթի ֆիլտր (250-395), 4 կտրված ֆիլտր (295 նմ, 360 նմ, 430 նմ և 550 նմ) և 3% թուլացնող, սակայն Perkin Elmer FL6500 սարքը չունի 4 կտրված ֆիլտր (295 նմ, 360 նմ, 430 նմ և 550 նմ),

- ճառագայթում1 տիրույթի ֆիլտր (250-395), 4 կտրված ֆիլտր (295 նմ, 360 նմ, 430 նմ և 550 նմ) և 3% թուլացնող, սակայն Perkin Elmer FL6500 սարքը չունի 4 կտրված ֆիլտր (295 նմ, 360 նմ, 430 նմ և 550 նմ),

- Լույսի աղբյուրը պետք է ունենա սենյակային լույսի հանդեպ կայունություն, սակայն Perkin Elmer FL6500 սարքը չունի սենյակային լույսի հանդեպ կայունություն:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ՉՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2023 թվականի հուլիսի 19-ին, Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները.

Ներկայացված գնային առաջարկների և մասնակիցների՝ ընտրված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառված է ստորև ներկայացված աղյուսակում (այսուհետ՝ Աղյուսակ):

ՀՀ դրամ

Զ/հ	Ներկայացված հայտեր	Նախահաշվային գին	Նախնական առաջարկ			Վերջին առաջարկ			Կարգավիճակ
			Արժեք	ԱԱ <	Ընտրված մասնակցի g «X»	Արժեք	ԱԱ <	Գին	Ընտրված մասնակցի «X»
1	ETW-Tekhnologiya B.V.	22,984,800	45886 USD	0%	45886 USD	17720714.34 AMD	0%	17720714.34 AMD	X
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ		19154000 AMD	20%	22984800 AMD	19154000 AMD	20%	22984800.00 AMD	

1. Ընդունել ի գիտություն ներկայացված տեղեկատվությունը:

2. Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և համակարգի միջոցով ծանուցելով առաջարկել շտկման ենթակա անհամապատասխանություններ արձանագրված մասնակցին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը՝ հիմք ընդունելով Կարգի 41-րդ կետով սահմանված պահանջները:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

28.07.2023թ.-ին Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

ETW-Tekhnologiya B.V.-ի կողմից ահմանված ժամկետներում եւ կարգով՝ համակարգի միջոցով ներկայացվել է նոր տեխնիկական բնութագիր, որտեղ մասամբ են շտկված արձանագրված անհամապատասխանությունները, մասնավորապես ներկայացվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանում ընթացակարգի հրավերով սահմանված չափանիշներին հետևյալ ցուցանիշներով՝

- Լամպը պետք է միացված լինի միայն նմուշի չափման ժամանակ՝ էապես վերացնելով ֆոտոսպիտակեցնող ազդեցությունները: Իմպուլսային լամպը վերացնում է օզոնի արտազատումը լաբորատորիա, իսկ ամբողջովին փակ լամպի մոդուլը ապահովում է բարձր արդյունավետություն և անվտանգություն լամպի փոխարինման ժամանակ: Նեղ 2 միկրովայրկյան լամպի իմպուլսը (fwhm) ապահովում է առավելագույն հզորություն, որը համարժեք է 75 կՎտ-ին՝ ուժեղացված զգայունության համար:

- Ներկայացված **Perkin-ի FL6500 չունի 1.5 նմ ճեղքը**, ինչպես նաև **Perkin-ի FL6500 չունի 10 նմ կլորացում**, / ինչը ներկայացված է իրենց պաշտոնական տեխնիկական բնութագրում/ իսկ դրանք կարևոր են մեր գիտական աշխատանքների չափումների համար

- Ներկայացված շտկման մեջ պոտենցիալ մատակարարը **հաստատում է, որ չունի 4 ֆիլտր, սակայն դրանք կարևոր են, չնայած մատակարարը, առանց հիմնավորման, փորձում է համոզել, որ դրանք կարևոր չեն**: Նշենք, որ գիտական անհրաժեշտությունից ելնելով մեզ հարկավոր է հենց չորս ֆիլտր նշված տիրույթներում, նմուշների յուրահատկությունից ելնելով, ինչն էլ հստակ ներկայացված է մրցույթի տեխնիկական բնութագրում:

- Հաշվի առնելով բազմատեսակ նմուշների առկայությունը՝ 3% թուլացումը անհրաժեշտ է սարքի դետեկտորի պահպանման համար: Մատակարարը ընդունում է, որ Perkin-ը չունի 3% թուլացում, որի փոխարեն առաջարկում է 1%՝ չկարևորելով այն, ինչը սակայն էական տարբերություն է:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

07.08.2023թ.-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. ETW-Tekhnologiya B.V.-ի կողմից ներկայացված հայտը 1-ին չափաբաժնի մասով գնահատել անբավարար և մերժել, հիմք ընդունելով Ընթացակարգի հրավերի 8.11 կետով սահմանված պահանջները:

2. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պահանջների համաձայն նախաձեռնել գործընթաց՝ ETW-Tekhnologiya B.V.-ի -ին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու նպատակով:

3. Կարգի 67-րդ կետի հիման վրա ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով մասնակցի՝ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին բավարարելու մասին հայտով ներկայացված հավաստման իսկությունը չստուգել՝ պատճառաբանված որոշման բացակայության պատճառով:

4. Համակարգի կողմից գնահատման մեջ ներառված հայտերի գնահատման թերթիկը լրացնել անմիջապես և հանձնել քարտուղարին:

5. Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկը՝ հաստատել գնահատման հետևյալ արդյունքները.

Զ/Հ	Գնահատման մեջ ներառված մասնակցի անվանումը*	Գնահատման արդյունքը
1-ին	ETW-Tekhnologiya B.V.՝	անբավարար

*Գնահատվում են միայն մասնակիցների կողմից ներկայացված այն հայտերը, որոնք համակարգի կողմից ներառվել են գնահատման ենթակա հայտերի մեջ:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով, որ համակարգի կողմից գնահատման մեջ ներառված ETW-Tekhnologiya B.V.-ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատվել է անբավարար և մերժվել Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընթացակարգը հայտարարել չկայացած՝ հիմք ընդունելով ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջները:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

6. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳԵՆԵՐԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/ՆԵՐ/Ի և ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԿԱՄ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Է. Ավագյանը ներկայացրեց գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացված գնահատումների արդյունքում՝ համակարգի կողմից տրամադրված հայտարարությունների տեքստերը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

2. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել համակարգի միջոցով գեներացվող հայտարարություն/ներ/ը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

3. Հաստատել համակարգի կողմից տրամադրված հայտարարության տեքստերը:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:
2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ, պարզաբանումներ չեն եղել և հիմնավորումներ չեն պահանջվել:
3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակասոթինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Մովսիսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Պ. Վարդևանյան

Գ. Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Է. Ավագյան

PROMOTION