

Արձանագրություն N 4
«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/231» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտերի գնահատման հանձնաժողովի նիստի
Заседание комиссии по оценке заявок электронного аукциона с кодом " ЕР- ЭАДА ПЗР-25/231"

ք. Երևան Արգիշտիի 1, 128 սեն.
17.07.2025 թ., ժամը 14:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Դ. Կարապետյան /ԳԱՊ/

Ա. Զոհրաբյան, Ա. Վարժեյան

Տ. Մանուկյան

Участвовали

Председатель заседания:

Д. Карапетян

Члены комитета:

А. Зограбян, А. Вардзелян

Секретарь Комиссии:

Т. Манукян

1. Ընթացակարգի շրջանակներում արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման և հայտերի գնահատման մասին

1. Об устранении несоответствий, зафиксированных в настоящей процедуры в рамках процедуры, и оценке заявки

(Դ. Կարապետյան, Д. Карапетян)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ «Թեոֆարմա Իմպորտ» ՍՊԸ-ի /այսուհետև՝ Մասնակից/ կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել են գնահատող հանձնաժողովի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման վերաբերյալ փաստաթղթերը:

Ելնելով անհրաժեշտությունից՝ գնահատող հանձնաժողովը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի 32-րդ կետի 21-րդ ենթակետով, որոշեց ուսումնասիրել պահանջվող փաստաթղթերի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխանությունը և Մասնակցի հայտի գնահատման և ամփոփման 10.07.2025 թվականի նիստը հետաձգել մինչև հայտի ամբողջական ուսումնասիրման ավարտը:

1.1 Принять к сведению, что ООО «Теофарма Импорт» (в дальнейшем — Участник) в установленный срок представило документы, касающиеся устранения несоответствий, зафиксированных оценочной комиссией.

Исходя из необходимости, оценочная комиссия, руководствуясь подпунктом 21 пункта 32 Порядка организации процесса закупок, утверждённого постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 4 мая 2017 года, приняла решение изучить соответствие представленных документов требованиям, установленным в приглашении, и отложить заседание по оценке и подведению итогов заявок, запланированное на 10.07.2025, до завершения полного изучения заявки.

1.2 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից արձանագրվեց հետևյալ անհամապատասխանությունները հրավերի պահանջների նկատմամբ.

Հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագիր	«Թեոֆարմա Իմպորտ» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկված տեխնիկական բնութագիր	Անհամապատասխանություններ
1.«Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը	1.«Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը	Պաշտոնական Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, DigiEye

պետք է ապահովի առնվազն 640մԱ անողային հոսանք»:	ապահովում է 640մԱ անողային հոսանք»	330 մոդելի համար նշված է՝ 630մԱ անողային հոսանք:
2. «Էլեկտրասնուցումը՝ ստանդարտ 220Վ, 50Հց. Միաֆազ ցանցից»:	2. «Էլեկտրասնուցումը՝ ստանդարտ 100~240V, 50/60Hz. Միաֆազ ցանցից	50կՎտ տարբերակի համար մուտքային պահանջվող հոսանքը եռաֆազ է, այսինքն էլեկտրասնուցումը՝ 380/400/415/440V +- 10%
3. «Սնուցման աղբյուրի տեսակը՝ կուտակային կամ համարժեք պաշտպանվածության»:	3. «կուտակային պաշտպանվածություն»	50կՎտ տարբերակի համար մուտքային պահանջվող հոսանքը եռաֆազ է, իսկ սնուցման աղբյուրի տեսակը՝ ստանդարտ, այսինքն՝ ոչ կուտակային պաշտպանվածության
4.«Սնուցման աղբյուրի հզորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 52կՎտ»:	4.«Սնուցման աղբյուրի հզորությունը 52կՎտ»	Պաշտոնական Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, DigiEye 330 մոդելի համար նշված է՝ 50կՎտ
5. «Սեղանի վրա պացիենտի տարողունակությունը, ոչ պակաս, քան՝ 300կգ»:	5.«Սեղանի վրա պացիենտի տարողունակությունը 300 կգ»	Պաշտոնական Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, DigiEye 330 մոդելի համար նշված է՝ 275կգ :

1.2 Оценочной комиссией были зафиксированы следующие несоответствия требованиям приглашения:

Техническое задание, установленное в приглашении	Технические характеристики, предложенные ООО «Теофарма Импорт»	Несоответствия
1. «Блок питания рентгеновского аппарата высокой частоты должен обеспечивать анодный ток не менее 640 мА»	1. «Блок питания рентгеновского аппарата высокой частоты обеспечивает 640 мА анодного тока»	Согласно официальной информации Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, для модели DigiEye 330 указано значение анодного тока – 630 мА
2. «Электропитание: стандартное 220 В, 50 Гц, от однофазной сети»	2. «Электропитание: стандартное 100~240 В, 50/60 Гц, от однофазной сети»	Для версии 50 кВт требуемое входное питание — трёхфазное, т.е. электропитание — 380/400/415/440 В ±10%
3. «Тип источника питания: аккумуляторный или с эквивалентной защитой»	3. «Аккумуляторная защита»	Для версии 50 кВт требуемое входное питание — трёхфазное, а тип источника питания — стандартный, то есть не аккумуляторный с защитой
4. «Мощность источника питания: не менее 52 кВт»	4. «Мощность источника питания 52 кВт»	Согласно официальной информации от производителя Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, для модели DigiEye 330 указана мощность — 50 кВт
5. «Грузоподъёмность стола для пациента: не менее 300 кг»	5. «Грузоподъёмность стола для пациента — 300 кг»	Согласно официальной информации от производителя Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, для модели DigiEye 330 указана грузоподъёмность — 275 кг

1.3 Գնահատող հանձնաժողովը՝ ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» Կարգի 42-րդ կետով, որոշեց մասնակցի հայտը գնահատել անբավարար և մերժել:

1.3 Оценочная комиссия, руководствуясь пунктом 42 Порядка организации процесса закупок, утвержденного постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 4 мая 2017 года, приняла решение оценить заявку участника как неудовлетворительную и отклонить её.

1.4 Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված հայտը գնահատող հանձնաժողովի կողմից գնահատվել է հետևյալ կերպ.

1.4 Заявка, поданная участником, занявшим первое место, была оценена комиссией по оценке через систему следующим образом:

Մասնակցի անվանումը Название участника	Հայտի գնահատականը Оценка заявки
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ ООО Теофарма Импорт	Անբավարար /неудовлетворительно/

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 3, դեմ – 0:
Принято решение: за – 3, против – 0.

2. «ԵՔ-ԷԱԾԱՊՁԲ-25/231» ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

2. Об объявлении процедуры закупки с кодом «ЕՔ-ԷԱԾԱՊՁԲ-25/231» несостоявшейся

(Դ. Կարապետյան, Д. Карапетян)

2.1 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց «ԵՔ-ԷԱԾԱՊՁԲ-25/231» ծածկագրով գնման ընթացակարգը հայտարարել չկայացած համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասին 1-ին ենթակետի:

2.2 Հաստատել ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության տեքստը:




2.3 Հանձնաժողովը որոշեց «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն սահմանել անգործություն /10 օրացուցային օր/:

2.1 Оценочная комиссия приняла решение объявить процедуру закупки с кодом «ЕՔ-ԷԱԾԱՊՁԲ-25/231» несостоявшейся на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона РА «О закупках».

2.2 Утвердить текст объявления о признании процедуры несостоявшейся.

2.3 Оценочная комиссия приняла решение установить бездействие /10 календарных дней/ в соответствии с требованиями Закона РА «О закупках».

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 3, դեմ – 0:
Принято решение: за – 3, против – 0

Հանձնաժողովի նախագահող՝ Председатель комиссии		Դ. Կարապետյան	Д. Карапетян
Անդամ՝ Член комитета		Ա. Ջոհրարյան	А. Зограбян
		Ա. Վարձելյան	А. Вардзелян
Համակարգող՝ Секретарь комиссии		Տ. Մանուկյան	Т. Манукян