

Արձանագրություն N 2

«ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«23» «սեպտեմբերի» 2022թ.
Ժամը՝ 10:00

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Լ.Դանիելյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Բ.Միրոյան, Ն.Սարգսյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ.Միրզոյան
Բացակայում էին՝

1. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

1.1 Հայտերը բացվել են էլեկտրոնային ձևով աճուրդների իրականացումն ապահովող համակարգի (այսուհետև՝ Համակարգ)՝ www.eauction.armeps.am կայքի միջոցով, 2022 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ժամը 10:00-ին:

1.2 Էլեկտրոնային աճուրդը սկսվել է Համակարգում 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ժամը 10:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

2. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերի ներկայացման մասին

2.1 Սահմանված ժամկետում հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները՝

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Հասցե	Հեռախոսահամար
1	«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ	ք.Երևան, Հերացի 7	010 56 99 99

2.2 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշման 43-րդ կետի 1-ին ենթակետով հանձնաժողովը արձանագրում է. Համակարգի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի անդամներին և քարտուղարին հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից ներկայացվել է հիմնավորում, որը ներկայացվում է կից ամփոփաթերթում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

3. Տեղեկատվություն նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում ներառված փաստաթղթերի՝ սույն հրավերին պահանջներին համապատասխանության մասին

«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված հայտում առկա են պահանջվող փաստաթղթերը, սակայն 1-ին չափաբաժնի համար առաջարկվող սպրանքի ամբողջական նկարագրում բացակայում են սպրանքային նշանը, մակնիշը, մոդելը, արտադրողի անվանումը /հրավերի պահանջ/, անհրաժեշտ է ներկայացնել: Տեխնիկական բնութագրում անհրաժեշտ է ուղղել

բոլոր բնութագրիչներն առանց «ոչ պակաս, քան», «առնվազն», «ոչ ավել, քան», «կամ համարժեք» արտահայտությունների:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

4. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի գնային առաջարկների մասին

Մասնակցի գնային առաջարկը ներկայացված է ստորև.

Զ/հ	Անվանում	Մասնակից	Զ/մ	Քանակ	Նախատեսված գումար	Գնային առաջարկ		
						Արժեք	ԱԱՀ	Գին
1	Թվային ուլտրաձայնային համակարգ երեք տվիչներով	«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ	հատ	1	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:





5. «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի կասեցման մասին

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշման 41-րդ կետով և հիմք ընդունելով «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 8-րդ բաժնի 8.11-րդ կետի պահանջները՝ հանձնաժողովը որոշեց. մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի նիստը և նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնել մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

6. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի անունները և ստորագրությունները

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝  _____ Լ.Դանիելյան
 Անդամներ՝  _____ Է.Միրոյան
  _____ Զ.Սարգսյան
 Քարտուղար՝  _____ Տ.Միրոյան

Անփոփաթերթ
ստացված հիմնավորումների քննարկման

Մեպտեմբերի 9-ին հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի էլեկտրոնային ձևով աճուրդների հրականացումն ապահովող համակարգի էջերին ստացվել է հետևյալ պարզաբանումը.

«Խնդրում ենք վերացնել հետևյալ պահանջը – 27000 կադր/վրկ տեսահանգույցի վերաբերյալ, որը լիովին սխալ է ձևակերպված և խոչընդոտում է անխտիր բոլորի մասնակցությունը:»


Քանի որ պարզաբանումը չի ենթադրել պատասխան, այլ իրենից ներկայացրել է հրավերի փոփոխության պահանջ, այն գնահատվել է որպես հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից ներկայացված հիմնավորում և չի պարզաբանվել: Բացի այդ ներկայացված պահանջում նկարագրված բնութագրիչը ընկալվել է սխալ՝ հրավերով սահմանվել է «Տեսահանգույց, նչ պակաս, քան՝ 27000 կադր/վրկ», այլ ոչ թե «Տեսահանգույց՝ 27000 կադր/վրկ»:

Հանձնաժողովը քննարկելով վերոնշյալ պահանջն արձանագրել է, որ գոյություն ունեն տվյալ պահանջին բավարարող մի քանի թվային ուլտրաձայնային համակարգեր, ուստի հրավերը թողնվել է անփոփոխ:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամներ՝



Լ.Դանիելյան

Է.Միրոյան

Հ.Սարգսյան

Протокол N 2

О заседании комиссии по процедуре закупа «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ»

г.Ереван

«23» «сентября» 2022г.

время: 10:00

Участники:

Председатель комиссии: Л.Даниелян

Члены комиссии: Э.Миросян, А.Саргсян

Секретарь комиссии: Т.Мирзоян

Отсутствующие:

1. Об открытии заявок на процедуру закупок по коду «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ»

1.1 Заявки были открыты 16-го сентября 2022г. в 10:00 часов посредством сайта www.eauction.amper.am - системы, обеспечивающей осуществление закупок по электронной форме (в дальнейшем: Система).

1.2 Электронный аукцион начался в Системе 19-го сентября 2022г. в 10:00 часов.

Принято решение: за: 3, против: 0.

2. О подаче заявок на процедуру закупок по коду «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ»

2.1 В установленный срок заявки представили следующие организации:

П/н	Название участника	Адрес	Номер телефона
1	ООО «Ар.Медтехника»	г.Ереван, Гераци 7	010 56 99 99

2.2 Руководствуясь подпунктом 1-ым пункта 43 постановления N 526-Н Правительства РА от 04.05.2017г. оценочная комиссия постановила: в Системе членам и секретарю оценочной комиссии было представлено обоснование по характеристикам предмета закупки установленным приглашением с точки зрения предусмотренных Законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации, которое представлено в прикрепленном сводном листе.

Принято решение: за: 3, против: 0.

3. Информация об соответствии требованиям настоящего приглашения документов, включенных в заявки, поданные участниками, представившими минимальное ценовое предложение

Заявка, представленная ООО «Ар.Медтехника», имеет требуемые документы, однако для лота 1 в полном описании предлагаемого товара отсутствуют товарный знак, марка, модель, наименование производителя /требование приглашения/, необходимо представить. В технических характеристиках необходимо исправить все характеристики без словосочетаний «не менее, чем», «минимум», «не более, чем», «или аналогичный».

Принято решение: за: 3, против: 0.

4. Информация о ценовых предложениях на процедуру закупок по коду «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ»

Ценовое предложение участника представлено ниже:

Н/л	Наименование	Участник	Е/и	Количество	Сумма сметы	Ценовое предложение		
						Стоимость	НДС	Цена
1	Цифровая ультразвуковая система с тремя датчиками	ООО «Ар.Медтехника»	шт	1	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

Принято решение: за: 3, против: 0.

5. О приостановлении процедуры закупки по коду «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ»

Руководствуясь пунктом 41 постановления N 526-Н Правительства РА от 04.05.2017г и принимая во внимание требования пункта 8.11 отдела 8 части 1-ой приглашения процедуры закупки по коду «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-39-ԵՊԲՀ» комиссия приняла решение приостановить заседание комитета на один рабочий день и в тот же день электронным способом информировать об этом участника, предлагая исправить несоответствия до окончания срока приостановления.


Принято решение: за: 3, против: 0.

6. Имена и подписи присутствующих на заседании членов и секретаря комиссии

Комиссия

Председатель  _____ Л.Даниелян

Члены  _____ Э.Мироян

 _____ А.Саргсян

Секретарь  _____ Т.Мирзоян

**Сводный лист
рассмотрения полученных обоснований**

9-го сентября члены комиссии и секретарь на страницы системы, обеспечивающей проведение аукционов в электронной форме, получили следующее разъяснение:

«Пожалуйста, удалите следующее требование: Видеокадр - 27000 кадров в секунду, которое совершенно неверно сформулировано и препятствует участию абсолютно всех».

Поскольку разъяснение не подразумевало ответа, а представляло собой требование об изменении приглашения, оно оценилось как обоснование, представленное с точки зрения определенных в приглашении характеристик предмета закупки, требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации, как это предусмотрено законом, и не было разъяснено. Кроме того, была неправильно понята спецификация, описанная в поданном запросе: в приглашении указано «Видеокадр - не менее 27000 кадров в секунду», а не «Видеокадр - 27000 кадров в секунду».

После обсуждения вышеуказанного запроса комиссия отметила, что существует несколько цифровых ультразвуковых систем, соответствующих данной спецификации, поэтому приглашение было оставлено без изменений.

Председатель _____ Л.Даниелян

Члены _____ Э.Миросян

_____ А.Саргсян