

Արձանագրություն N 2
բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320» ծածկագրով
գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

32.08.2022թ.
Ժամը՝ 14:20

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Յ. Ասատրյան

Ա. Զոհրաբյան, Տ. Սարգսյան

Ա. Համբարձումյան

**Ընթացակարգի շրջանակներում 29.08.2022 թվականին ներկայացված հարցմանը
պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ**

(Յ. Ասատրյան)

1. «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացվել է հետևյալ հարցումը.

Հարցադրում.


«Հարգելի գործընկեր խնդրում եմ տալ պարզաբանում նշված ծածկագրով էլ.աճուրդի 5-րդ լոտի՝ ավտոկլավ 100լ տարողությամբ բժշկական նշանակության սարքի հետևյալ տեխնիկական չափորոշիչի հետ կապված՝ «Առավելագույն աշխատանքային ճնշում - 0.22Mpa»: Խնդրում եմ պարզաբանել թե ինչ մեթոդով է որոշվել դնել նշված առավելագույն սահմանաչափը տվյալ սարքի համար, այն դեպքում երբ ավելի բարձր ցուցանիշների դեպքում հնարավոր է ստանալ էլ ավելի լավ ախտահանման արդյունք, միևնույն ժամանակ չազդելով հնարավոր սարքի գնի վրա, իսկ եթե տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ խնդրում եմ ուղղել: Հարգանքներով»

Պարզաբանում.

Առավելագույն աշխատանքային ճնշում - 0.22Mpa (0,2 բար)» չափորոշիչն անհրաժեշտ է անվատանգության տեսանկյունից, որը թույլ չի տա խցիկի ճնշման բարձրացման հետևանքով վերջինիս պայթյունը:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի
նախագահ՝



Յ. Ասատրյան

Անդամներ՝



Ա. Զոհրաբյան



Տ. Սարգսյան

Քարտուղար՝



Ա. Համբարձումյան