

Արձանագրություն N3

«Մարտունու Ծննդատուն» ՊԲԲԸ կարիքների համար ՄԾՊԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/01
ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ գնման ընթացակարգի գնահատող
հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի մասին

ք. Մարտունի

09.01.2026թ.

Նախագահ՝
Անդամներ՝

Դեղագործ

Սիրարփի Հովհաննիսյան

Կ/Կ վարիչ
Կ/Կ մանկ.

Աշոտ Հովհաննիսյան
Օֆելյա Մելքոնյան
Հակոբ Ալեքսանյան

Քարտուղար՝

1. Բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմանների համապատասխանության և նիստի կասեցման մասին .

ՄԾՊԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրում տեղ գտած անհամապատասխանությունը, որը առկա էր Տեխ-Մեդ ՓԲԸ-ի մոտ, մասնակիցը նշված օրը և ժամին ներկայացրեց համապատասխան փաստաթղթերը: Հանձնաժողովը գնահատեց պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը և հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի «ա» ենթակետը պարզվել է, որ Տեխ-Մեդ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված 1-ին չափաբաժնի շտկված նկարագիրը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված տեխնիկական պահանջներին, մասնավորապես չեն համապատասխանում պահանջված տվիչների հաճախականության տիրույթները ինչի արդյունքում ներկայացված հայտը գնահատվեց անբավարար և ենթակա է մերժման /հրավերի 8-ի 11-րդ կետով/: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ուլտրաձայնային սկաների և հրավերով պահանջված մասնագիտական խորացված հետազոտությունները լիարժեք և որակյալ իրականացնելու համար կիրառվող տվիչները, հատկապես դրանց տեխնիկական բնութագրերը (մասնավորապես էլեմենտների քանակը, հաճախականության տիրույթները և սկանավորման անկյունները), հանդիսանում են սարքի աշխատանքի և հետազոտությունների արդյունքների որակի կարևորագույն և որոշիչ բաղադրիչներ:

Հետևաբար, տվյալ պահանջներից ցանկացած շեղում համարվում է էական անհամապատասխանություն և չի կարող գնահատվել որպես աննշան կամ ընդունելի տարբերակ:

Մասնավորապես արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

1. Գծային տվիչ

Հրավերով պահանջված է՝ հաճախականության տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 5–18 ՄՀգ, Ձեր առաջարկած L741 գծային տվիչի հաճախականության տիրույթը 4–16 ՄՀգ է, ինչը չի բավարարում հրավերով սահմանված ոչ պակաս քան 5–18 ՄՀգ պահանջին:

2. Ներխոտոչային տվիչ

Հրավերով պահանջված է հաճախականության տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 2-10 ՄՀգ, Ձեր առաջարկած 6CI-A տվիչի հաճախականության տիրույթը 3-15 ՄՀգ է, ինչը չի համապատասխանում հրավերով պահանջված 2-10 ՄՀգ միջակայքին:

3. Ծավալային կոնվեքս տվիչ

Հրավերով պահանջված է հաճախականության տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 1-8 ՄՀգ, Ձեր առաջարկած VC6-2 ծավալային տվիչի հաճախականության տիրույթը կազմում է 2-7 ՄՀգ, որը չի բավարարում հրավերով սահմանված ոչ պակաս քան 1-8 ՄՀգ պահանջին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3, դեմ-0

2.<<Մարտունու Ծննդատուն>> ՊՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ստացիոնար ուլտրաձայանային ասրքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՄԾՊՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը՝

Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ հանձնաժողովը սույն ընթացակարգի 1-ին չափաբաժինը չկայացած է հայտարարում, քանի որ ոչ հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին

3. Անգործության ժամկետը հաստատելու մասին

• Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի պահանջները՝ հրապարակել հայտարարություն ՄԾՊՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/01 ծածկագրով, անգործության ժամկետ սահմանելով սույն հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ- 3, դեմ-0

**Մասնակցում էին՝
Նախագահ՝**

Սիրարիկի Հովհաննիսյան

Աշոտ Հովհաննիսյան

Օֆելյա Մելքոնյան

Քարտուղար՝

Հակոբ Ալեքսանյան