

## ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2

### «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/126» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովի նիստի ПРОТОКОЛ n.2

#### Заседания оценочной комиссии процедуры под кодом "EQ-EAJAPDZB-24/126

Նիստի անցկացման՝

-վայրը՝ Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 309 սենյակ ,  
-օրը՝ 30.04.2024թ.-ժամը՝ 12:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

**Հանձնաժողովի անդամներ՝**

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Участвовали

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Դ. Կարապետյան

Ա. Զոհրաբյան, Մ. Սեթյան

Ի. Եղիազարյան

Д. Карапетян

А. Зограбян, М. Сетян

И, Егиазарян

#### «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/126» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 29.04.2024թ.

հարցադրման և 30.04.2024թ. դրա վերաբերյալ պարզաբանում տրամադրելու մասին

/ Դ. Կարապետյան /

#### Հարցադրում՝





Հարգելի գործընկեր, խնդրում ենք տալ պարզաբանում տեխնիկական բնութագրի հետևյալ կետերի վերաբերյալ՝  
1. "Անկյունային շարժ (ուղղահայաց հարթությունում)՝ հորիզոնական առանցքի շուրջ) ոչ պակաս, քան՝  $\pm 200^\circ$  ( $400^\circ$ )" Անկյունային պտույտի ամբողջ դաշտը երկրաչափորեն կազմում է  $360^\circ$  ( $\pm 180^\circ$ ): Ավելին՝ հաշվի առնելով դետեկտորի լայնությունը C-աձև աղեղի դեպքում,  $300^\circ$  պտույտը ապահովում է դաշտի ծածկույթը ամբողջ հնարավոր անկյունագծերով: Դրանից ավել պահանջը անտրամաբանական է, անհիմն, և ողջամիտ կասկած է հարուցում, որ տեխնիկական բնութագիրը գրված է կոնկրետ արտադրողի մոդելի համար: Հակառակ դեպքում խնդրում ենք պարզաբանել, թե ո՞ր վիրահատությունների, միջամտությունների կամ դեպքերի համար կարող է պահանջվել  $400^\circ$  պտույտ: 2. "Բարձր լուծելիության տեսախցիկ, առնվազն  $1000 \times 1000$  պիքսել Թողունակությունը ոչ պակաս, քան 50 ՄՀց Ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցությունը ոչ պակաս, քան՝ 58 Դբ" խնդրում ենք պարզաբանել ի՞նչ նպատակով է C-աձև աղեղի վրա օգտագործվելու տեսախցիկ, որտե՞ղ է այն տեղադրված լինելու, և ո՞ր, կամ ի՞նչ մոնիտորի վրա պետք է արտացոլի պատկերը: 3. "Սարքավորումը պետք է լինի ԱՄՆ-ի, կամ Եվրոպական կամ Ճապոնական արտադրության, իսկ նշված երկրներից բացի այլ երկրի արտադրության դեպքում՝ մատակարարի կողմից պետք է պարտադիր ներկայացվի ՀՀ-ում առնվազն 3 խոշոր՝ 250 և ավել մահճակալային ֆոնդ ունեցող, 24-ժամյա ծանրաբեռնված ռեժիմով աշխատող բժշկական կենտրոնների կողմից 2 տարվա օգտագործումից բխող դրական եզրակացություն" Այս պահանջը ուղիղ կերպով խախտում է Հայաստանի Հանրապետության «Գնումների մասին» Օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետը, որտեղ ասվում է՝ «Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:»

#### Պարզաբանում՝

Հարգելի գործընկեր 1. Նշված պարամետրի Ձեր մեկնաբանությունը ճշգրիտ չէ: Անկյունային շարժը ուղղահայաց հարթությունում հորիզոնական առանցքի նկատմամբ պետք է լինի  $\pm 200^\circ$ , ինչը նշանակում է, որ, պայմանականորեն վիրաբուժական սեղանի (հորիզոնական առանցք) նկատմամբ ուղղահայաց շարժը պիտի լինի  $200^\circ$  դեպի աջ և նույնքան դեպի ձախ: Այսինքն, այստեղ խոսքը ոչ թե շտատիվի պտույտի մասին է, ինչի պարագայում ամբողջական պտույտն իրոք  $360^\circ$ -ից ավել չի կարող լինել, այլ շտատիվի՝ երկու ուղղությամբ պտույտների մասին է: Սրանից բացի, խնդրում են ուշադրություն դարձնել, որ տեխնիկական բնութագրով պահանջվում է ոչ թե հարթ-պանելային դետեկտորով սարք, այլ պատկերի ուժեղացուցիչով, հետևաբար դետեկտորի լայնությունն ու դրա հետևանքով պտույտների անկյունային սահմանափակումները կիրառելի չեն: 2. Տեխնիկական բնութագրով պահանջվում է ոչ թե հարթ-պանելային դետեկտորով սարք, այլ պատկերի

հիմնադրույթով սարք, ինչի դեպքում պատկերի ձևավորումը տեղի է ունենում տեսախցիկի միջոցով և պատկերն արտացոլվելու է սարքի հիմնական մոնիտորների վրա: 3. Տվյալ ձևակերպումն իրենից չի ներկայացնում պահանջ կամ հղում որևէ կոնտրեռտ երկրի, այլ ելնելով ունեցած փորձից լրացուցիչ երաշխիք է ստեղծում որակյալ և դիմացկուն սարքավորում ձեռք բերելու համար, չի բացառում որևէ երկրի արտադրանքի ներկայացում՝ հետևաբար չի կարող կիրառվել «կամ համարժեք» բառերը կամ դիտարկվել որպես Հայաստանի Հանրապետության «Գնումների մասին» Օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջի խախտում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии:		Դ. Կարապետյան	Д. Карапетян
Անդամներ՝ Члены комиссии:		Ա. Զոհրաբյան	А. Зограбян
		Մ. Սեթյան	М. Сетян
Համակարգող՝ Секретарь комиссии:		Ի. Եղիազարյան	И. Егиазарян