

«ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ԱՃՈՒՐԴԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

«25» օգոստոսի 2026թ.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Էդգար Ծառուկյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Արա Սողոմոնյան

Լևոն Ստեփանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Էլինա Պողոսյան:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. «ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» ծածկագրով ընթացակարգին էլեկտրոնային աճուրդի (<https://eauction.armeps.am/>) համակարգի միջոցով ներկայացված հայտերը:

2. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գին:

3. «ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» ծածկագրով ընթացակարգի էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին, տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան կազմված լինելու մասին:

4. Հաստատել՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

5. Հաջորդ նիստի կայացման մասին:

1. «ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» ծածկագրով ընթացակարգին էլեկտրոնային աճուրդի (<https://eauction.armeps.am/>) համակարգի միջոցով ներկայացված հայտերը

(Է. Պողոսյան)

1.1 «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «բժշկական սարքերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը եղել է 11 օգոստոսի 2026թ.-ին, հակադարձ աճուրդ՝ 12 օգոստոսի 2026թ.-ին:

1.2 «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «բժշկական սարքերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» ծածկագրով ընթացակարգին սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/հ	Մասնակիցների անվանումը
1.	ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ ՍՊԸ
2.	ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ
3.	Իվաֆարմ ՍՊԸ
4.	ԻՆԷՅԴ ՍՊԸ
5.	NordHealth Group
6.	ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ
7.	Մեդէքսպերտ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

2. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գին

(Է. Պողոսյան)

2.1 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրության և սույն ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխան գնային առաջարկ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները. /Կից ֆայլ գնային առաջարկ/

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

3. «ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով ընթացակարգի էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին, տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան կազմված լինելու մասին:

(Է. Պողոսյան)

3.1 Մասնակիցների էլեկտրոնային հայտը **էլեկտրոնային աճուրդի** (<https://eauction.armeps.am/>) համակարգի կողմից համարվել է հետագա գնահատման համար ընդունելի՝ բաղառությամ «Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ-ի և «Իվաֆարմ» ՍՊԸ-ի հայտի որտեղ արձանագրվել էին հետևյալ անհամապատասխանությունները.

«Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված՝ հրավերով պահանջող փաստաթղթերում արձանագրվել է անհամապատասխանություն՝ մասնավորապես.

Հրավերի հավելված 1.1 կետով սահմանված առաջարկվող չափաբաժին 3-ի, ամբողջական նկարագիրը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի պահանջներին

• Պահանջվում է՝ փակ ամրակի բարձրություն՝ 0.75–2.3 մմ կամ վավերացված համարժեք - ներկայացված է 0.75–2.0 մմ:

Փաթեթում չկա արտադրողի կոնկրետ հայտարարություն, որ 0.75–2.0 մմ շաբլը կլինիկապես փոխարինում է պահանջված՝ մինչև 2.3 մմ ընդգրկող շաբլին, հատկապես հաստ թոքային հյուսվածքի համար:

• Պահանջվում է առնվազն 12 ամրացնող նյութ- ներկայացված է 14 հատ:

Քանակը բավարար է, բայց արտադրատեսակը նույնականացված և ապացուցված չէ, նշված է Beijing Biosis Healing Biological Technology Co., Ltd., և խոստացվել է 14 հատ նյութ, սակայն բացակայում են.

- ապրանքային անվանումը և կատալոգային կոդը,
- 45/60 մմ տարբերակների ցանկը,
- Alligator OCR քարթիջների հետ կոնկրետ համատեղելիության ապացույցը,
- ՀՀ/ԵԱՏՄ գրանցումը,
- IFU-ն, ստերիլիզացման մեթոդը և պիտանելիության ժամկետը:
- Պահանջվում է՝ ՀՀ/ԵԱՏՄ գրանցում- ներկայացված է «Կգրանցվի ներմուծման ժամանակ»:

Չի համապատասխանում ներկայացման պահանջին:

• Պահանջվում է՝ 24-ամսյա երաշխիք:

Արտադրողի/լիազորված ներկայացուցչի երաշխիքային նամակ չկա , նշված 24 ամիսը մատակարարի հայտարարություն է, բայց չկա արտադրողի կամ պաշտոնական ներկայացուցչի երաշխիքային նամակ: Բացակայում են նաև ստեպլերային համակարգի.

- CE/EU Declaration of Conformity կամ այլ կարգավորող փաստաթուղթ,
- ISO 13485 վկայական,
- կենսահամատեղելիության/ռիսկի գնահատման հղումներ,

- հայերեն IFU կամ հաստատված թարգմանություն:

• Ընդհանուր հայտարարությունը, թե նյութը համատեղելի է տարբեր ստեպլերների հետ, չի փոխարինում կոնկրետ Alligator մոդելների հետ արտադրողի փաստաթղթավորված համատեղելիությանը:

«Իվաֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված՝ հրավերով պահանջող փաստաթղթերում արձանագրվել է անհամապատասխանություն՝ մասնավորապես՝

- Հրավերի հավելված 1.1 կետով սահմանված առաջարկվող չափաբաժին 5-ի ամբողջական նկարագիրը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի պահանջներին /ֆիրմային անվանումը ապրանքային նշանը, մոդելը, արտադրողի անվանումը բացակայում են/:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ հանձնաժողովը որոշեց «Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ-ին և Իվաֆարմ ՍՊԸ-ին ուղարկվել է արձանագրված անհամապատասխանությունը շտկելու մասին ծանուցումը: Ծանուցումը սրանալու օրվանից հաշված մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկված տարբերակ կցվել են էլեկտրոնային աճուրդի համակարգում:

3.2 Մասնակիցների էլեկտրոնային հայտում հրավերով պահանջվող /նախատեսված/ փաստաթղթերն առկա են:

3.3 Մասնակիցների հայտով ներկայացրած փաստաթղթերը համապատասխանում են «ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին:

«Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված արձանագրված անհամապատասխանության շտկված տարբերակը գնահատվել է բավարար:

«Իվաֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված շտկված փաստաթղթերում արձանագրվել է անհամապատասխանություն՝ մասնավորապես.

Հրավերի հավելված 1.1 կետով սահմանված առաջարկվող չափաբաժին 5-ի, ամբողջական նկարագիրը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի պահանջներին

- Պահանջվում է՝ RF անոթային փակման մեկանգամյա գործիքներ-Մեկ ինտեգրված կամ մոդուլային հարթակ, որն ապահովում է առաջադեմ բիպոլյար/RF անոթային փակման և ուլտրաձայնային կտրման-կոագուլյացիայի գործառույթներ: Երկու գործիքները կարող են միացված մնալ առանձին պորտերին, իսկ ակտիվացումը կատարվում է արտադրողի կողմից թույլատրված անվտանգ կարգով: Հյուսվածքային հետադարձ կապի հիման վրա էներգիայի ավտոմատ կարգավորում կամ գործառույթային համարժեք անվտանգ կառավարման մեխանիզմ: RF գործիքով՝ մինչև 7 մմ ներառյալ անոթների փակման արտադրողի ցուցում, ուլտրաձայնային գործիքով՝ առնվազն 5 մմ (7 մմ՝ եթե առկա է արտադրողի ցուցում): Սնուցումը՝ 100–240 VAC, 50/60 Hz: Ինքնաստուգում, սխալի/վտանգի տեսանելի և լսելի ազդանշաններ, օգտագործողին հասկանալի կառավարման միջերես:

Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված, 5 մմ անվանական տրամագծով RF/բիպոլյար անոթային փակման գործիքներ՝ բաց և էնդոսկոպիկ կիրառման համար: Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝ մոտ 230, 370 և 440 մմ կամ գործառույթային համարժեք կարճ/ստանդարտ/երկար տարբերակներով: Ներկառուցված մեխանիկական դանակ, հյուսվածքային հետադարձ կապով կառավարվող էներգիա և մինչև 7 մմ ներառյալ անոթների փակման արտադրողի հաստատված ցուցում: Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող 5-01 հարթակի հետ:

Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված ուլտրաձայնային մկրատներ՝ փափուկ հյուսվածքների բռնման, դիսեկցիայի, կտրման և կոագուլյացիայի համար: Լիսեռի տրամագիծը՝ ոչ ավելի, քան 5.6 մմ: Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝ մոտ 140, 230, 360 և 450 մմ կամ գործառույթային համարժեք կարճ/ստանդարտ/երկար տարբերակներով: Ձեռքի և/կամ ոտնակի կառավարում, առնվազն 5 մմ անոթների փակման արտադրողի հաստատված ցուցում, իսկ 7 մմ՝ եթե պահանջը հաստատված է արտադրողի IFU-ով: Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող 5-01 հարթակի և տրանսդյուսների հետ:

- Ներկայացված է - Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված, 5 մմ անվանական տրամագծով RF/բիպոլյար անոթային փակման գործիքներ՝ բաց և էնդոսկոպիկ կիրառման համար: Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝ մոտ 230, 370 և 440 մմ կամ գործառույթային համարժեք կարճ/ստանդարտ/երկար տարբերակներով:

Առկա չէ ներկառուցված մեխանիկական դանակ, հյուսվածքային հետադարձ կապով կառավարվող էներգիա և մինչև 7 մմ ներառյալ անոթների փակման արտադրողի հաստատված ցուցում: Լիարժեք համատեղելիություն առաջարկվող 5-01 հարթակի հետ բացակայում է:

Հիմք ընդունելով սույն ընթացակարգի հրավերի 8.11 կետը՝ հանձնաժողովը որոշեց մերժել «Իվաֆարմ» ՍՊԸ-ի առաջարկը 5-րդ չափաբաժնի համար և «Իվաֆարմ» ՍՊԸ-ի հայտը գնահատել անբավարար:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

4. Հաստատել՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

4.1 Հաստատել էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և՝

«ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ» ՍՊԸ-ին 1, 2, 4,

«Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ 3-րդ չափաբաժների մասով առաջարկել կնքել պայմանագիր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

5. Հաջորդ նիստի կայացման մասին

5.1 Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրվել պայմանագրի կնքման հաջորդ օրը՝ ժամը 11:00-ին, հասցեն՝ ք. Երևան, Աճառյան 2, 212 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝




Է. Ծառուկյան

Անդամներ՝




Լ. Ստեփանյան



Ա. Սողոմոնյան

Քարտուղար՝



Է. Պողոսյան