

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №2

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Протокол заседания оценочной комиссии

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին/ Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ ՓԲԸ» / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ՀԱՃԱՊՁԲ-93/26 / НАЕК-ЕААРДЗВ-93/26
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Լաբորատոր չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր/ Лабораторные измерительные, контрольные и проверочные приборы
Չափաբաժինների քանակը / Количества лотов	4
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	15.07.2026 թ./ չ., 16:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	հրավերի փոփոխություն/ изменение текста приглашения
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին Данные о членах комиссии, участвующих в заседании	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան/А. Казарян ԳԲ պետ/ НОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Թ. Մարտիրոսյան/ Т. Мартиросян ՔԱ լաբորատորիայի պետ/ НЛ ХЦ
	Ա. Փարսիլյան/ А. Парстляян ՔԱ պետի տեղակալ / ЗН ХЦ
	Ա. Մելքոնյան/ А. Мелконян ԳԲ առաջատար մասնագետ/ ВП ОЗ
	Կ. Համբարձումյան/ К. Амбарцумян ԳԲ 1-ին կարգի մասնագետ/ специалист 1-й кат.ОЗ
Համակարգող-քարտուղար / координатор - секретарь	Ս. Մանուկյան/С. Манукян ԳԲ առաջին կարգի մասնագետ/ специалист 1-й кат.ОЗП
Այլ տեղեկություն/	
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետը «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2026թ. գնումների պլանի 7.17.109, 7.14.110, 7.14.111, 7.14.117 կետի / п. 3 статьи 18 Закона РА «О закупках» п. 7.17.109, 7.14.110, 7.14.111, 7.14.117 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2026г.

4. Հրավերի տեքստի փոփոխություն / Изменение текста приглашения

Գնման ընթացակարգի հրավերի տեքստի փոփոխություն/ Изменение текста приглашения на процедуру покупки	Ավտոմատ սարք՝ բաց խառնարանում յուրի բռնկման կետը որոշելու համար АТВО-20 տեսակի - բռնկման ջերմաստիճանի չափման միջակայք՝ +79-ից մինչև +400°С; - արտադրանքի բռնկման տեսակը՝ էլեկտրական կայծ, գազ անհրաժեշտ չէ; - մեկ թեստի տևողությունը ոչ ավել, քան 40 րոպե; - բռնկման կետը որոշելու համար ելքային արդյունքի դիսկրետությունը 1°С է; - Արտադրանքի ջերմաստիճանի ցուցադրման լուծաչափը՝ 0.1°С կամ 0.2°С; - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան - +10-ից մինչև +35°С; АТВО-20 սարքի ամբողջական հավաքածուն՝ Տիգել - 2 հատ, Հանվող բռնակ - 1 հատ, Կաթիլային սկուլպեղ - 1 հատ, Պահանջվում է շահագործման հրահանգ ուսերեն լեզվով - 1 օրինակ, Անձնագիր և որակի հավաստագիր - 1 օրինակ, Փորձարկման մասին վկայագիր ՀՀ-ում, Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ.: В открытом тигле автоматический прибор АТВО-20 типа, с первичной аттестацией - диапазон измерений температуры вспышки - от +79 до +400°С; - тип поджига продукта - электроискровой, газ не требуется; - продолжительность одного испытания не более 40 мин.; - Дискретность выдаваемого результата определения температуры вспышки 1°С;
---	---

- Дискретность отображения температуры продукта - 0,1°C или 0,2°C;
- Температура окружающей среды - от +10 до +35°C;

Комплектация аппарата ТВО-20:

1. Тигель - 2 шт.;
2. Съёмная ручка - 1 шт.;
3. Каплесборник - 1 шт.

Требуется руководство по эксплуатации на русском языке - 1 экз.;

Паспорт и сертификат качества - 1 экз.;

Сертификат испытаний в РА - 1 экз.;

Дата производства - 2025г.-2026г.

կամ Ավտոմատ սարք՝ բաց խառնարանում յուղի բռնկման կետը որոշելու համար ТВО-ЛАБ-12 փեսակի կամ համարժեք սարքավորում

- Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման միջակայք՝ 0-ից մինչև +400°C;
- արտադրանքի բռնկման փեսակը՝ - գազ;
- Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման սխալանքը - $\pm 0.5^\circ\text{C}$;
- Ջերմաստիճանի սենսորի փեսակը՝ Pt100;
- Տաքացման արագություն՝ 0.5-ից մինչև 20.0°C/րոպե;
- Բռնկման միջակայք՝ 0.5-ից մինչև 10.0°C;
- Մաքրակարարման անվանական լարում - 230 Վ $\pm 10\%$;
- Մաքրակարարման լարման անվանական հաճախականությունը՝ 50 ± 2 Հց;
- Ընդհանուր էներգիայի սպառում, ոչ ավելի, քան 700 Վտ;
- Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +15-ից մինչև +35°C;

ТВО-ЛАБ-12 փեսակի սարքի լրակազմը՝

Տիգել - 1 հար;

Ջերմաստիճանի սենսոր (փեղադրված է սարքի վրա) - 1 հար;

Լուսարձակի դետեկտոր - (փեղադրված է սարքի վրա) - 1 հար;

Այրիչի բռնկման պարույր - 2 հար;

Հորալման համար նախատեսված ամրակ-հենարան - 1 հար;

Գազի բալոնի ադապտեր նեյլոնե խողովակով (0.5 մ) - 1 հար;

Հոսանքի մալուխ - 1 հար;

10Ա ցանցային ապահովիչներ - 2 հար;

Գրիչ - 1 հար

Պահանջվում է շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով - 1 օրինակ,

Անձնագիր և որակի հավաստագիր - 1 օրինակ,

Փորձարկման մասին վկայագիր <<-ում,

Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ.:

В открытом тигле автоматический прибор ТВО-ЛАБ-12 типа, с первичной аттестацией

- Диапазон определения температуры вспышки - от 0 до +400°C;

- тип поджига продукта - газовый;

- Погрешность определения температуры вспышки - $\pm 0,5^\circ\text{C}$;

- Тип датчика температуры - Pt100;

- Скорость нагрева - от 0,5 до 20,0°C/мин;

- Интервал поджига - от 0,5 до 10,0°C;

- Номинальное напряжение питания - 230В $\pm 10\%$;

- Номинальная частота напряжения питания - 50 ± 2 Гц;

- Общая потребляемая мощность, не более - 700Вт;

- Рабочая температура - от +15 до +35°C;

Комплектация аппарата ТВО-ЛАБ-12:

1. Тигель - 1 штука;
2. Датчик температуры (установлен на аппарат) - 1 штука;
3. Детектор вспышки - (установлен на аппарат) - 1 штука;
4. Спираль поджига горелки - 2 штуки;
5. Кронштейн -подставки для тигля - 1 штука;
6. Переходник под газовый баллон с нейлоновой трубкой (0,5м) - 1 штука;
7. Кабель электропитания - 1 штука;
8. Сетевые предохранители 10А - 2 штуки;
9. Стилус - 1 штука

Требуется руководство по эксплуатации на русском языке - 1 экз.;

Паспорт и сертификат качества - 1 экз.;

Сертификат испытаний в РА - 1 экз.;

	Дата производства՝ 2025г.-2026г.
Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկուցազիր/отчетность ответственного подразделения	Խմբագրել՝ 4-րդ չափաբաժնով ներկայացված սարքի համար տեխնիկական բնութագրում նշված տեխնիկական պայմանը ՀՀ-ում չի պահանջվում: / Для оборудования, предложенного по лоту № 4, техническое условие, указанное в технической спецификации, на территории Республики Армения не требуется Ավտոմատ սարք՝ բաց խառնարանում յուղի բռնկման կետը որոշելու համար АТВО-20 տեսակի - բռնկման ջերմաստիճանի չափման միջակայք՝ +79-ից մինչև +400°C; - արտադրանքի բռնկման տեսակը՝ էլեկտրական կայծ, գազ անհրաժեշտ չէ: - մեկ թեստի տևողությունը ոչ ավել, քան 40 րոպե; - բռնկման կետը որոշելու համար ելքային արդյունքի դիսկրետությունը 1°C է: - Արտադրանքի ջերմաստիճանի ցուցադրման լուծաչափը՝ 0.1°C կամ 0.2°C; - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան – +10-ից մինչև +35°C; АТВО-20 սարքի ամբողջական հավաքածուն՝ Տիգել – 2 հատ, Հանվող բռնակ – 1 հատ, Կաթիլային սկուտեղ – 1 հատ, Պահանջվում է շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով – 1 օրինակ, Անձնագիր և որակի հավաստագիր – 1 օրինակ, Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ: В открытом тигле автоматический прибор АТВО-20 типа, с первичной аттестацией - диапазон измерений температуры вспышки – от +79 до +400°C; - тип поджига продукта – электроискровой, газ не требуется; - продолжительность одного испытания не более 40 мин.; - Дискретность выдаваемого результата определения температуры вспышки 1°C; - Дискретность отображения температуры продукта - 0,1°C или 0,2°C; - Температура окружающей среды – от +10 до +35°C; Комплектация аппарата АТВО-20: 4. Тигель – 2 шт.; 5. Съёмная ручка – 1 шт.; 6. Каплесборник - 1 шт. Требуется руководство по эксплуатации на русском языке - 1 экз.; Паспорт и сертификат качества - 1 экз.; Дата производства՝ 2025г.-2026г. կամ Ավտոմատ սարք՝ բաց խառնարանում յուղի բռնկման կետը որոշելու համար ТВО-ЛАБ-12 տեսակի կամ համարժեք սարքավորում - Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման միջակայք՝ 0-ից մինչև +400°C; - արտադրանքի բռնկման տեսակը՝ - գազ; - Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման սխալները – ±0.5°C; - Ջերմաստիճանի սենսորի տեսակը՝ Pt 100; - Տաքացման արագություն՝ 0.5-ից մինչև 20.0°C/րոպե; - Բռնկման միջակայք՝ 0.5-ից մինչև 10.0°C; - Մաքակարարման անվանական լարում – 230 Վ ± 10%; - Մաքակարարման լարման անվանական հաճախականությունը՝ 50±2 Հց; - Ընդհանուր էներգիայի սպառում, ոչ ավելի, քան 700 Վր; - Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +15-ից մինչև +35°C; ТВО-ЛАБ-12 տեսակի սարքի լրակազմը՝ Տիգել – 1 հատ; Ջերմաստիճանի սենսոր (տեղադրված է սարքի վրա) – 1 հատ; Լուսարձակի դետեկտոր – (տեղադրված է սարքի վրա) – 1 հատ; Այրիչի բռնկման պարոպր – 2 հատ; Հորալման համար նախատեսված ամրակ-հենարան – 1 հատ;

Գազի բալոնի ադապտեր նեյլոնե խողովակով (0.5 մ) - 1 հալ;

Հոսանքի մալուխ - 1 հալ;

10Ա ցանցային ապահովիչներ - 2 հալ;

Գրիչ - 1 հալ

Պահանջվում է շահագործման հրահանգ, ռուսերեն լեզվով - 1 օրինակ,

Անձնագիր և որակի հավաստագիր - 1 օրինակ,

Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ.:

В открытом тигле автоматический прибор ТВО-ЛАБ-12 типа, с первичной аттестацией

- Диапазон определения температуры вспышки - от 0 до +400°C;

- тип поджига продукта - газовый;

- Погрешность определения температуры вспышки - $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$;

- Тип датчика температуры - Pt100;

- Скорость нагрева - от 0,5 до 20,0°C/мин;

- Интервал поджига - от 0,5 до 10,0°C;

- Номинальное напряжение питания - 230В $\pm 10\%$;

- Номинальная частота напряжения питания - 50 ± 2 Гц;

- Общая потребляемая мощность, не более - 700Вт;

- Рабочая температура - от +15 до +35°C;

Комплектация аппарата ТВО-ЛАБ-12:

10. Тигель - 1 штука;

11. Датчик температуры (установлен на аппарат) - 1 штука;

12. Детектор вспышки - (установлен на аппарат) - 1 штука;

13. Спираль поджига горелки - 2 штуки;

14. Кронштейн -подставки для тигля - 1 штука;

15. Переходник под газовый баллон с нейлоновой трубкой (0,5м) - 1 штука;

16. Кабель электропитания - 1 штука;

17. Сетевые предохранители 10А - 2 штуки;

18. Стилус - 1 штука

Требуется руководство по эксплуатации на русском языке - 1 экз.;

Паспорт и сертификат качества - 1 экз.;

• Дата производства՝ 2025г.-2026г.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

Принято решение: за - 5, против - 0

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Նիստի անցկացման նպատակը	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը	Հակադարձ աճուրդի օրվանից հաշված փաստինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Ա. Ղազարյան/А. Казарян

Թ. Մարտիրոսյան/ Т. Мартиросян

Ա. Փարսիլյան/ А. Парстян

Ա. Մելքոնյան/ А. Мелконян

Կ. Համբարձումյան/ К. Амбарцумян

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

Ս. Մանուկյան/С. Манукян