

## ОБЪЯВЛЕНИЕ о внесении изменений в приглашение

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии  
№ 2 от 8 февраля 2024 года и публикуется в соответствии со статьей 29  
Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры: **РԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом РԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25, организованной с целью приобретения научных приборов и оборудования для нужд Комитета по высшему образованию и науке ниже представляет причины изменения, внесенного в приглашение по тому же коду, и краткое описание внесенных изменений:

**Причина возникновения изменения № 1:** В тексте приглашения, сформированного системой электронного аукциона, в разделах 3-й и 4-й лотов отредактировано одинаковое техническое описание, поэтому необходимо внести изменения.

**Описание изменения:** Описание товара, представленного в 4-й лота приглашения через систему электронного аукциона, составлено в новой редакции, следующего содержания: Для эффективного разрезания замороженных тканей система должна иметь возможность дезинфекции и замораживания,

Должен иметь:

Минимум 24 места

Охлаждение минимум до -35 °C

Автоматическая операция резки

Включает в себя,

- Противоскользкая пластина.

- Держатель образцов (минимум 5 – с диаметром 21-22 мм; минимум 5 – с диаметром 34-35 мм)

- Счетчик резки

- Защита клинка

- Система отвода тепла

- Стальная подставка для держателя образца

- Лезвие, 1 коробка (50 шт.)

- Среда для обработки материала – минимум 110 мл

- Низкотемпературное масло для криостата, 50 мл.

- Инструменты и кисть.

- Возможность УФ-дезинфекции поверхностей.

- Минимум 2 позиции быстрого замораживания до -55 °C

- Возможность замораживания объектов

Криокамера должна быть приготовлена из нержавеющей стали; Иметь LED подсветку

Температура криокамеры минимум от 0 °C до -35 °C.

Время достижения температуры -35 °C – не более 390 минут

Функция автоматического дефроста.

Толщина среза минимум от 0,5 до 100 мкм.

Настройки толщины сечения:

Не менее 0,5–2 мкм с шагом 0,5 мкм.

Не менее 2–20 мкм с шагом 1 мкм

Не менее 20–50 мкм с шагом 2 мкм

Не менее 50–100 мкм с шагом 5 мкм.

Толщина резки, настройки: 0,5–750 мкм

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*

Горизонтальное выдвижение 27-28 мм

Вертикально: 58-60 мм

Возврат пробы не менее 0–200 мкм, опционально

Ориентация образца, горизонтальная: 8°

Ориентация образца, вертикальная: 8°

Ориентация образца, ось Z: 360°

Монтаж оборудования и обучение персонала.

Поставщик должен предоставить документ авторизации от производителя – с названием конечного пользователя и номера тендера. Гарантийный срок: 1 года".

**Обоснование изменения:** Пункт 2 статьи 26 части 1 Закона РА “О закупках”.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Э. Авагяну.

Телефон: +374 98 389 689 (внутренний телефон: 07)

Электронная почта: [e.avagyan@epromotion.am](mailto:e.avagyan@epromotion.am)

Заказчик: Комитет по высшему образованию и науке