

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի  
2024 թվականի փետրվարի 8-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է  
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ **ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25**

Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի կարիքների համար գիտական սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը՝

**Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1:** Էեկտրոնային աճուրդի համակարգի միջոցով գեներացված հրավերի տեքստում 3-րդ և 4-րդ չափաբաժիններում խմբագրվել է նույն տեխնիկական նկարագիրը, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխություն կատարելու:

**Փոփոխության նկարագրություն:** Էեկտրոնային աճուրդի համակարգի միջոցով հրավերի 4-րդ չափաբաժնի մասով ներկայացված ապրանքի նկարագիրը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ. «Սառեցված հյուսվածքների արդյունավետ կտրման համար. Համակարգը պետք է ունենա ախտահանման և սարեցման հնարավորություն:

Ունենա՝

Առնվազն 24 տեղ

Մինչև առնվազն -35 °C սառեցում

Ավտոմատ կտրման աշխատանք

Ներառում է՝

- Սահումը կանխարգելիչ թիթեղ

- Նմուշների պահիչ (առնվազն 5 հատ՝ 21-22 մմ տրամագծով; առնվազն 5 հատ՝ 34-35 մմ տրամագծով)

- Կտրման հաշվիչ

- Սայրի պահիչ

- Զերմության հեռացման համակարգ

- Պողպատյա շտատիվ՝ նմուշների պահիչի համար

- Սայրեր, 1 տուփ (50 հատ)

- Հյուսվածքների մշակման միջավայր, առնվազն 110 մլ

- Ցածր ջերմաստիճանի յուղ՝ կրիոստատի համար, 50 մլ

- Գործիքներ և վրձին

- Մակերեսների UV-C ախտահանման հնարավորություն

- Առնվազն 2 հատ արագ սառեցման դիրքեր՝ մինչև -55 °C

- Օբյեկտների սառեցման հնարավորություն

Կրիոխցիկը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից; Ունենա LED լուսավորում

Կրիոխցիկի ջերմաստիճանը՝ առնվազն 0 °C մինչև -35 °C

Մինչև -35 °C սառեցման ժամանակը՝ ոչ ավել, քան 390 րոպե

Ավտոմատ ապաստեցման ֆունկցիայով

Սեկցիայի հաստությունը՝ միջակայքը առնվազն 0,5 - 100 մկմ

Սեկցիայի հաստությունը՝ կարգավորումներ՝

Առնվազն 0,5 - 2 մկմ 0,5 մկմ քայլերով

Առնվազն 2 - 20 մկմ 1 մկմ քայլերով

Առնվազն 20 - 50 մկմ 2 մկմ քայլերով

Առնվազն 50 - 100 մկմ 5 մկմ քայլերով

Կտրման հաստություն, կարգավորումներ՝ 0,5 - 750 մկմ

Հորիզոնական առաջխաղացում՝ 27-28 մմ

Ուղղահայաց՝ 58-60 մմ

Նմուշի հետադարձ առնվազն 0 - 200 մկմ, ընտրովի

Նմուշի կողմնորոշում, հորիզոնական՝ 8°

Նմուշի կողմնորոշում, ուղղահայաց՝ 8°

Նմուշի կողմնորոշում, z առանցք՝ 360°

Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում

1 տարվա երաշխիք

Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով:»

**Փոփոխության հիմնավորում:** «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Է. Ավագյանին:

Հեռախոս՝ +374 98 389 689 (ներքին հեռախոսահամար՝ 07)

Էլ. փոստ՝ [e.avagyan@epromotion.am](mailto:e.avagyan@epromotion.am)

Պատվիրատու՝ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե