ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈԴԵՌԻ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/228 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	Օդի շրջանառության ռեժիմ՝ հարկադիր կոնվեկցիա։ Ջերմաստիճանային տիրույթ՝ ինկուբատոր՝ սենյակային ջերմաստիճան +5 °C-ից մինչև +80 °C, չորացման պահարան՝ +80 °C-ից մինչև +300 °C։ Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշգրտություն (բաժանման արժեք)՝ 0,1–0,2 °C։ Ջերմաստիճանի տատանում՝ ±1,0–1,1 °C։ Ջերմաստիճանի միատարրություն՝ինկուբատոր՝ ±1,0–1,1 °C, չորացման պահարան՝ ±2,5–2,6 %։ Ներքին խցիկ՝ բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, հայելային մակերեսով։ Արտաքին կորպուս՝ սառը գլանվածքով պողպատից՝ էլեկտրաստատիկ ներկապատմամբ։ Ջերմամեկուսիչ շերտ՝ բարձրորակ ջերմամեկուսիչ բամբակից/բրդից՝ CE համապատասխանությամբ։ Տաքացուցիչ՝ չժանգոտվող պողպատից։ Արտահոսքի/օդափոխման անցք՝ վերին հատվածում՝ φ28-29 մմ տրամագծով, չափման անցքի գործառույթով։ Ջերմաստիճանի կառավարման ռեժիմ՝ PID ինտելեկտուալ երկաստիճան ջերմաստիճանային կառավարում։ Ջերմաստիճանի կարգավորում՝ սենսորային կոճակներով։ Ջերմաստիճանի ցուցադրման եղանակ՝ B տիպ՝

			թվային LED էկրան, BE մոդել՝ թվային LCD էկրան։ Ժամաչափ՝ 0–9999 րոպե՝ ժամանակային մեկնարկի/ սպասման (սինխրոնացման) գործառույթով։ Գործառնական հնարավորություններ՝ մշտական ջերմաստիճանային ռեժիմով աշխատանք, ժամանակային գործառույթ, աշխատանքի ավտոմատ ավարտ/անջատում Լրացուցիչ գործառույթներ (BE մոդելի համար)՝ բարձր ճշգրտության անկախ թվային ջերմաստիճանի սահմանափակիչ, օդափոխիչի արագության կարգավորման հնարավորություն՝ 4-5 աստիճանով և 3-4 արագությամբ, ջերմաստիճանային շեղումների սենսորային ճշգրտում, գերբարձր ջերմաստիճանի ավտոմատ ինքնակարգավորում, ներքին պարամետրերի արգելափակում, էլեկտրամատակարարման անջատումից հետո պարամետրերի հիշողություն։ Ջերմաստիճանային սենսոր՝ Pt100։ Օգտակար ծավալ՝ 60–70 լիտր։ Ներքին խցիկի չափսերը (L×H×D)՝ 400-402 × 360-362 × 450-452 մմ։ Արտաքին չափսերը (L×H×D)՝ 550-552 × 550-552 × 840-842 մմ։ Փաթեթավորման չափսերը (L×H×D)՝ 640-642 × 635-637 × 985-987 մմ։ Դարակի դիրքերի քանակը՝ 8–9։ Դարակի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ մինչև 15-16 կգ։ Դարակների միջև հեռավորությունը՝ 35-36 մմ։ Սնուցման լարում / անվանական հոսանք՝ 220 Վ փոփոխական հոսանք / 7,2 Ա։ Զուտ/համախառն քաշը (NW/GW)՝ 44-45/49-50 կգ։ Հիմնական դարակների քանակը՝ 2-3 հատ։ Դարակների հենակների/շրջանակների քանակը՝ 4-5 հատ։ Լրացուցիչ պարագաներ՝ B մոդել՝ դարակ, BE մոդել՝ դարակ, RS485 ինտերֆեյս, տպիչ, ծրագրավորվող ջերմաստիճանային կառավարման սարք, հեռակառավարման վահանակ, տվյալների պահպանման USB կրիչ կամ տվյալների USB պահպանման հնարավորություն։ Ցուցակում ներառված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ արտադրված մատակարարման օրվանից ոչ ավելի, քան 1 տարի առաջ, չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործված կամ մասնակիորեն մաշված դետալներ։ Ապրանքները մատակարարումից առաջ պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ։Մատակարարման փաթեթը

			պետք է ներառի առնվազն 1 (մեկ) տարվա երաշխիք: Մատակարարման ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել սարքավորման տեղադրում և կարգավորում, ինչպես նաև ԵՊՀ աշխատակիցների համապատասխան ուսուցում՝ համապատասխան մասնագետի (մասնագետների) կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Модери" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/228 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-	Օդի շրջանառության ռեժիմ՝ հարկադիր կոնվեկցիա։ Ջերմաստիճանային տիրույթ՝ ինկուբատոր՝ սենյակային ջերմաստիճան +5 °C-ից մինչև +80 °C, չորացման պահարան՝ +80 °C-ից մինչև +300 °C։ Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշգրտություն (բաժանման արժեք)՝ 0,1–0,2 °C։ Ջերմաստիճանի տատանում՝ ±1,0–1,1 °C։ Ջերմաստիճանի միատարրություն՝ինկուբատոր՝ ±1,0–1,1 °C, չորացման պահարան՝ ±2,5–2,6 %։ Ներքին խցիկ՝ բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, հայելային մակերեսով։ Արտաքին կորպուս՝ սառը գլանվածքով պողպատից՝ էլեկտրաստատիկ ներկապատմամբ։ Ջերմամեկուսիչ շերտ՝ բարձրորակ ջերմամեկուսիչ բամբակից/բրդից՝ CE համապատասխանությամբ։ Տաքացուցիչ՝ չժանգոտվող պողպատից։ Արտահոսքի/օդափոխման անցք՝ վերին հատվածում՝ φ28-29 մմ տրամագծով, չափման անցքի գործառույթով։ Ջերմաստիճանի կառավարման ռեժիմ՝ PID ինտելեկտուալ երկաստիճան ջերմաստիճանային կառավարում։ Ջերմաստիճանի կարգավորում՝ սենսորային կոճակներով։ Ջերմաստիճանի ցուցադրման եղանակ՝ B տիպ՝

			թվային LED էկրան, BE մոդել՝ թվային LCD էկրան։ Ժամաչափ՝ 0–9999 րոպե՝ ժամանակային մեկնարկի/ սպասման (սինխրոնացման) գործառույթով։ Գործառնական հնարավորություններ՝ մշտական ջերմաստիճանային ռեժիմով աշխատանք, ժամանակային գործառույթ, աշխատանքի ավտոմատ ավարտ/անջատում Լրացուցիչ գործառույթներ (BE մոդելի համար)՝ բարձր ճշգրտության անկախ թվային ջերմաստիճանի սահմանափակիչ, օդափոխիչի արագության կարգավորման հնարավորություն՝ 4-5 աստիճանով և 3-4 արագությամբ, ջերմաստիճանային շեղումների սենսորային ճշգրտում, գերբարձր ջերմաստիճանի ավտոմատ ինքնակարգավորում, ներքին պարամետրերի արգելափակում, էլեկտրամատակարարման անջատումից հետո պարամետրերի հիշողություն։ Ջերմաստիճանային սենսոր՝ Pt100։ Օգտակար ծավալ՝ 60–70 լիտր։ Ներքին խցիկի չափսերը (L×H×D)՝ 400-402 × 360-362 × 450-452 մմ։ Արտաքին չափսերը (L×H×D)՝ 550-552 × 550-552 × 840-842 մմ։ Փաթեթավորման չափսերը (L×H×D)՝ 640-642 × 635-637 × 985-987 մմ։ Դարակի դիրքերի քանակը՝ 8–9։ Դարակի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ մինչև 15-16 կգ։ Դարակների միջև հեռավորությունը՝ 35-36 մմ։ Սնուցման լարում / անվանական հոսանք՝ 220 Վ փոփոխական հոսանք / 7,2 Ա։ Զուտ/համախառն քաշը (NW/GW)՝ 44-45/49-50 կգ։ Հիմնական դարակների քանակը՝ 2-3 հատ։ Դարակների հենակների/շրջանակների քանակը՝ 4-5 հատ։ Լրացուցիչ պարագաներ՝ B մոդել՝ դարակ, BE մոդել՝ դարակ, RS485 ինտերֆեյս, տպիչ, ծրագրավորվող ջերմաստիճանային կառավարման սարք, հեռակառավարման վահանակ, տվյալների պահպանման USB կրիչ կամ տվյալների USB պահպանման հնարավորություն։ Ցուցակում ներառված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ արտադրված մատակարարման օրվանից ոչ ավելի, քան 1 տարի առաջ, չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործված կամ մասնակիորեն մաշված դետալներ։ Ապրանքները մատակարարումից առաջ պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ։Մատակարարման փաթեթը

			պետք է ներառի առնվազն 1 (մեկ) տարվա երաշխիք: Մատակարարման ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել սարքավորման տեղադրում և կարգավորում, ինչպես նաև ԵՊՀ աշխատակիցների համապատասխան ուսուցում՝ համապատասխան մասնագետի (մասնագետների) կողմից: