ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի Ֆարմ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բի Բրաուն	Հեմոդիալիզի սարքավորում DIALOG INCL. BIC (710200C)	Բի Բրաուն	Բի Բրաուն	Դիալիզատի ճնշման տիրույթները- +400մմ.սնդ.ս-ից մինչև-450մմ.սնդ.ս: Չափման թույլատրելի սխալը - ± 10մմ.սնդ.ս: Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով: Արյան արտահոսքի ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն: Չափման թույլատրելի սխալը- 10% : Ահազանգի սահմանները-»0,35մլ/ր, արյունHC T 25% (AAMI) : Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո ազդանշանի պաակտիվացման կոճակով: Ուլտրաֆիլտրացիա- Ծավալը

						ղեկավարվում է բալանսավորման խցիկի կողմից ուլտրաֆիլտրացիոն պոմպի միջոցով: 2.Միային ուլտրաֆիլտրացիա(Bergstrom): Աշխատանքային սահմանները - 0-3,000մլ/ժ Ճշտությունը-± 0,2մլ/խցիկի ցիկլ: Պաշտպանական համակարգ- Առաջադրվածից 200 մլ ավելի կամ առաջադրված հաճախ.-ից10% -ով գերազանցելու դեպքում: Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով: Ջերմաստիճանի կարգավորման տիրույթները-33-40 ºC: Դիալիզատորում ջերմաստիճանի թույլատրելի շեղումները- + 0,5 ºCից-1,5 ºC : Սահմանները- ± 1ºC (առաջադրված արժեքի նկատմամբ): Մաքսիմալ ջերմաստ.պաշտպանություն- 41 ºC : Պաշտպանական համակարգ- Ջերմաստիճանային տվիչ Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով: Հաղորդականություն- Ղեկավարվող Հաղորդականություն: Աշխատանքային սահմանները- Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ,

						4-7մՍ/սմ : Ընդհանուր Հաղ.12,5-16,0մՍ/սմ: Թույլատրելի շեղումները- ± 0,2 մՍ/ մ Չափումը- Ջերմաստիճանից կախված (հիմնականում25 ºC) : Պաշտպանական համակարգ- Հետևվում է երկրորդ Հաղորդականություն տվիչի կողմից, այլ ալգորիթմի միջոցով Սահմանները- ± 4% (առաջադրված արժեքի նկատմամբ): Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով: Դիալիզատի Հոսք (DF)- 300-800մլ/ր DF Թույլատրելի շեղումները-± 5%, 300-800մլ/ր դեպքում : Տրանսմեմբրանային ճնշում(TMP) Սահմանները (մաքս.TMP)- 300-700 մմ.սնդ ս: Ահազանգի բացարձակ սահմանները- 100մմ սնս.ս. Սահմանների պատուհան- կարգավորելի(2%-99%): Թույլատրելի շեղումները- Հաշվվում է PDA և PV միջոցով: Ապարատի դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի ստեղծած բացասական ճնշման միջոցով: Թույլատրելի շեղումները- ± 50 մմ սնդ.ս Արյան Պոմպ-2

						լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ կանգնման համակարգով. 1. Երբ դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ. 8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե խողովակի համար: Պոմպի հաճախությունը – 50-600մլ/ր(8/12մմ) 50-400մլ/ր(7/10մմ) կարգավորելի է10մլ քայլով: Աշխատանքային ճնշման սահմանները - Մտնող ճնշումը մինչև -390 մմ սնդ.ս Ելնող ճնշումը 0-1725մմ.սնդ.ս Հեպարինի պոմպ- Ներարկիչի պոմպ10-30մլ ներարկիչների համար: Պոմպի հաճախությունը- 0,1-10մլ/ժ կամ 0,1մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլյուս: 600մլ/ժ Թույլատրելի շեղումները- « ±10% Ճնշման սահմանները- 0 to +480mmHg Օդի Դետեկտոր SAD- SAD Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա Զգայնությունը – Օդի փուչիկներ սկսած »50մլ, Սահմանները Երկասեղանիռեժիմի համար: 0.2մլ սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ սկսած » 400մլ/ր SAD հոսք Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր հաստատուն SAD Հոսք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					

Պաշտպանական համակարգ- Ուլտրաձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում: Արյան Տվիչ- SAD Տվիչի բնիկում է տեղադրված Ֆունկցիա- Խողովակային համակարգում արյան հայտնաբերում: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2026 թ արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: