ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դաբլ Մեդիքալ (DM)	կոտրվածքների դեպքում կիրառվող պարագաներ, մեխեր — մետաղյա թիթեղներ՝ Խարիսխային համակարգ	Դաբլ Մեդիքալ (DM)	Խարիսխային համակարգ- Խարիսխը պետք է լինի իմպլանտացվող, մետաղական՝ տիտանային համաձուլվածքից, պատրաստված, պարուրակավոր (threaded) կոնստրուկցիայով, որը պետք է ապահովի ոսկրային հյուսվածքում կայուն առաջնային մեխանիկական ֆիքսացիա և դիմադրություն քաշող ուժերի նկատմամբ: Խարիսխը պետք է համալրված լինի բարձր ամրության, չներծծվող, կենսահամատեղելի ՈՒԲՄԽ (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) հիմքով 2հատ 950մմ երկարությամբ կարանյութ: Համակարգը պետք է նախատեսված լինի ջիլ–ոսկր, կապան–ոսկր կամ հոդաշրթունք–ոսկր ֆիքսացիայի համար և հնարավորություն տա իրականացնել փափուկ հյուսվածքի կայուն անատոմիական վերաֆիքսացիա: Իմպլանտի նյութը՝ բժշկական նշանակության

				տիտան/տիտանային համաձուլվածք ։ Կարաթելի նյութը՝ ՈՒԲՄԽ բարձր ամրության չներծծվող կենսահամատեղելի նյութ։ Խարիսխի արտաքին մակերեսը պետք է ունենա ոսկրային ֆիքսացիայի համար նախատեսված պարուրակավոր երկրաչափություն, որն ապահովում է խարիսխի ներմուծում ոսկրային հյուսվածքի մեջ և նվազեցնում է իմպլանտի հետքաշման (pull-out) ռիսկը։ Խարիսխի ծայրին առկա են 2 անցք լրացուցիչ թելերի համար։ Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի կարաթելի հուսալի ինտեգրումը խարիսխին և վիրահատության ընթացքում կարաթելի մեխանիկական ամբողջականության պահպանումը։ Պահանջվող չափերն են Ø3.0 × 14 մմ և Ø5.3 × 14 մմ Արտադրանքը պետք է մատակարարվի ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ, պատրաստ անմիջական վիրաբուժական օգտագործման համար։ Փաթեթավորման վրա պետք է առկա լինեն արտադրանքի նույնականացման և հետագծելիության համար անհրաժեշտ տվյալները՝ REF/կատալոգային համար, LOT/խմբաքանակի համար, արտադրության ամսաթիվ և/կամ պիտանելիության ժամկետ, ստերիլության վերաբերյալ նշում։ Պարտադիր պայման է CE MARK որակի վկայականի առկայությունը, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				