ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԱՐԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Kavandish System Engineering Co. (Iran)	Kavandish System Engineering Co. (Iran)	Iconic IS410S	Kavandish System Engineering Co. (Iran)	Էլեկտրաբուժական սարք Էլեկտրավիրաբուժական սարք, ապահովում է հետևյալ ֆունկցիաները. Միաբևեռ և երկբևեռ կտրում Միաբևեռ և երկբևեռ կոագուլացիա Աբլացիա Անոթների հատում Հնարավոր է էլեկտրավիրաբուժական սարքին միացնել արգոն-պլազմային մոդուլ Հնարավոր է էլեկտրավիրաբուժական սարքը կիրառել էնդոսկոպիկ պոլիպեկտոմիայի, պապիլոտոմիայի և էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիայի

						(ERCP, Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography) ժամանակ Հնարավոր է էլեկտրավիրաբուժական սարքը կիրառել արյունատար անոթների լիգացիայի համար Ունի կտրվածքի 5 աշխատանքային ռեժիմ Ունի կոագուլացիայի 5 աշխատանքային ռեժիմ Ունի երկբևեռ 2 աշխատանքային ռեժիմ Ունի 2 աշխատանքային ռեժիմ անոթների լիգացիայի համար Ունի 2 աշխատանքային ռեժիմ աբլացիայի համար Ունի երկբևեռ ռեժիմի ավտոստարտ/ավտոստոպ հնարավորություն Առավելագույն ելքային հզորությունը միաբևեռ կտրման ռեժիմի համար՝ 360 Վտ Առավելագույն ելքային հզորությունը միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմի համար՝ 200 Վտ Առավելագույն ելքային հզորությունը երկբևեռ կտրման ռեժիմի համար՝ 120 Վտ Առավելագույն ելքային հզորությունը երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմի համար՝ 120 Վտ Անվտանգություն. Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման

						տարածքի չափը Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա 10μA Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2 Անվտանգությունը համաձայն EN60601-1, EN60601-2-2 Կարգավորումներ. Պարամետրերի կարգավորումներն առջևի վահանակի վրա Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220-240Վ, 50/60 Հց Պարագաներ. Ունի երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար Մեկանգամյա օգտագործման երկկոճակ բռնակ Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ- 1 հատ 10 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ անկյունով x2: Ունի երկբևեռ ունելի Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ Մեկանգամյա

					օգտագործման գործիք անոթների լիգացիայի համար - 1 հատ Այլ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՐԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Kavandish System Engineering Co. (Iran)	Kavandish System Engineering Co. (Iran)	Iconic IS410S	Kavandish System Engineering Co. (Iran)	Էլեկտրաբուժական սարք Էլեկտրավիրաբուժական սարք, ապահովում է հետևյալ ֆունկցիաները. Միաբևեռ և երկբևեռ կտրում Միաբևեռ և երկբևեռ կոագուլացիա Աբլացիա Անոթների հատում Հնարավոր է էլեկտրավիրաբուժական սարքին միացնել արգոն-պլազմային մոդուլ Հնարավոր է էլեկտրավիրաբուժական սարքը կիրառել էնդոսկոպիկ պոլիպեկտոմիայի, պապիլոտոմիայի և էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիաի

						(ERCP, Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography) ժամանակ Հնարավոր է էլեկտրավիրաբուժական սարքը կիրառել արյունատար անոթների լիգացիայի համար Ունի կտրվածքի 5 աշխատանքային ռեժիմ Ունի կոագուլացիայի 5 աշխատանքային ռեժիմ Ունի երկբևեռ 2 աշխատանքային ռեժիմ Ունի 2 աշխատանքային ռեժիմ անոթների լիգացիայի համար Ունի 2 աշխատանքային ռեժիմ աբլացիայի համար Ունի երկբևեռ ռեժիմի ավտոստարտ/ավտոստոպ հնարավորություն Առավելագույն ելքային հզորությունը միաբևեռ կտրման ռեժիմի համար՝ 360 Վտ Առավելագույն ելքային հզորությունը միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմի համար՝ 200 Վտ Առավելագույն ելքային հզորությունը երկբևեռ կտրման ռեժիմի համար՝ 120 Վտ Առավելագույն ելքային հզորությունը երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմի համար՝ 120 Վտ Անվտանգություն. Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման

						տարածքի չափը Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա 10μA Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2 Անվտանգությունը համաձայն EN60601-1, EN60601-2-2 Կարգավորումներ. Պարամետրերի կարգավորումներն առջևի վահանակի վրա Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220-240Վ, 50/60 Հց Պարագաներ. Ունի երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար Մեկանգամյա օգտագործման երկկոճակ բռնակ Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ- 1 հատ 10 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ անկյունով x2: Ունի երկբևեռ ունելի Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ Մեկանգամյա

					օգտագործման գործիք անոթների լիգացիայի համար - 1 հատ Այլ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485