ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՀԾՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2027/2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ստրիպ Կոնտուր Պլյուս	© Copyright 2026 Ascensia Diabetes Care Holdings AG	Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար (N50) Չափման մեթոդ՝ էլեկտրաքիմիական Չափման միջակայք՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատված՝ 5 վրկ Արյան ծավալ՝ 0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 C Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10% - 93%Գործառնական բարձրություն՝մինչև 6300մ ծովի մակարդակից Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ.ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance)Տվյալների փոխանցում համակարգչին՝ USB լարի օգնությամբ: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից:Ճշգրտություն՝ համակարգը համապատասխանում է ISO 15197, ISO 13485 չափորոշիչների պահանջներին Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր: Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ,ռուսերեն մակնշմամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՀԾՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2027/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Стрипы для глюкометра Contour Плюс	© Copyright 2026 Ascensia Diabetes Care Holdings AG	Тест-полоски для глюкометра Contour Plus (N50) Метод измерения: электрохимический Диапазон измерения: 0,6-33,3 ммоль/л Время измерения: 5 с Объем крови: 0,6 мкл Рабочая температура: 5-45 С Рабочая относительная влажность: 10%-93% Рабочая высота: до 6300 м над уровнем моря В случае недостаточного объема крови предоставляется вторая попытка добавить кровь в течение 30 с (Вторая попытка) Передача данных на компьютер с помощью USB-кабеля. Срок годности тест-полосок не изменяется независимо от состояния вскрытия упаковки. Точность: система соответствует требованиям стандартов ISO 15197, ISO 13485 Участник должен предъявить сертификат, выданный производителем. На момент поставки продукт должен иметь срок годности не менее 2 (двух) лет, быть невскрытым и иметь маркировку на русском языке.