ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	Կաթեթեր ֆոգարտի	BALTON	EFBxF80	BALTON	Կաթետր էմբոլէկտոմիկ, տեսակը՝ Fogarty, միաճյուղ: Չափսերը՝ 3F, 4F,5F : Կաթետերը նախատեսված է թրոմբոէմբլիկ զանգվածը զարկերակներից և երակներից անվտանգ հեռացման համար: Կաթետերները պատրաստված են կենսաբանական չեզոք նյութից: Կաթետերի առաձգականությունը նրանց չափին համարժեք: Բալոնը պատրաստված է լատեքսից, որը թույլ է տալիս դիմակայել անհրաժեշտ ճնշմանը: Կաթետերի գունային պիտակները պետք է համապատասխանեն միջազգային

					ստանդարտին: Մանդրին պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, այն հեշտացնում է անոթի մեջ կաթետերի տեղադրումը: Փափուկ կլորացված ծայրը նվազեցնում է անոթի պատի պերֆորացիայի ռիսկը: Կաթետերի մյուս եզրը Luer-lock տիպի: Յուրաքանչյուր կաթետերի վրա նշված են կաթետերի տրամագիծը և բալոնի չափը: Կաթետերի ստերիլիզացումը իրականացվում է գամմա ճառագայթման միջոցով: Որակի սերտիֆիկատներ՝ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25	Катетер для эмболэктомии FOGARTY	BALTON	EFBxF80	BALTON	Катетер для эмболэктомии, тип: Фогарти, одноветвевой. Размеры: 3F, 4F, 5F: Катетер предназначен для безопасного удаления тромбоэмболических образований из артерий и вен. Катетеры изготовлены из биологически нейтрального материала. Эластичность катетера соответствует его размеру. Баллон изготовлен из латекса, что позволяет ему выдерживать необходимое давление. Цветовая маркировка катетера должна соответствовать международному

					стандарту. Оправка изготовлена из нержавеющей стали, что облегчает введение катетера в сосуд. Мягкий закругленный наконечник снижает риск перфорации стенки сосуда. Другой конец катетера имеет тип Luer-lock. Диаметр катетера и размер баллона указаны на каждом катетере. Стерилизация катетера осуществляется гамма-излучением. Сертификаты качества: ISO 13485-или ГОСТ Р ISO 13485-или эквивалентные.