

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-21/105 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	CQ-218A	Guangdong Chuang Qi Medical Equipment Co., Ltd, China	Ատամնաբույժի բլուկ՝ Գործիքների ներքևի կամ վերևի հոսք, առնվազն 5 գործիք՝ բոլոր տեսակի ծայրակալներով /ուղիղ, անկյունային, տուրբինային/ և միկրոմոտոր Յտուրբինային ճկափող M4՝ ոչ օպտիկամանրաթելային Նեգատոսկոպ Պնևմատիկ արգելակ Մեծ ու հարմարավետ գործիքների սեղան Կառավարման վահանակ՝ առնվազն 13 կոճակով Բժշկի աթոռ՝ Մեջքի աջակցություն, հիմքում աստղանիշ՝ 5 անիվի վրա, բազկաթռռի գույնին համապատասխան Օգնականի բլուկ՝ Օգնականի մոդուլ՝ 4 գործիքների համար Կառավարման վահանակ՝ առնվազն 8 կոճակով ջրային-օդային ատրճանակ, թքարտածծիչի թույլ և ուժեղ արտածծիչներ Պոլիմերիզացիոն լամպ Հիդրաբլուկ՝ Կերամիկական կամ ապակե թքաման Թորած ջրի ինքնավար մատակարարման համակարգ Կաթսա ջրի ջեռուցման համար Բազկաթռռ՝ Կառավարման ոտնակ Ձախ արմնկակալ Գլխիկ՝ կրկնակի հողակապով Լամպ՝ Մենսորային, LED լուսատու Լամպի ռոտացիայի 3 առանցք, պաշտպանիչ Էկրան Հզորությունը՝ 13000 - 15000 (յուլքս) Լրակազմը ներառում է նաև՝ Կոմպրեսոր՝ անաղմուկ, անյուղ (առնվազն՝ 35

		<p>լիտրանոց), սնուցումը՝ 220 Վ AC, 50 Հց հզորությամբ: Գործող կոմպրեսորի ձայնային ճնշման մակարդակը չի գերազանցում 55 ԴԲ: Հարմարեցված ուլտրաձայնային սքեյլեր (առնվազն 5 գլխիկ) Ներբերանային տեսախցիկ և մոնիտոր Տեխնիկական պարամետրերը՝ Ցանցային լարումը՝ 220Վ AC Ցանցային հաճախականությունը՝ 50 Հց Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն սպառում՝ 800 Վտ \pm 10% Ապահովիչներ՝ հիմնական Էլեկտրամատակարարում՝ FR1-20 ϕ5 x 20 5A Ատամնաբուժական աթոռի ակտիվացման տևողությունը՝ ոչ ավել քան 2 րոպե Բարձր արագությամբ տուրբինի առավելագույն արագությունն առնվազն՝ 300000 պ/ր Ցածր արագությամբ շարժիչի առավելագույն պտույտները առնվազն՝ 20000 պ/ր Մուտքային օդի ճնշումը՝ 0,55~0,6 ՄՊա Մուտքային ջրի ճնշումը՝ 0,2~0,4 ՄՊա Մատակարարման ժամանակ տրվում է երաշխիքային կտրոն առնվազն՝ 12 ամիս:</p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստեխնիկի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-21/105 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8	CQ-218A	Guangdong Chuang Qi Medical Equipment Co., Ltd, China	Блок стоматолога: Инструментальный поток вверх или вниз, не менее 5 инструментов со всеми типами сопел (прямые, угловые, турбинные) и микромотором 3 турбинных шланга М4, неволокнистый Негатоскоп Пневматический тормоз Большой и удобный стол для инструментов Панель управления минимум с 13 кнопками Кресло врача: Опора спинки, звезда на 5 колесах у основания, под цвет кресла Блок помощника: Модуль-помощник на 4 инструмента Панель управления минимум с 8 кнопками водовоздушный пистолет, слабые и сильные экстракторы Полимеризационная лампа Гидравлический блок: Керамический или стеклянный шпатель Автономная система подачи дистиллированной воды Котел для водяного отопления Кресло: Педаль управления Левый подлокотник Голова с двойным шарниром Лампа: Сенсорный, светодиодный светильник 3 оси вращения, защитный экран, Мощность: 13000-15000 (люкс). В комплект входят: Компрессор: бесшумный, нежирный (не менее 35 литров), питание: 220 В переменного тока, 50 Гц.

		<p>Уровень звукового давления работающего компрессора не превышает 55 дБ. Настроенный ультразвуковой скалер (минимум 5 насадок). Интраоральная камера и монитор Технические характеристики: Напряжение сети: 220 В переменного тока Частота сети: 50 Гц Максимальная потребляемая мощность: 800 Вт \pm 10% Предохранители: основной источник питания: FR1-20 ϕ5 \times 20 5А Продолжительность активации кресла не более 2 минут. Максимальная частота вращения высокоскоростной турбины не менее 300000 об / мин. Максимальная частота вращения низкооборотного двигателя не менее 20000 об / мин. Давление воздуха на входе: 0,55 ~ 0,6 МПа Давление воды на входе: 0,2 ~ 0,4 МПа На момент доставки выдается гарантийный талон на срок не менее 12 месяцев.</p>
--	--	--