ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԷՄՁԻ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 27/07 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	վիրաբուժական թելեր	վիրաբուժական թելեր	վիրաբուժական թելեր	Ռուսաստան,Հնդկաստան,Չինաստան,ՈՒկրաինա,Բելառուս	"Թել վիրահատական ստերիլ պոլիգլյակտին (Polyglactin 910), ծովող (ներծծվող), հյուսված (պլեծենի)՝ պատվածքով: Թելի հաստությունը՝ N 2 (USP 2), երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 75 սմ, բայց ոչ ավել քան 90 սմ: Համալրված է ծակող ասեղով, ասեղի կորությունը՝ 1/2 (կամ 3/8), ասեղի չափը (երկարությունը)՝ ոչ պակաս քան 45 մմ, բայց ոչ ավել քան 50 մմ՝ պատրաստված բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից՝: Թելը պատրաստված է բարձրորակ, հիպոալերգեն,

						անվտանգ նյութից, ունի հարթ մակերես, բարձր սկզբնական ամրություն, ունի կանխատեսելի ներծծման ժամկետ՝ հյուսվածքային ամրության պահպանումը 21-րդ օրը՝ առնվազն 50%, լրիվ ներծծման (ռեզորբցիայի) ժամկետը՝ 56-70 օր: Ստերիլ, միանվագ օգտագործման, անհատական ապահով փաթեթավորմամբ, տուփով:Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքայինլիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր .ISO 13485 կամ համարժեք: .CE կամ FDA սերտիֆիկատի (կամ դրանց համարժեքի) առկայությունը և

					ներկայացումը "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЕМДЖИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 27/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19					