

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/185 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	"Mi150 pH / Temperature Laboratory Bench Meter"	Mi-150	Mi-150	Milwaukee	pH տիրույթը: -2.000 -16.000, -2.00 - 16.00; ± 1000 մՎ pH կատարողականությունը 0.001 pH, 0.01 pH; 0.1մՎ, pH-ի ճշտությունը 25 °C(°F) -ում ± 0.01 pH, ± 0.002 pH; ± 0.2 մՎ, pH-ի ստուգաչափումը ավտոմատ է, մինչև 3 միավոր (5 միավոր*) ստուգաչափում, 5 ստանդարտ (7 ստանդարտ*), հասանելի բուժերներ (1.68*, 4.01 կամ 3.00, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45*) և 2 հատուկ բուժեր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-21/185 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					