

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոլոգիայի ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԿԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ԲՆԱ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	Anti-TPO Ab որոշման թեստ-հավաքածու	BT 11-07	Վիտալ ԲԸ	Anti-TPO Ab որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ: Կորեյացիայի գործակից՝ 0.989, Չգայունությունը՝ 0.092IU/ml. CE mark, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՎԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ԲԼԱ1  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
52	Anti-TPO Ab որոշման թեստ-հավաքածու	BT 11-07	Витал	Anti-TPO Ab որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ: Կորելյացիայի գործակից՝ 0.989, Չգայունությունը՝ 0.092IU/ml. CE mark, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only