

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	EMERALD	Cardinal Health,	<p>Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ - Չժանգոտվող պողպատից՝ պատված պոլիտետրաֆլուորոէթիլենով: Արտաքին պատումը հատուկ նյութով, որն ապահովում է սահունությունը: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0,018; 0,021; 0,025; 0,035; 0,038, պահանջվող երկարություններն են՝ 150 սմ; 175 սմ; 260 սմ:</p> <p>Կախված վիրահատության ժամանակ ռադիալ կամ ֆեմորալ միջամտությունների տեսակներից և անոթի տեսակից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տեսակներն են՝ ուղիղ կամ J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի բարդության և գտնվելու տեղի, ախտորոշիչ-ուղղորդիչի յուրաքանչյուր երկարություն ունի իր ծայրի չափը, և գերձկուն ծայրի պահանջվող չափերն են՝ 3 -25 սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատության բարդությունից ուղղորդիչների պահանջվող տեսակներն են ֆիքսված և չֆիքսված: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է , չօգտագործված, գործարանային</p>

			<p>ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-4-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
23	EMERALD	Cardinal Health,	<p>Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ - Չժանգոտվող պողպատից՝ պատված պոլիտետրաֆլուորոէթիլենով: Արտաքին պատուճը հատուկ նյութով, որն ապահովում է սահունությունը: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0,018; 0,021; 0,025; 0,035; 0,038, պահանջվող երկարություններն են՝ 150 սմ; 175 սմ; 260 սմ:</p> <p>Կախված վիրահատության ժամանակ ռադիալ կամ ֆեմորալ միջամտությունների տեսակներից և անոթի տեսակից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տեսակներն են՝ ուղիղ կամ J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի բարդության և գտնվելու տեղի, ախտորոշիչ-ուղղորդիչի յուրաքանչյուր երկարություն ունի իր ծայրի չափը, և գերձկուն ծայրի պահանջվող չափերն են՝ 3 -25 սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատության բարդությունից ուղղորդիչների պահանջվող տեսակներն են ֆիքսված և չֆիքսված: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է , չօգտագործված, գործարանային</p>

			<p>ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	---