

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	SHANGHAI YOKE INSTRUMENT Co. LTD	Spectro	V722N	SHANGHAI YOKE INSTRUMENT Co. LTD	Սպեկտրոֆոտոմետր № 722N : Բնութագրերը՝ Ֆոտոմետրիա - Միաճառագայթ Մոնոքրոմատորի տիպը - Լիթրոն Ֆոկուսային հեռավորություն - 160մմ Grating Օպտիկական ցանց՝ 1200 lines mm 1200 գիծ մմ Detector Դետեկտոր - Silicon Photocell Սիլիկոնային ֆոտոէլեմենտ Wavelength setting Ալիքի երկարության կարգաբերում կամ ավոմատացված Manual Turn Knob Ձեռքով պտտելու բռնակ Wavelength Range Ալիքի երկարության միջակայք՝ 325-1000nm 325-1000նմ Wavelength

Accuracy Ալիքի երկարության  
 ճշգրտություն՝  $\pm 2\text{nm}$   $\pm 2\text{nm}$   
 Wavelength Repeatability Ալիքի  
 երկարության կրկնելիություն՝  $\leq 1\text{nm}$   
 $\leq 1\text{nm}$  Spectrum Bandwidth Սպեկտրի  
 բացթողնման շերտ՝  $4\text{nm}$   $4\text{nm}$  Stray  
 Light Ցրված լույս՝  $\leq 0.1\%T$  (at  $360\text{nm}$   
 $\text{NaNO}_2$ )  $\leq 0.1\% T$  ( $360\text{nm}$ -  $\text{NaNO}_2$ )  
 Photometric Range Ֆոտոմետրիկ  
 միջակայք՝  $0.0-100.0\%T$   $0-1.999A$ ,  
 $0-1999C$  Photometric Accuracy  
 Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն՝  $\pm 0.5\%T$   
 Photometric Repeatability  
 Ֆոտոմետրիկ կրկնելիություն  
 $\leq 0.2\%T$  Noise Աղմուկ  $100\%(T)$   
 $\text{noise} \leq 0.3\%(T)$   $0\%(T)$   $\text{noise} \leq 0.2\%(T)$   
 $100\%(T)$  աղմուկ  $\leq 0.3\%(T)$   $0\%(T)$   
 աղմուկ  $\leq 0.2\% (T)$  Drift Դրեյֆ՝  
 $\pm 0.5\%T3 \text{ min}$   $\pm 0.5\%T3$  թույլտվում  
 Curve Holder size Կորի բռնակի  
 չափսը  $10\text{mm}$   $10\text{mm}$  Interface  
 Ինտերֆեյս  $\text{RS232}$  Power Supply  
 Էներգիայի աղբյուրը  $\text{AC}$   
 $110-240\text{V}$ ,  $50/60\text{Hz}$ ,  $80\text{W}$  Փոփոխական  
 հոսանքը  $110-240$   $\text{V}$   $50/60$  Հց  $80$   $\text{W}$  Կտ  
 Յուրաքանչյուր  
 սպեկտրոֆոտոմետրի հետ  
 տրամադրվելու է նաև լրացուցիչ  $20$   
 կյուվետ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-ЕЦДЦПЗР-22/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27					