

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	EMERALD	Cardinal Health	<p>Պետական պատվերով ստենտավորման ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ախտորոշիչ-ուղղորդիչ - Չժանգոտվող պողպատից՝ պատված պոլիտետրաֆլուորոէթիլենով: Արտաքին պատումը հատուկ նյութով, որն ապահովում է սահունությունը: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0,018; 0,021; 0,025; 0,035; 0,038, պահանջվող երկարություններն են՝ 150 սմ; 175 սմ; 260 սմ: Կախված վիրահատության ժամանակ ռադիալ կամ ֆեմորալ միջամտությունների տեսակներից և անոթի տեսակից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տեսակներն են՝ ուղիղ կամ J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի բարդության և գտնվելու տեղի, ախտորոշիչ-ուղղորդիչի յուրաքանչյուր երկարություն ունի իր ծայրի չափը, և գերձկուն ծայրի պահանջվող չափերն են՝ 3 -25 սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատության բարդությունից ուղղորդիչների պահանջվող տեսակներն են ֆիքսված և չֆիքսված: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA</p>

			<p>որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-15-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
15	EMERALD	Cardinal Health	Պետական պատվերով ստեղծված ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ախտորոշիչ-ուղղորդիչ - Չժանգոտվող պողպատից՝ պատված պոլիտետրաֆլուորոէթիլենով: Արտաքին պատումը հատուկ կյանքով, որն ապահովում է սահունությունը: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0,018; 0,021; 0,025; 0,035; 0,038, պահանջվող երկարություններն են՝ 150 սմ; 175 սմ; 260 սմ: Կախված վիրահատության ժամանակ ռադիալ կամ ֆեմորալ միջամտությունների տեսակներից և անոթի տեսակից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տեսակներն են՝ ուղիղ կամ J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի բարդության և գտնվելու տեղի, ախտորոշիչ-ուղղորդիչի յուրաքանչյուր երկարություն ունի իր ծայրի չափը, և գերձկուն ծայրի պահանջվող չափերն են՝ 3 -25 սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատության բարդությունից ուղղորդիչների պահանջվող տեսակներն են ֆիքսված և չֆիքսված: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA

			<p>որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	---