

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/4-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 50 | INO602 | ակռո բիոտեք | Կղանքում Նորովիրուսի հակածնի հայտաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ` 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ: Հավաքածուն պարունակում է յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով պլաստմասե կաթոցիկ, առնվազն 1 տեսակի անհրաժեշտ էքստրակցիոն լուծույթներ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30oC ջերմաստիճանում: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Участник УЧС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЧПДР-2022/4-6-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|----------------------------|--|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 50 | INO602 | акро биотек | Иммунохроматографическая тест-кассета для определения антигенов к Норовирусу в кале. Формат 1 тест-кассета/шт. Каждая тест-кассета отдельно упакована. Набор содержит пластмассовую пипетку, по крайней мере 1 вида экстракционного растворов, в соответствующем количестве для каждого теста. Должна быть новой неиспользованной. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°C. |