

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խիմնաստեր ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	GT-XSP-136C	Greetmed	<p>Լուսային բիսօկուլյար մանրադիտակ: Ոսպնյակների խոշորացումը՝ 4x, 10x, 40x, 100x խոշորացում: Լայն շրջանակի օկուլյար՝ WF10x ;WF20x : Օկուլյարի շրջադարձ 360 °, միկրոսկոպի առարկայական սեղանի երկարությունը 125 մմ, առարկայական սեղանի լայնություն 115 մմ, առարկայական սեղանի բարձրություն 15 մմ, հեռավորությունը օբյեկտից մինչև ոսպնյակ 0-14 մմ:</p> <p>Ցանցի լարումը՝ 220v: Լուսավորություն՝ հալոգեն լամպ 6V/20W:</p> <p>Լուսավորման համակարգ՝ լամպ, տեսապակի, դիաֆրագմա, կոնդենսատոր Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Խիմաժառանգող ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աձկցիոնի շրջանակում՝ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-22-ԵՊԲՀ նախատեսված կոդով ներկայացնում է առաջարկված ապրանքի լիարժեք նկարագրագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
6	GT-XSP-136C	Greetmed	Լուսային բիսօկուլյար մանրադիտակ: Ոսպնյակների խոշորացումը՝ 4x, 10x, 40x, 100x խոշորացում: Լայն շրջանակի օկուլյար՝ WF10x ;WF20x : Օկուլյարի շրջադարձ 360 °, միկրոսկոպի առարկայական սեղանի երկարությունը 125 մմ, առարկայական սեղանի լայնություն 115 մմ, առարկայական սեղանի բարձրություն 15 մմ, հեռավորությունը օբյեկտից մինչև ոսպնյակ 0-14 մմ: Ցանցի լարումը՝ 220v: Լուսավորություն՝ հալոգեն լամպ 6V/20W: Լուսավորման համակարգ՝ լամպ, տեսապակի, դիաֆրագմա, կոնդենսատոր Լոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: