

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արտաշես Հովհաննիսյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/107 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
49	<p>Չափսեր՝ 1.90.1մ x 0.950.05մ, Բարձրություն՝ 2.50.1մ, Մետաղական կարկասով, Քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով, Շարժական ապակյա Էկրանով՝ 1.50.1մ , հակակշռով, որը թույլ կտա ֆիքսել Էկրանը 50-800մմ բարձրությունների ցանկացած մասում, 250մմ տրամագծով քարշիչ խովակի մեկ մուտքի տեղով, LED լուսատրման համակարգի առկայությամբ, Սեղանի բարձրությունը՝ 0.9մ, Սեղանի ծածկույթը՝ «Labgrade» տեսակի պլաստիկ, Ներքևի մասում 3 պահարաններով, որոնք միացված են քարշիչ համակարգին, յուրաքանչյուրը 2 հարկանի, 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 16A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ պատից դուրս եկող սառը ջրի 2 շտուկերով(90°) ծորակի առկայություն, Ծորակների տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն, Ջրի մեխանիկական մաքրման ֆիլտրի առկայություն, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար, Փակ վիճակում ամբողջ համակարգի հերմետիկության ապահովում</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Чп Арташес Ованнисян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БҒՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/107 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
49	Размеры: 1.9□0.1м x 0.95□0.05м, Высота: 2.5□0.1м, С металлическим каркасом, Корпус: из листового металла с химически стойким покрытием покрытием, С подвижным стеклянным экраном: 1.5□0.1 м, с противовесом, который позволяет фиксировать экран в любой части высотой 50-800 мм, С наличием одного выхода для подключения вытежной системы диаметром 250 мм, Со светодиодной системой освещения, Высота стола 0.9м, Покрытие стола: пластик вида «Labgrade», Внизу 3 тумбы, которые подключены к вытяжной системе, в каждом по 2 этажа, Наличие 4 евро розеток 220В, С дифференциальным автоматом 16А, Наличие 2 настенных водопроводных кранов с регулируемой подачей со штуцером(90□), Наличие слива под кранами, Наличие фильтра механической очистки воды, Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола, Обеспечение герметичности всей системы в закрытом состоянии