

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	NKDRDY	NEWHEEK	<p>"GE Healthcare ընկերության արտադրության Optima XR220 մոդելի ռենտգեն համակարգի համար նախատեսված կախիչ-դարակ՝ Էլեկտրական շարժական ուղղահայաց կանգնակ /bucky stand/ ռենտգենյան դետեկտորի համար: Կանգնակը պետք է համապատասխան լինի հետևյալ չափսերն ունեցող դետեկտորի համար՝ 58,5*46,5*3 սմ: Համակարգը ուղղահայաց ընդունիչ է, որը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ մասերից՝ կանգնակ/սյուն; սահող ռելս, ռենտգենոգրաֆիկ ժապավենի (film) կոնտեյներ և բալանսավորման համակարգ, շարժիչ՝ Էլեկտրական շարժը ապահովելու համար, և 4 հատ անիվներ: Կարող է տեղադրվել տարբեր տեսակի DR հարթ պանելային դետեկտորներ կամ CR ռադիոգրաֆիայի կասետներ: Ֆոկուս ոչ պակաս, քան՝ 1800 մմ: Էլեկտրական է՝ հեռակառավարվող: Մատակարարելիս՝ ISO9001 և ISO13485 որակի վկայականների առկայություն: Նոր է չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:</p>

Մատակարարվելուց հետո ապրանքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/16-26-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
55			