

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-35-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ	iFuge-D06	NEUATION TECHNOLOGIES	<p>Լաբորատոր ցենտրիֆուգ, միկրոհամակարգչային ղեկավարումով, Դիսպլեյ՝ տարաթվային, որը ցույց է տալիս ներկայիս ժամանակը, արագությունը, RCF պարամետրերը և սխալի կոդը: Ռոտոր՝ ֆիքսված, անկյունը 25°, անհավասարակշռության դետեկտորի առկայությամբ Խցիկ՝ չժանգոտող մետաղից Կափարիչ՝ կափարիչն ունի անցք, արագությունը ստուգաչափելու համար: Կափարիչի ավտոմատ բլոկավորում մինչև ռոտորի լրիվ կանգը: Կափարիչի մեխանիկական ապաբլոկավորում, Էլ. սնուցման խափանման ժամանակ: Արագության տիրույթը՝ 500-6500 պտ/ր, կարգավորվող Արագության ճշտությունը՝ ± 100 պտ Ռոտորի արագ կանգի հնարավորություն ժամանակի ցուցիչի տիրույթ՝ 0-30 րոպե կարգավորվող, “անսահման” ռեժիմով: Ռոտորի տարողականությունը՝ 8</p>

				<p>սրվակ , Սրվակի տարողականությունը՝ 5-15մլ Փորձանոթի ադապտեր՝ փորձանոթի ադապտերների առկայություն: Նոր E, չօգտագործված: Մատակարարելիս ISO 9001, ISO 13485 որակի հավաստագրերի առկայություն: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2022/16-35-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
55	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ	iFuge-D06	NEUATION TECHNOLOGIES	<p>Լաբորատոր ցենտրիֆուգ, միկրոհամակարգչային ղեկավարումով, Դիսպլեյ՝ տարաթվային, որը ցույց է տալիս ներկայիս ժամանակը, արագությունը, RCF պարամետրերը և սխալի կոդը: Ռոտոր՝ ֆիքսված, անկյունը 25°, անհավասարակշռության դետեկտորի առկայությամբ խցիկ՝ չժանգոտող մետաղից Կափարիչ՝ կափարիչն ունի անցք, արագությունը ստուգաչափելու համար: Կափարիչի ավտոմատ բլոկավորում մինչև ռոտորի լրիվ կանգը: Կափարիչի մեխանիկական ապաբլոկավորում, Էլ. սնուցման խափանման ժամանակ: Արագության տիրույթը՝ 500-6500 պտ/ր, կարգավորվող Արագության ճշտությունը՝ ± 100 պտ Ռոտորի արագ կանգի հնարավորությունն ժամանակի ցուցիչի տիրույթ՝ 0-30 րոպե կարգավորվող, “անսահման” ռեժիմով: Ռոտորի տարողականությունը՝ 8</p>

				<p>սրվակ , Սրվակի տարողականությունը՝ 5-15մլ Փորձանոթի ադապտեր՝ փորձանոթի ադապտերների առկայություն: Նոր E, չօգտագործված: Մատակարարելիս ISO 9001, ISO 13485 որակի հավաստագրերի առկայություն: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	---