

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հարություն Վարոսյան Ա/Զ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-36-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 28 | SL-500 | Shin-Nippon | <p>Ճեղքային միկրոսկոպ (լամպ) - Ամբողջովին (և ճեղքային լամպը և ծնոտի հենակը) հավաքված մետաղական տակդիրի վրա, համալրված ֆոնային լույսով (background illumination) և դիֆուզորի առկայությամբ: Տեսակ՝ վերևի լուսավորում, խոշորացում 6.4x, 10x, 16x, 25x, 40x: Կոնվերգենցիա՝ Առնվազն 12 աստիճան: Օկուլյարների խոշորացում՝ Առնվազն 12.5x: Ինտեգրված՝ Առնվազն դեղին ֆիլտր: Խոշորացումների նվազագույն և առավելագույն աստիճանները՝ 7x-30x տիրույթում: Տեսադաշտերը ըստ խոշորացումների՝ 30-7,4մմ տիրույթում: Միջբբային տարածություն՝ 52մմ-80մմ տիրույթում: Օկուլյարների շտկման դիապազոն՝ -7D-ից +7D տիրույթում: Շարժական հիմքի նվազագույն կողմնային տեղաշարժ՝ 100մմ: Շարժական հիմքի նվազագույն խորքային տեղաշարժ՝ 100մմ: Դեպի վեր նվազագույն տեղաշարժ՝ 29մմ: Ծնոտի հենակի դեպի վեր նվազագույն տեղաշարժ՝ 80մմ: Ֆիքսացիոն թիրախը՝ LED տեսակի: Հիմնական և ֆոնային լույսերի(background illumination) հզորության կարգավորում՝ ճեղքային լամպի հիմքի վրայից: Ճեղքային լամպի արգելակիչ՝ Տեղակայված</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>ճեղքային լամպի հիմքի վրա, ոչ ավել քան 4սմ՝ ջոյսթիկի հիմքից: Լուսային ճեղքի հաստության անհրաժեշտ տիրույթ՝ 0-15մմ տիրույթում, շարունակական: Լուսային ճեղքի բարձրության անհրաժեշտ տիրույթ՝ 0,5-15մմ տիրույթում, շարունակական: Ջոյսթիկ՝ Ներառում է՝ ռետինեպատ և կամերայի նկարահանման կոճակի առկայություն: Դիաֆրագմայի չափերը՝ Լուսային համակարգի պտույտը՝ 0-180 աստիճան - $\phi 0.2$, $\phi 1$, $\phi 3$, $\phi 5$, $\phi 8$, $\phi 15$մմ տիրույթում: Ֆիլտրերը՝ կոբալտ կապույտ, 50% ND, տաքության կլանող, կանաչ (առանց-կարմիր): Լուսային աղբյուր՝ LED-տեսակի: Ծախսվող հզորություն՝ 35-45ՎԱ տիրույթում: Նվազագույն աքսեսուարների ցանկ՝ Ներառում է՝ օգտագործման ձեռնարկ, հոսանքի լար, պաշտպանիչ ծածկ, ծնոտի հենակի թուղթ, տեստային ձող, դիֆուզոր, տակդիր: Նոր է չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 24 ամսից ոչ պակաս: Սարքի շահագործման ուսուցումը իրականացվելու է արտադրող ընկերության կողմից լիազորված մասնագետի կողմից: Ամբողջ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում 2 ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ մատակարար ընկերության ինժեների կողմից իրականացվելու են սարքի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ:</p> |
|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И/П Арутюн Варосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/16-36-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 28 | | | |