

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հարություն Վարոսյան Ա/Զ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-36-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	ARK-1	Nidek	<p>Որակյալ և տվյալների բարձր ճշտությամբ ավտոռեֆտոկերատոմետր համալրված լայն բբային զոնայով ռեֆրակցիայի որոշման (փորձաքննություններում կիրառվող) կարողությամբ և ակկոմոդացիայի տիրույթի չափման ֆունկցիաներով` պրեսբիոպների և մանկահասակների տեսողության գնահատման համար:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Կերատոմետրայի չափման հնարավորությունը` բացառելով իջաց կոպի արտեֆակտը (օղակաձև չափում)</li> <li>· Ոչ պակաս, քան` 6մմ բբային զոնայում ռեֆրակցիայի որոշման հնարավորություն:</li> <li>· Ակկոմոդացիայի չափման նվազագույն տիրույթ` 1-10դ.</li> <li>· Ռեֆրակցիայի որոշման նվազագույն տիրույթ` սֆերա -30.00 ից + 25.00 Դ (VD = 12 մմ) (0.01/0.12/0.25 Դ քայլ) ցիլինդր 0 to ±12.00 Դ (0.01/0.12/0.25 D քայլ) առանցք 0 to 180° (1°/5° քայլ)</li> <li>· Կերատոմետրիայի չափման նվազագույն տիրույթ` կորության շառավիղ 5.00 ից 13.00 մմ (0.01 մմ քայլ) ռեֆրակցիայի ուժ 25.96 ից 67.50 Դ (n = 1.3375) (0.01/0.12/0.25 Դ քայլ) ցիլինդրիկ ուժ 0 ից ±12.00 Դ (0.01/0.12/0.25 Դ քայլ) առանցք 0 ից 180° (1°/5° քայլ)</li> <li>· Պոտորությունների` կատարակտայի ինդեքսի տրամադրում · X-</li> </ul>

			<p>Y-Z ավտո-որոնման և ավտո-չափման հնարավորություն · Հեռվի և մոտի տեսողության սրության որոշման հնարավորություն ոչ պակաս, քան՝ 0.1, 0.1, 0.25, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1.0, 1.25 · Ներկառուցված օպտոտիպերի առկայություն · Սարքի դիմաց սուբյեկտիվ ռեֆրակցիայի որոշման հնարավորություն (ներկառուցված ֆորոպտերի ֆունկցիա) · Շարժական մոնիտոր · Թերմալ պրինտեր՝ ավտոմատացված թղտի կտրման ֆունկցիայով Սարքը նոր է, չօգտագործված: Սարքի տեղադրումը, կարգավորումները և սարքի շահագործման ուսուցումը իրականացվելու է արտադրող ընկերության կողմից լիազորված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից 24 ամսից ոչ պակաս: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Ամբողջ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում 2 ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ մատակարար ընկերության ինժեների կողմից իրականացվելու են սարքի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

И/П Арутюн Варосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/16-36-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
30			