

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-36-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Cordis/SUPER TORQUE/RBL	Cardinal Health	<p>Կաթետրի Նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որն օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապատասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետրի ներքին լուսանցքի պահանջվող չափերն են՝ 5.2 F; 6F, մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:</p> <p>Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիկական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետրի պահանջվող ծայրի ձեւերն են՝ RBL-JK, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0 և RBL-TG 1 տեսակի՝ ունիվերսալ, սրտի աջ և ձախ անոթների համար, ռադիալ և բրախիալ մոտեցման դեպքերում: Կաթետրի երկարությունը 100սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝</p>

			գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-36-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
7	Cordis/SUPER TORQUE/RBL	Cardinal Health	<p>Կաթետրի Նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որն օժտում է կաթետրին ամրությամբ և ռեստգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապատասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռեստգենկոնտրաստ դիստալ ծայր: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետրի ներքին լուսանցքի պահանջվող չափերն են՝ 5.2 F; 6F, մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:</p> <p>Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիկական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետրի պահանջվող ծայրի ձեւերն են՝ RBL-JK, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0 և RBL-TG 1 տեսակի՝ ունիվերսալ, սրտի աջ և ձախ անոթների համար, ռադիալ և բրախիալ մոտեցման դեպքերում: Կաթետրի երկարությունը 100սմ: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝</p>

			գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	---