

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ոլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր	ոլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր	ոլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր	ոլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր	Թվային գունավոր ոլտրաձայնային ստացիոնար համակարգ չորս տվիչով և տպիչով, նախատեսված ընդհանուր և անհետաձգելի հետազոտությունների, վահանագեղձի, կրծքագեղձի, ուրոլոգիական, գինեկոլոգական, մկանակմախքային համակարգի, անոթային և Էխոկարդիոգրաֆիկ հետազոտությունների համար: Ամբողջական թվային ճառագայթների ձևավորում, Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ, ոչ պակաս, քան` 4, Մոնիտոր, ոչ պակաս, քան 21,5 դյույմ

անկյունագծով, պիքսելները, առնվազն՝ 1920x1080, Հպումային Touch Screen էկրան, ոչ պակաս քան 13,3 դյույմ անկյունագծով, առնվազն՝ 1920x1080 պիքսել, Փոխանցման/Հաղորդման ընդունման թվային վերամշակվող ալիքների քանակ, ոչ պակաս, քան՝ 650.000 Տվիչների միաբյուրեղային տեխնոլոգիա, Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորում, Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակում, Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակում, Պատկերների սեգմենտար մեծացում, պատկերի հակապատկերում՝ աջ/ձախ, վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ, ազդնվազն՝ 90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի ծավալը, ոչ պակաս քան՝ 500 Գբ, պատկերի պահպանում՝ ոչ պակաս քան 320.000 պատկեր, ոչ պակաս քան՝ 40.000 դինամիկ պատկեր, Ռեժիմների և ծրագրերի առկայություն՝ B, M, Գունավոր դոպլեր, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային դոպլեր Պուլսային ինվերսիոն

հարմոնիկա, Հյուսվածքային  
հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս  
ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ,  
գունավոր M ռեժիմ B-ռեժիմ ·  
Կադրերի հաճախականություն, ոչ  
պակաս, քան՝ 1400 կադր/վ ·  
Հետազոտման խորությունը, ոչ  
պակաս, քան՝ 40 սմ · Խոշորացում,  
ոչ պակաս, քան՝ 10 անգամ ·  
Քարտեզների առկայություն,  
առնվազն՝ 13 · Դինամիկ  
դիապագոնը - 20-280դբ Գունավոր  
դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր ·  
Կադրերի հաճախականություն, ոչ  
պակաս, քան՝ 160 կադր/վ ·  
Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով  
կարգավորման առկայություն ·  
Ինվերսիայի առկայություն · Պատի  
ֆիլտրերի դիապագոնը, առնվազն  
50-700 Հց · PRF  
հաճախականությունը, առնվազն՝ 1  
- 8 ԿՀց CW/PW Անընդհատ-ալիքային  
և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր · Դիրքի  
և ծավալի կարգավորում իմպուլս  
ալիքային դոպլերի համար,  
առնվազն՝ 1-20մմ · Տրիպլեքս  
ռեժիմի առկայություն · Ավտոմատ  
անկյան կարգավորում, 0, 60, -60  
աստիճան · Անընդհատ ալիքային

դոպլերի համար PRF  
հաճախականություն, առնվազն՝  
1-40ԿՀց, արագությունների  
գրանցման սանդղակ, առնվազն՝  
0,1-50մ/վ · իմպուլս-ալիքային  
դոպլերի(PW) համար PRF  
հաճախականություն, առնվազն՝  
1-16ԿՀց, HPRF, արագությունների  
գրանցման սանդղակ, առնվազն՝  
0,4-15մ/վ · Պատի ֆիլտրերի  
դիապազոնը, առնվազն՝ 50-700 Հց ·  
Ավտոմատ կարգավորման  
առկայություն Ազատ ձեռքով 3D  
ռեժիմի առկայություն, Պանորամիկ  
ապահովման առկայություն,  
Էլաստոգրաֆիայի ապահովման  
առկայություն, Օգտագործման  
բնագավառ /չափումներ,  
հաշվարկներ՝ Հիմնական  
չափումներ, Որովային, Սիրտ,  
Անոթներ, Ուրոլոգիա, Գինեկոլոգիա,  
Մանկաբարձություն, Պտղի սիրտ,  
Ոսկրային հետազոտումներ,  
Կրծքագեղծ, Վահանագեղծ,  
Շագանակագեղծ, Մակերեսային  
օրգաններ Ստատիկ պատկերների  
արխիվացիա կոշտ սկավառակի  
վրա JPEG, BMP, DICOM ֆորմատով;  
Ստատիկ պատկերների

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

АННАРКА 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2210-EGD/12P-22/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա AVI, MPEG, JPEG, BMP, TIFF, DICOM ֆորմատով; Դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով, Դինամիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով Ձայնագրում USB Flash

Drive-ի վրա jpeg, bmp, MPEG, DICOM ֆորմատով Սարքում հետևյալ տեխնիկական հատկանիշների

անկայունություն` Auto NT Auto IMT DICOM ավտոմատ արխիվացման անկայունություն արտաքին աշխատանքային կայան Լրակազմ` Կոնվերթս մոնոկրիստալ տվիչ, ոչ պակաս, քան 1.0-8.0 ՄՀց հաճախականության, շառավիղ, ոչ պակաս, քան` 50մմ, Էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան` 160 Գծային տվիչ, ոչ պակաս, քան` 4.0-16.0 ՄՀց հաճախականության, Էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան` 256, շառավիղ, ոչ պակաս, քան` 55մմ -Սրտաբանական տվիչ, ոչ պակաս, քան` 1.0-7.0 ՄՀց հաճախականության, Էլեմենտների

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
3				

					<p>քանակ ոչ պակաս, քան՝ 64 - Սև/Սպիտակ թերմալ տպիչի առկայություն Երաշխիքը, ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Տեղադրում, կարգավորումների և բուժ. անձնակազմի ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն՝ EC, FDA:</p>
--	--	--	--	--	---