

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ոլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր	ոլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր	ոլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր	ոլտրաձայնային ախտորոշման սարքեր	Թվային գունավոր ոլտրաձայնային ստացիոնար համակարգ չորս տվիչով և տպիչով, նախատեսված ընդհանուր և անհետաձգելի հետազոտությունների, վահանագեղձի, կրծքագեղձի, ուրոլոգիական, գինեկոլոգական, մկանակմախքային համակարգի, անոթային և Էխոկարդիոգրաֆիկ հետազոտությունների համար: Ամբողջական թվային ճառագայթների ձևավորում, Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ, ոչ պակաս, քան` 4, Մոնիտոր, ոչ պակաս, քան 21,5 դյույմ

անկյունագծով, պիքսելները,
առնվազն՝ 1920x1080, Հպումային
Touch Screen էկրան, ոչ պակաս քան
13,3 դյույմ անկյունագծով,
առնվազն՝ 1920x1080 պիքսել,
Փոխանցման/Հաղորդման
ընդունման թվային վերամշակվող
ալիքների քանակ, ոչ պակաս, քան՝
650.000 Տվիչների միաբյուրեղային
տեխնոլոգիա, Լայնաշերտ և
մուլտիհաճախականության
սկանավորում, Էխո-ազդանշանների
գուգահեռ մշակում, Էխո-
ազդանշանների քառալիքանի
մշակում, Պատկերների սեգմենտար
մեծացում, պատկերի
հակապատկերում՝ աջ/ձախ,
վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ,
ազդնվազն՝ 90°, 180°, 270° Կոշտ
սկավառակի ծավալը, ոչ պակաս
քան՝ 500 Գբ, պատկերի
պահպանում՝ ոչ պակաս քան
320.000 պատկեր, ոչ պակաս քան՝
40.000 դինամիկ պատկեր,
Ռեժիմների և ծրագրերի
առկայություն՝ B, M, Գունավոր
դոպլեր, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր,
Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային
դոպլեր Պուլսային ինվերսիոն

հարմոնիկա, Հյուսվածքային
հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս
ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ,
գունավոր M ռեժիմ B-ռեժիմ ·
Կադրերի հաճախականություն, ոչ
պակաս, քան՝ 1400 կադր/վ ·
Հետազոտման խորությունը, ոչ
պակաս, քան՝ 40 սմ · Խոշորացում,
ոչ պակաս, քան՝ 10 անգամ ·
Քարտեզների առկայություն,
առնվազն՝ 13 · Դինամիկ
դիապագոնը - 20-280դբ Գունավոր
դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր ·
Կադրերի հաճախականություն, ոչ
պակաս, քան՝ 160 կադր/վ ·
Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով
կարգավորման առկայություն ·
Ինվերսիայի առկայություն · Պատի
ֆիլտրերի դիապագոնը, առնվազն
50-700 Հց · PRF
հաճախականությունը, առնվազն՝ 1
- 8 ԿՀց CW/PW Անընդհատ-ալիքային
և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր · Դիրքի
և ծավալի կարգավորում իմպուլս
ալիքային դոպլերի համար,
առնվազն՝ 1-20մմ · Տրիպլեքս
ռեժիմի առկայություն · Ավտոմատ
անկյան կարգավորում, 0, 60, -60
աստիճան · Անընդհատ ալիքային

դոպլերի համար PRF
հաճախականություն, առնվազն՝
1-40ԿՀց, արագությունների
գրանցման սանդղակ, առնվազն՝
0,1-50մ/վ · իմպուլս-ալիքային
դոպլերի(PW) համար PRF
հաճախականություն, առնվազն՝
1-16ԿՀց, HPRF, արագությունների
գրանցման սանդղակ, առնվազն՝
0,4-15մ/վ · Պատի ֆիլտրերի
դիապազոնը, առնվազն՝ 50-700 Հց ·
Ավտոմատ կարգավորման
առկայություն Ազատ ձեռքով 3D
ռեժիմի առկայություն, Պանորամիկ
ապահովման առկայություն,
Էլաստոգրաֆիայի ապահովման
առկայություն, Օգտագործման
բնագավառ /չափումներ,
հաշվարկներ՝ Հիմնական
չափումներ, Որովային, Սիրտ,
Անոթներ, Ուրոլոգիա, Գինեկոլոգիա,
Մանկաբարձություն, Պտղի սիրտ,
Ոսկրային հետազոտումներ,
Կրծքագեղծ, Վահանագեղծ,
Շագանակագեղծ, Մակերեսային
օրգաններ Ստատիկ պատկերների
արխիվացիա կոշտ սկավառակի
վրա JPEG, BMP, DICOM ֆորմատով;
Ստատիկ պատկերների

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2210-EGD/12P-22/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա AVI, MPEG, JPEG, BMP, TIFF, DICOM ֆորմատով; Դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով, Դինամիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով Ձայնագրում USB Flash

Drive-ի վրա jpeg, bmp, MPEG, DICOM ֆորմատով Սարքում հետևյալ տեխնիկական ծրագրային փաթեթների

անկայունություն` Auto NT Auto IMT DICOM ավտոմատ արխիվացման անկայունություն արտաքին աշխատանքային կայան Լրակազմ` Կոնվերթս մոնոկրիստալ տվիչ, ոչ պակաս, քան 1.0-8.0 ՄՀց հաճախականության, շառավիղ, ոչ պակաս, քան` 50մմ, Էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան` 160 Գծային տվիչ, ոչ պակաս, քան` 4.0-16.0 ՄՀց հաճախականության, Էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան` 256, շառավիղ, ոչ պակաս, քան` 55մմ -Սրտաբանական տվիչ, ոչ պակաս, քան` 1.0-7.0 ՄՀց հաճախականության, Էլեմենտների

<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>
<p>3</p>				

					<p>քանակ ոչ պակաս, քան՝ 64 - Սև/Սպիտակ թերմալ տպիչի առկայություն Երաշխիքը, ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Տեղադրում, կարգավորումների և բուժ. անձնակազմի ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն՝ EC, FDA:</p>
--	--	--	--	--	---