

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-45-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Ultimaster	Terumo	<p>Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող դեղապատ ստենտ: Ստենտի դեղը Սիրոլիմուս, որով պատված է միայն ստենտի դիզայնի անցումային մասերը, կապերի վրա դեղ չկա, որը նպաստում է ավելցուկի պակասեցմանը: Ստենտի նյութը՝ կոբալտ քրոմ, ունի բաց դիզայն, ստենտի նյութի հաստությունը՝ 80μm, ստենտի ճաղերի բացվածքը՝ 131 աստիճան , դեղի դոզան՝ 3.9μg/mm ներծծվող պոլիմեր, դեղով պատված է միայն ստենտի արտաքին մասը: Պոլիմերը վերանում է 3-4 ամսվա ընթացքում: Ստենտի բալունը՝ եռաթև է, նեյլոնից: Մուտքի տրամագիծը՝ 0.43մմ: Դիստալ հատվածը հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, պրոքսիմալ հատվածը՝ սիլիկոնե ծածկույթով: Աշխատաքային երկարությունը՝ 144սմ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 9մմ, 12մմ, 15մմ, 18մմ, 24մմ, 28մմ, 33մմ, 38մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 2,25մմ, 2,5մմ, 2,75մմ, 3,0մմ, 3,5մմ, 4,0մմ: Ցանկացած</p>

			<p>մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Ե, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Պայմանագրի կատարման փուլում կներկայացվի ապրանքն արտադրողից երաշխիքային նամակ:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПЗР-2022/16-45-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
16	Ultimaster	Terumo	<p>Стент, покрытый лекарственным средством, приобретаемый для предоставления услуг стентирования в рамках гос. заказа. Стент, покрытый лекарственным средством, лекарственное средство Сиролимус, которым должен быть покрыт только переходные части конструкции стента, на соединениях лекарственное средство отсутствует, что уменьшает избыток. Материал стента - кобальт хром, должен иметь открытую конструкцию, толщина материала стента 80 мкм, апертура стержня стента 131 градус, дозировка препарата 3,9 мкг/мм абсорбируемый полимер, только внешняя сторона стента должна быть покрыта препаратом. Полимер должен исчезнуть в течение 3-4 месяцев. Баллон стента должен быть трехконечным, нейлоновым. Входной диаметр - не более 0,43 мм. Дистальная часть должна быть с гидрофильным покрытием, проксимальная - должна быть с силиконовым покрытием. Рабочая длина не менее 144 см. В зависимости от размера повреждения сосуда пациента во время операционного вмешательства, требуемая</p>

		<p>длина стента составляет 9 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм, 28 мм, 33 мм, 38 мм. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда, требуемые размеры стента по диаметру составляют 2,25 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм. CE MARK сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства.</p> <p>Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки. Заказчик имеет право вернуть или заменить размер товара другим при необходимости, при условии наличия по крайней мере 50% от всего срока годности товара. Обязательное условие: Участник на этапе исполнения договора предоставляет гарантийное письмо от производителя или его представителя.</p>
--	--	---